

Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/23/19

Sucha Beskidzka, dnia 08.05.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -  
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (III)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Załącznik nr 1k - Pakiet nr 11

1.Dot. Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści Przetwornik ultradźwiękowy 1MHz  $\pm$ 100Hz, wodoszczelny z normą IP68?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

2.Dot. Pyt.2Czy Zamawiający dopuści zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego - min. 50-240 bpm?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

3.Dot. Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika  $\leq$  3 mW/cm<sup>2</sup>?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

4.Dot. Pyt.6 Czy Zamawiający dopuści aparat KTG bez możliwości wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

5.Dot. Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści aparat KTG bez możliwości rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

6.Dot. Pyt.9 Czy Zamawiający dopuści aparat KTG bez możliwości rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

7.Dot. Pyt.10 Czy Zamawiający dopuści aparat KTG bez możliwości rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

8.Dot. Pyt.14 Czy Zamawiający dopuści aparat KTG który posiada możliwość ustawienia wyłącznie bazowej Toco „20”?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

9.Dot. Pyt.15 Czy Zamawiający dopuści aparat KTG z możliwością zamocowania przetworników w koszyku pod aparatem?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

10.Dot. Pyt.23 Czy Zamawiający dopuści aparat KTG z archiwum zapisów KTG, danymi pacjentki, ciąży ale bez kalkulatora ciąży?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

11.Dot. Pyt.24 Czy Zamawiający dopuści pojedynczą, możliwą do zapamiętania sesję zapisu KTG nie krótszą niż 8 godzin?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

12.Dot. Pyt.25 Czy Zamawiający dopuści Wbudowaną drukarkę termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze w rozmiarze 150mm x 100mm?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

13.Dot. Pyt.26 Czy Zamawiający dopuści aparat KTG z wbudowaną analizą przedporodową?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

14.Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował jednakowe gniazda z automatycznym rozpoznawaniem podpiętej głowicy? Tak-20 pkt, Nie-0 pkt

**Odp. Tak. W załączeniu nowy druk załącznik nr 1k, pkt. 44.**

15.Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował kompatybilność głowic oferowanego aparatu z aparatami posiadanymi na wyposażeniu oddziału? Tak – 20 pkt, Nie- 0 pkt.

**Odp. Tak. W załączeniu nowy druk załącznik nr 1k, pkt. 45.**

16.Dot. Pyt.29 Czy Zamawiający dopuści aparat nie wyposażony w podświetlenie drukarki?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

17.Dot. Pyt.30 Czy Zamawiający dopuści wydruk zapisu ciąży mnogiej na tym samym wykresie, z przesunięciem o 20 bpm, wyłącznie na papierze wyskalowanym?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

18.Dot. Pyt.31 Czy Zamawiający dopuści Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej  $\geq 6,5''$ , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

19.Dot. Pyt.32 Czy Zamawiający dopuści Wyświetlacz LCD bez zmiennego tła i podświetlenia?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

20.Dot. Pyt. Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał funkcję ostrzegania w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

21.Czy Zamawiający wymaga aby oferowane KTG posiadały możliwość alarmowania w przypadku nałożenia się tętna płodu i tętna matki?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

22.Dot. Pyt.36 Czy Zamawiający wymaga aby aparaty KTG współpracowały z telemetrią umożliwiającą te same pomiary co oferowane KTG?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

23.Dot. Pyt.37 Czy Zamawiający dopuści Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć bez możliwością rozbudowy pojemności?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

24.Dot. Pyt.38 Czy Zamawiający dopuści Aparat nie wyposażony w 2 porty USB z możliwości archiwizowania zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną. Badania można archiwizować z użyciem opcjonalnego systemu nadzoru okołoporodowego?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

25.Dot. Pyt.43 Czy Zamawiający dopuści aparat KTG o wymiarach 28 × 13 × 33 cm±2cm?

**Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
*mgr Janusz Baczewski*

