

Jarocin, 07.03.2024.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy : Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku postępowanie nr 2/2024.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych informujemy po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert w wyniku unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 26.02.2024 r. w zakresie Pakietu 11 o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzyskana punktacją.

Pakiet 11

Wybrany został wykonawca z uzyskaną najwyższą punktacją.

Złożone oferty:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Uzyskana punktacja w kryterium ceny – 100 pkt

Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia.

2. Zarys International Group Sp. z o.o., Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z powzięciem wątpliwości co do zgodności zaoferowanych wyrobów medycznych z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty tj. potwierdzenia wymagań, których Zamawiający oczekiwał:

W Pakiecie 11 w pozycji nr 7 Zamawiający wymagał aparatu do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um i standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadającego zastawkę bezigłową. Zastawka bezigłowa posiada płaski port umożliwiający łatwą dezynfekcję i przyłączenie dowolnej strzykawki. Wykonawca zaoferował produkt o nazwie Mini Spike o numerze katalogowym 4550560. Jest to produkt, który posiada standardowy kołec zabezpieczony zatyczką zamykającą. Produkt ten nie posiada wymaganej przez Zamawiającego zastawki bezigłowej.

W pakiecie 11 w pozycji nr 9 Zamawiający wymagał „nasadki do transferu leku w systemie zamkniętym, bezigłowym kompatybilnej z pojemnikiem Ecoflac z miejscem na przyłączenie drenu. Tworzy system nierozłączalny”. Wykonawca zaoferował produkt B-Safe bezigłowy port_20mm o nr REF 125_1003_1. Z uwagi na średnicę 20 mm produkt ten pasuje do standardowej małej fiolki z lekiem. Nie ma w tym produkcie miejsca na przyłączenie drenu, aby tworzył on system nierozłączany z opakowaniem typu Ecoflac.

W pakiecie 11 w pozycji nr 10 Zamawiający wymagał: zastawki bezzwrotnej. Jest to urządzenie umożliwiająca infuzję tylko w jednym kierunku, zapobiega cofaniu się płynów lub krwi. Wykonawca w tej



pozycji zaferował produkt Port bezigłowy transparentny / PB-T, poprzez który istnieje możliwość pobrania krwi. Wyżej wymieniony produkt nie ma właściwości zastawki bezzwrotnej, ponieważ w zastawce bezzwrotnej przepływ możliwy jest tylko w jednym kierunku.

W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których poinformował, iż zaferowane w Pakiecie 11 pozycja 7,9 oraz 10 wyroby medyczne nie spełniają wymagań określonych w SWZ.

W związku z powyższym stwierdzamy że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

.....