



# WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

---

Kraków, dnia 29 sierpnia 2023 r.

znak sprawy: AGZ.272.8.2023

## **Uczestnicy postępowania**

- wszyscy-

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę odczynników laboratoryjnych – część II”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.08.2023 r., nr 2023/BZP 00363713/01.*

## **Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

### **Wniosek nr 1:**

Część 4, poz. 1, 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie buforów z datą ważności min 11 miesięcy?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza** buforów z krótszą datą ważność, tj. min. 11 miesięcy. Zamawiający wymaga okresu ważności minimum 24 miesiące od dostawy.

### **Wniosek nr 2:**

Część 4, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie buforów z datą ważności min 5 miesięcy?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza** buforów z krótszą datą ważność, tj. min. 5 miesięcy. Zamawiający wymaga okresu ważności minimum 24 miesiące od dostawy.

**Wniosek nr 3:**

Część 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorców z terminem ważności 12 miesięcy?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie wzorców z terminem ważności 12 miesięcy.**

**Odpowiedzi na powyższe wnioski stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Z up. lek. med. Maciej Klima  
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

**Dokument podpisany elektronicznie**