

*Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 6 czerwca 2023 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawa odzieży ochronnej jednorazowego użytku, pojemników jednorazowego użytku oraz wyrobów do utrzymania czystości do magazynu gospodarczego Szpitala św. Anny w Miechowie: 12/TP/2023**

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

1.

Grupa 9 – „Pojemnik o wysokości 35 do 40 centymetrów”

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne **o wysokości 30cm i pojemności 10 l, z przykrywą z otworem wrzutowym posiadającym wycięcie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki**, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Wymiary zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego, nie wpływają one niekorzystnie na funkcjonalność oraz przeznaczenie pojemnika.

Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen.

Ad.1 Zamawiający dopuszcza.

2.

Grupa 9 – „Pojemnik o wysokości 35 do 40 centymetrów”

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne **o wysokości 28 cm i pojemności 20 L, z zachowaniem pozostałych wymogi zgodnie z SWZ.**

Wymiary zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego, nie wpływają one niekorzystnie na funkcjonalność oraz przeznaczenie pojemnika.

Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen .

Ad.2 Zamawiający dopuszcza.

3.

Grupa 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości 0,15 mm?

Ad.3 Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe parametry pozostają bez zmian.

4.

Grupa 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe wykonane z polietylenu w rozmiarze 71x116, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Ad.4 Pozostaje jak w SWZ.

5.

Grupa 1, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę na opakowania fartuchów pakowanych a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.5 Zamawiający dopuszcza.

6.

Grupa 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m² z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Ad.6 Pozostaje jak w SWZ.

7.

Grupa 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z pianki poliuretanowej, rozmiar 12cm x 20cm x 1cm, gramatura 200g/m². Opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Ad.7 Pozostaje jak w SWZ.

8.

Grupa 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści badania aplikacyjne na 25 osobach?

Ad.8 Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania raportu bezpieczeństwa i badań aplikacyjnych na min. 50 osobach.

9.

Grupa 3, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby informacja o hypoalergiczności produktu znajdowała się na opakowaniu.

Ad.9 Zamawiający odstępuje od wymogu, aby informacja o hypoalergiczności produktu znajdowała się na opakowaniu.

10.

Grupa 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski medycznej wiązanej na troki, wykonanej z trzech warstw niepyłającej włókniny polipropylenowej Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE ≥98%?

Ad.10 Pozostaje jak w SWZ.

11.

Grupa 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski medycznej mocowanej na gumki, wykonanej z trzech warstw niepyłającej włókniny Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR– poziom filtracji bakterii BFE 99,9%?

Ad.11 Pozostaje jak w SWZ.

12.

Grupa 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną bez oznaczenia zewnętrznej strony maski?

Ad.12 Pozostaje jak w SWZ.

13.

Grupa 7 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki z możliwością wywijania części przedniej i utworzenia dodatkowej warstwy chłonnej, ale bez napotnika?

Ad.13 Pozostaje jak w SWZ.

14.

Grupa 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m². Wstawka antypotna na całym obwodzie?

Ad.14 Zamawiający dopuszcza.

15.

Grupa 8 pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się na podkład z perforacją co 37,5cm?

Ad.15 Pozostaje jak w SWZ.

16.

Grupa 8 pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się na podkład w roli o długości 50m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.16 Pozostaje jak w SWZ.

17.

Grupa 8 pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się na podkład trójwarstwowy celulozowo foliowy?

Ad.17 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

18.

Grupa 8 pozycja 4

Czy Zamawiający zgodzi się na jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Kolor niebieski. Występujący w rozmiarze L i XL?

Ad.18 Zamawiający dopuszcza.

19.

Grupa 8 pozycja 5

Czy Zamawiający zgodzi się na piżamy wykonane z włókniny typu SMS tylko w kolorze niebieskim?

Ad.19 Zamawiający dopuszcza.

20.

Grupa 8 pozycja 6

Czy Zamawiający zgodzi się na ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Ad.20 Pozostaje jak w SWZ.

21.

Grupa 8 pozycja 8

Czy Zamawiający zgodzi się na klapki w rozmiarze uniwersalnym?

Ad.21 Pozostaje jak w SWZ.

22.

Grupa 8 pozycja 9, 10

Czy Zamawiający zgodzi się na spodenki z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Ad.22 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

23.

Grupa 8 pozycja 9, 10

Czy Zamawiający zgodzi się na spodenki z otworem w części tylnej bez zakładki?

Ad.23 Zamawiający dopuszcza.

24.

Grupa 8 pozycja 11

Czy Zamawiający zgodzi się na majtki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Ad.24 Zamawiający dopuszcza.

25.

Grupa 8 pozycja 12

Czy Zamawiający zgodzi się na spodenki z otworem w części tylnej?

Ad.25 Pozostaje jak w SWZ.

26.

Grupa 8 pozycja 12

Czy Zamawiający zgodzi się na spodenki z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Ad.26 Zamawiający dopuszcza.

27.

Grupa 8 pozycja 14

Czy Zamawiający zgodzi się na koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Ad.27 Pozostaje jak w SWZ.

28.

Grupa 8 pozycja 14

Czy Zamawiający zgodzi się na koszule wiązaną z tyłu w talii oraz na szyi?

Ad.28 Pozostaje jak w SWZ.

29.

Grupa 13 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kaczek pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.29 Zamawiający dopuszcza.

30.

Grupa 13 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę basenów pakowanych a'120 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.30 Zamawiający dopuszcza.

31.

Grupa 13 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści miskę z pulpy celulozowej o pojemności 4000 ml o temperaturze odporności 45 °C?

Ad.31 Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe parametry pozostają bez zmian

32.

Grupa 13 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę misek pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.32 Zamawiający dopuszcza.

33.

Grupa 13 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę nerek tekturowych pakowanych a'300 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.33 Zamawiający dopuszcza.

34.

Grupa 13 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści tackę na kieliszki do leków o wymaganych rozmiarach bez kieliszków?

Ad.34 Zamawiający dopuszcza.

35.

Grupa 15 pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opasek do identyfikacji pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.35 Zamawiający dopuszcza.

36.

GRUPA 3

Czy Zamawiający dopuści myjki z obrazkową instrukcją użytkowania oraz z hypoalergicznym żelem i oznakowaniem na opakowaniu:

- pH 5,5

- testowane dermatologicznie

Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergicznosci produktu i pisemna instrukcja obsługi, jeżeli wystarczająca jest w postaci obrazkowej.

Ad.36 Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe parametry pozostają bez zmian.

37.

GRUPA 3

Oferowana przez nas myjka produkowana jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa pacjenta, co jest potwierdzone wpisem do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych CPNP (oznacza to, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest to gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem). W związku z tym wymóg posiadania raportu bezpieczeństwa i badań aplikacyjnych na min. 50 osobach jest bezzasadny i niezgodny z obowiązującymi przepisami, które wyznaczają normy europejskie - czyli posiadanie wpisu do CPNP.

Ad.37 Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania raportu bezpieczeństwa i badań aplikacyjnych na min. 50 osobach.

38.

Grupa 13 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kaczek pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.38 Zamawiający dopuszcza.

39.

Grupa 13 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę basenów pakowanych a'120 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.39 Zamawiający dopuszcza.

40.

Grupa 13 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści miskę z pulpy celulozowej o pojemności 4000 ml o temperaturze odporności 45 °C?

Ad.40 Zamawiający dopuszcza.

41.

Grupa 13 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę misek pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.41 Zamawiający dopuszcza.

42.

Grupa 13 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę nerek tekturowych pakowanych a'300 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.42 Zamawiający dopuszcza.

43.

Grupa 13 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści tackę na kieliszki do leków o wymaganych rozmiarach bez kieliszków?

Ad.43 Zamawiający dopuszcza.

44.

Grupa 15 pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opasek do identyfikacji pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.44 Zamawiający dopuszcza.

45.

Grupa 7, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek z napotnikiem bez możliwości wywinięcia?

Ad.45 Pozostaje jak w SWZ.

46.

Grupa 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 130 cm x 210 cm?, w koorze niebieskim?

Czy zamawiający dopuści gramature min. 25 g/m2?

Ad.46 Pozostaje jak w SWZ.

47.

Grupa 8, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Czy dopuści perforację co 38 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Ad.47 Pozostaje jak w SWZ.

48.

Grupa 8, poz. 3

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Ad.48 Zamawiający dopuszcza.

49.

Grupa 8, poz. 4

Czy zamawiający dopuści inny kolor niż biały?

Ad.49 Zamawiający dopuszcza.

50.

Pakiet 8, poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Ad.50 Pozostaje jak w SWZ.

51.

Pakiet 8,p poz.7

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych, w kolorze wyłącznie niebieskim?

Ad.51 Pozostaje jak w SWZ.

52.

Grupa 15, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.52 Zamawiający dopuszcza.

53.

Grupa 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czepka nasączonego szamponem z odżywką zawierającego w składzie witaminę E, simetikon, prowitaminę B5, aloes?

Ad.53 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

54.

Grupa 17

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski do unieruchomienia kończyn dostępnej w rozmiarach 3cm x 12cm, 4cm x 17cm, 7cm x 22cm, 7cm x 25cm, 7cm x 30cm wraz z zintegrowaną tasiemką o długości 150cm do zamocowania między innymi do ramy łóżka?

Ad.54 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

55.

Grupa 17

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 200 sztuk pojedynczych opasek czy też 200 kompletów zawierających 2 sztuki? Jeśli Zamawiający ma na myśli pojedyncze sztuki, to czy dopuści stosowne przeliczenie sztuk na komplety a'2 sztuki i wycenę właśnie za komplet?

Ad.55 Zamawiający oczekuje zaoferowania 200 sztuk, dopuszcza stosowne przeliczenie.

56.

Czy zamawiający w Grupie 3 poz. 1 dopuści jednorazowe myjki w postaci rękawicy przeznaczone do częstego i łagodnego oczyszczania i mycia całego ciała (włącznie ze strefami intymnymi), niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi,

olejów mineralnych, parabenów, mydła, silikonu oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak m. in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Rękawice o zaokrąglonym anatomicznym kształcie, miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: poliester i lycell, zgrzewane ultradźwiękowo dzięki czemu nie drażni wrażliwej skóry pacjenta. Rękawice o rozmiarze 22 x 15 cm i gramaturze 82g/m², pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Ad.56 Pozostaje jak w SWZ.

57.

Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści zamiast pojemnika o wysokości 35 do 40 centymetrów pojemnik o wysokości 30 cm?

Ad.57 Zamawiający dopuszcza.

58.

Grupa 15

Czy Zamawiający dopuści opaski jak poniżej w pozycji pierwszej opaski dla niemowląt a w drugiej dla dorosłych ?


OPASKA DO IDENTYFIKACJI DOROSŁYCH

OPASKA DO IDENTYFIKACJI NIEMOWLĄT RÓŻOWA

OPASKA DO IDENTYFIKACJI NIEMOWLĄT NIEBIESKA

właściwości:

- opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych posiadają zamykaną kieszonkę na kartkę umożliwiającą opisanie danych identyfikacyjnych:
 - pleć – nazwisko – data - łózko
- nietoksyczna, miękka, wykonana z PVC
- opakowanie jednostkowe – 100 szt.
- zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie (typ zatrzask)
- otwory umożliwiające regulację długości tasiemki
- długość całkowita opaski dla dorosłych – ok. 24,3 cm
- długość całkowita opaski dla dzieci – ok. 17,2 cm



- jednorazowego użytku

Ad.58 Zamawiający dopuszcza.

59.

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Ad.59 Zamawiający potwierdza.

60.

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Ad.60 Zamawiający nie wymaga.

61.

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Ad.61 Zamawiający potwierdza powyższe.

62.

Grupa 4, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy aplikator gąbkowy pakowany pojedynczo do jamy ustnej pokryta węglanem sodu?

Ad.62 Zamawiający nie dopuszcza.

63.

Grupa 4, Pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu aplikator gąbkowy oraz szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, saszetkę z roztworem 0,12% chlorheksydyny (7 ml). Zestaw stosowany w profilaktyce VAP o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Ad.63 Pozostaje jak w SWZ.

64.

Grupa 4, Pozycja 3: Czy Zamawiający oczekuje, aby opakowanie umożliwiło przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, co minimalizuje ryzyko kontaminacji saszetki z płynem?

Ad.64 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

65.

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 2 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 2 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Ad.65 Pozostaje jak w SIWZ.

podpis elektroniczny