



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, 28. 09.2023r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: **TP 71/23- obsługa serwisowa tomografu komputerowego Ingenuity Core 64**

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**1. Dot. SWZ, Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Prosimy o potwierdzenie, że certyfikaty ze szkoleń wydane dla pracowników Wykonawcy mają być wydane przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ w punkcie VI pod. 4a.

**2. Dot. punkt I.4 załącznika nr 2 do SWZ.**

Czy Zamawiający uzna za równoważne zamiast „Dostęp do portalu do zgłaszania i monitorowania w czasie rzeczywistym zdarzeń serwisowych.” Następujące sformułowanie: „Możliwość zgłaszania usterek i zdarzeń serwisowych na maila Wykonawcy przez 24h na dobę?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza równoważne sformułowanie” możliwość zgłaszania usterek i zdarzeń serwisowych na maila Wykonawcy 24h na dobę”.

**3. Dot. punktu I.4 załącznika nr 2 do SWZ.**

Wnosimy o potwierdzenie że oprogramowanie serwisowe o którym mowa ma pozwolić w pełnym zakresie na wykonanie serwisu tj. wszystkich napraw i przeglądów technicznych oraz ma pochodzić z legalnego źródła.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza jednoznacznie że oprogramowanie serwisowe ma pozwolić w pełnym zakresie na prawidłowe wykonanie napraw i przeglądów.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**4. Dot. punktu 4/ I.7 załącznika nr 2 do SWZ.**

Wnosimy o potwierdzenie że do czasu sumarycznego wyłączenia aparatu nie wlicza się dni które przeznaczone są na planowaną konserwację/przeeglądy techniczne oraz awarie nie mające wpływu na poprawne wykonywanie badań diagnostycznych.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę że do czasu sumarycznego wyłączenia aparatu nie wlicza się dni które przeznaczone są na planowaną konserwację/przeeglądy techniczne oraz awarie nie mające wpływu na poprawne wykonywanie badań diagnostycznych.

**5. Dot. załącznika nr 2 do SWZ.**

Wnosimy o usunięcie ostatnich zdań załącznika, to jest po wersie: „Brak spełnienia wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.” Wg Wykonawcy treść tych zdań odnosi się do zakupu nowego urządzenia i nie do świadczenia pogwarancyjnych usług serwisowych. Ponadto świadczenie usług serwisowych odbywa się na miejscu u Zamawiającego ze względu na gabaryty urządzenia i jego umocowania w pomieszczeniu Zamawiającego.

**Odpowiedź :**

Zamawiający dokonuje zmianę w zapisie na zapis- Brak spełnienia wymaganych parametrów obsługi serwisowej spowoduje odrzucenie oferty.

**6. dot załącznika nr 2 do SWZ.**

Wnosimy o potwierdzenie iż w kolumnie „Punktacja” wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia warunku słowem TAK, natomiast tylko w pozycjach tabeli 7 i 11 należy podać wartości.

**Odpowiedź :**

Zamawiający potwierdza .

**7. Dot. Załącznik nr 5 do SWZ, Wzór umowy**

Wnosimy o usunięcie §3 ust. 15 gdyż system Intellispace Portal IX nie jest przedmiotem umowy.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**II. Na podstawie art. 286 ust.12 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonuje zmian do SWZ:**

-zmianie ulega załącznik nr 2-ostatnie zdanie

-zmianie ulega załącznik nr 5 poprzez usunięcie §3 ust. 15

W załączeniu SWZ po zmianie

Sporządziła: Elwira Stołba

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**