



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



Płock, dnia 27 września 2022 r.

TZPiZI.261.2082.2022

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
nr postępowania [TZPiZI.261/08/D/22](#)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp na **dostawę** pn. „**Zakup sprzętu jednorazowego użytku w roku 2022 w okresie 12 miesięcy**”.

I. Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Część 1, pozycja 9-28

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Część 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 2,0mm o długości roboczej 250mm +/-5mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Część 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości roboczej 250mm +/-5mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Część 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 3,3mm o długości roboczej 350mm +/-5mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Część 1, pozycja 32-33

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4,7mm o długości roboczej 355mm +/-5mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Mazowsze.
serce Polski

KRS: 0000029842 NIP: 774-10-02-289 REGON: 610317845

Telefon: 24 267-84-00; fax: 24 267-84-15

e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl <http://wspritsplock.pl>

Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie: <http://wspritsplock.pl> w zakładce ochrona danych.

6. Część 1, pozycja 37-38

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych w jednym rozmiarze, z uniwersalnymi rzepami umożliwiającymi szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy, z regulowanym uchwytem pozwalającym na zamontowanie każdego rozmiaru rurki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Część 1, pozycja 47-61

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowaną z niskociśnieniowym, cienkościennym mankietem, bez znakowania rozmiarem na baloniku kontrolnym, ze śladowa zawartością ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Część 1, pozycja 107-110

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z tłokiem z czterostronnym podcięciem na końcu tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Część 1, pozycja 107

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 2,2ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Część 1, pozycja 108

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 5,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Część 1, pozycja 109

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 11ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Część 1, pozycja 110

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 22ml w opakowaniach zbiorczych a'50 szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Część 1, pozycja 115

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bez zastawki bezzwrotnej? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Część 1, pozycja 116

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 23ml/min? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Część 1, pozycja 117-122

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z portem górnym o kształcie zaoblonego trójkąta umieszczonego nad skrzydełkami jak na zdjęciu?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Część 1, pozycja 117-122

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bez nazwy producenta bezpośrednio na niej? Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Część 1, pozycja 117-122

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarach i przepływach jak poniżej:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Część 1, pozycja 131-138

Czy Zamawiający dopuści maski oddechowe pakowane w papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Część 1, pozycja 148

Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania w rozmiarze CH21?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Część 1, pozycja 155-157

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polietylenu z pokrywą z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Część 1, pozycja 155

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 1L wysokość 140mm, średnica górna/dolna 109/92,5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. Część 1, pozycja 157

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7 okrągły?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

23. Część 1, pozycja 160-167

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

24. Część 1, pozycja 172

Czy Zamawiający wymaga aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

25. Część 1, pozycja 174

Czy Zamawiający dopuści płachtę foliowa do przykrycia o wymiarach 220x120 bez dołączonych do zestawu rękawiczek foliowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

26. Część 1, pozycja 174

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oraz wycenę osobno płachty do zwłok oraz foliowych rękawiczek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

27. Część 1, pozycja 175

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy składający się z trzech pakietów o składzie:

PAKIET A:

1 szt. podkład chłonny 40 x 60 cm

1 szt. podkład nieprzemakalny

2 szt. ręczniczki do rąk

2 pary rękawiczek lateksowych

PAKIET B:

1 szt. gruszka do odsysania wydzieliny

4 szt. zaciski pępowinowe

4 szt. kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm

1 szt. nożyczki do pępowiny

PAKIET C:

1 szt. opaska identyfikacyjna dla noworodków

1 szt. kocyk dla noworodka 100 x 60 cm

2 szt. ręczniczki do rąk

1 szt. pielucha dla noworodka

1 szt. podpaska higieniczna

1 szt. torba foliowa na łóżysko?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Załącznik 2

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, w zakresie załącznika 2 – na poszczególne, wybrane pozycje? Niniejszy zabieg umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną zagospodarowane w racjonalny sposób.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

29. Załącznik 2, poz. 112-113

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30. Załącznik 2, poz. 112-113

Czy zamawiający dopuści wymiar strzykawki :długość 15,3 cm, w stanie rozłożonym dł. 25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Załącznik 2, poz. 142,

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

32. Załącznik 2,poz. 172

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, uszkie z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

33. Załącznik 2,poz. 193

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

34. Część 1, pozycja 31- Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze ID 3.3/275mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

35. Część 1, pozycja 33- Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze ID 4.7/340mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

36. Część 1, pozycja 37-38- Czy zamawiający dopuści uniwersalny rozmiar zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

37. Część 1, pozycja 37-38- Czy dopuści mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

38. Część 1, pozycja 37- Czy zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych dla dzieci firmy Laerdal przeznaczony dla rurek pediatrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem SWZ.

39. Część 1, pozycja 38- Czy zamawiający dopuści stabilizator dla dorosłych firmy Laerdal przeznaczony dla rurek dla dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem SWZ.

40. Część 1, pozycja 47-61- Czy zamawiający dopuści rurki z niewielką ilością ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

41. Część 1, pozycja 47-61- Czy zamawiający rurki wykonane w całości z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

42. Część 1, pozycja 62-68- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

43. Część 1, pozycja 82-95- czy zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 3.0-10?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

44. Część 1, pozycja 82-95- Czy zamawiający dopuści rurki nosowo-gardłowe wykonane w całości z elastycznego termoplastycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

45. Część 1, pozycja 107- 110- Czy zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową, dwuczęściową, korpus oraz tłok jest wykonany z polipropylenu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

46. Część 1, pozycja 107- 110- Czy zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową, nazwa producenta na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

47. Część 1, pozycja 107-110 Czy zamawiający dopuści bez kolorystycznego zabarwienia tłoku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

48. Część 1, poz. 112-113,- Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

49. Część 1 poz. 112-113- Czy zamawiający dopuści wymiary strzykawki: długość 15,3 cm, w stanie rozłożonym 25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

50. Część 1, pozycja 112-113- Czy zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych gdzie korpus strzykawki wykonany jest z polipropylenu, a tłok z polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

51. Część 1, pozycja 112-113- Czy zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych gdzie korpus strzykawki wykonany jest z polipropylenu, a tłok z polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu powyżej.

52. Część 1, pozycja 116- Czy zamawiający dopuści kaniule o dożylną, jałową ze skrzydełkami, z portem bocznym z 2 liniami RTG w rozmiarze 24G (0,7x 19 mm przepływ 23ml/min bez hydrofobowej membrany, wykonana z następujących materiałów:

- Igła: Stal nierdzewna
- Osłona igły: Polipropylen
- Cewnik: FEP
- Uchwyt cewnika: Polioksymetylen (POM)
- Korpus cewnika: Polipropylen
- Nasadka portu: Polietylen liniowy o niskiej gęstości
- Kielich igły: Polipropylen
- Osłona korpusu (oprawa otworu): Polipropylen
- Zatyczka gwintowana (typu luer): Polipropylen wysokiej gęstości
- Rurka silikonowa: Silikon?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

53. Część 1, pozycja 117-122- Czy zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne o następującym opisie :

- kaniula z igłą, ze specjalnym wycięciem zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w cewniku
- cewnik wykonany z biokompatybilnego **poliuretanu (PUR)**
- materiał cewnika (sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta
- cewnik widoczny w RTG (6 pasków radioceniujących)
- samodomykający się korek portu górnego
- zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli, aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika
- komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy
- ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut
- metoda sterylizacji: tlenek etylenu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

54. Część 1 , pozycja 117- Czy zamawiający dopuści 24G (07x19mm) przepływ 23 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

55. Część 1 , pozycja 118- Czy zamawiający dopuści 22G (09x25mm) przepływ 36 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem SWZ.

56. Część 1 , pozycja 119- Czy zamawiający dopuści 20G (1,1x32mm) przepływ 65 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

57. Część 1 , pozycja 120- Czy zamawiający dopuści 18G (1,3x45mm) przepływ 95 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

58. Część 1 , pozycja 121- Czy zamawiający dopuści 17G (1,5x45mm) przepływ 142 ml/min
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

59. Część 1 , pozycja 122- Czy zamawiający dopuści 16G (1,7x45mm) przepływ 200 ml/min
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

60. Część 1, pozycja 117-122- Czy zamawiający dopuści nazwę producenta na opakowaniu kaniuli?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

61. Część 1, pozycja 142 Czy zamawiający dopuści w zamian za oświadczenie producenta, katalog producenta który potwierdza o braku toksycznych ftalanów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem SWZ.

62. Część 1, pozycja 154-158 czy zamawiający dopuści jednostronne zamykanie pojemników na zużyte igły i odpady medyczne?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

63. Część 1, pozycja 170- Czy zamawiający dopuści jednorazowe wkłady (stosowane wraz z wielorazowymi uchwytami z możliwością dezynfekcji)– zdjęcie poglądowe poniżej, takie rozwiązanie eliminuje czyszczenie, rozchlapywanie, rozlanie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Po 30 sekundach superchłonna wkładka higieniczna zamienia 600 ml płynów ustrojowych w żel. Wkładki są wykonane w 100% z materiałów recyklingowych. Wymiary: 16x43 cm, pakowane po 20 szt.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

64. Część 1, pozycja 172 Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny skalowany co 100 ml do pojemności 1500ml , całkowita pojemność 2000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

65. Część 1, pozycja 175- Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy składający się z trzech pakietów o składzie:

PAKIET A:

- 1 szt. podkład chłonny 40 x 60 cm
- 1 szt. podkład nieprzemakalny
- 2 szt. ręczniczki do rąk
- 2 pary rękawiczek lateksowych

PAKIET B:

- 1 szt. gruszka do odsysania wydzieliny
- 4 szt. zaciski pępowinowe
- 4 szt. kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm
- 1 szt. nożyczki do pępowiny

PAKIET C:

- 1 szt. opaska identyfikacyjna dla noworodków
- 1 szt. kocyk dla noworodka 100 x 60 cm
- 2 szt. ręczniczki do rąk
- 1 szt. pielucha dla noworodka
- 1 szt. podpaska higieniczna
- 1 szt. torba foliowa na łóżysko?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

66. Część 1, pozycja 174- Czy zamawiający dopuści worek na zwłoki 90x 220 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

67. Część 1, pozycja 174 – Czy zamawiający ma na myśli płachtę na zwłoki ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płachtę do przykrywania zwłok, z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych z SWZ.

68. Część 1, pozycja 193- Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem SWZ.

69. Część 1, pozycja 195- Czy zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim lub zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

70. Pytanie dot. zał. 1 pozycji 69-75

Prosimy Zamawiającego o możliwość składania oferty dla pozycji 69-75 lub wydzielenie wymienionych pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

71. Dotyczy postanowień umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów wynikających z § 6 ust. 2 umowy na następujące:
„W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 albo dostarczy go w tym terminie, ale towary objęte jednostkowym zamówieniem będą posiadały wady lub braki, o których mowa w § 2 ust. 12, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości jednostkowego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru zgodnie z zamówieniem, nie więcej jednak niż 5% wartości jednostkowego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

72. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy Pozycja 110

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek 20ml pakowanych po 50sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

73. Pozycja 175


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu położniczego jednorazowego użytku o następującym składzie:

Skład zestawu:

- 1 serweta Protect (opakowanie zestawu)
- 1 serweta dla noworodka
- 2 ręczniki celulozowe
- 6 kompresów włókninowych Medicomp
- 1 nożyczki chirurgiczne proste tępe tępe Peha-instrument
- 3 zaciski do pępownicy plastikowe
- 4 rękawiczki Peha-soft nitrile by pack
- 1 gruszka gumowa
- 1 x torebka papierowa

Rozmiar:

- 120 x 95 cm
- 87 x 90 cm
- 30 x 33 cm
- 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m²)
- 14,5 cm
- 53 mm
- L
- 60 ml
- 30 x 18,5 cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

II. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR

SP ZOZ

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku

mgr Lucyna Kęsicka

