



WSzSL.FZ.381./75A/135/2023

Legnica 27.10.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWNIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH  
WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

**znak sprawy WSzSL/FZ-75A/23**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz.1605), wyjaśniam co następuje:

**Dotyczy Pakiet 4**

**Pytanie 1** - Prosimy o uściślenie czy do ceny przeglądów technicznych respiratorów Hamilton typ C1/T1 należy doliczyć koszt cel O2 oraz akumulatorów?

Nadmieniamy, że zgodnie z wymogami producenta jeżeli w chwili przeglądu akumulator lub cela O2 nie spełnia wymagań wynik przeglądu respiratora jest negatywny. Wówczas respirator nie zostanie dopuszczony do użytkowania.

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż do ceny przeglądów technicznych respiratorów Hamilton typ C1/T1 należy doliczyć cele O2 nie doliczając ceny akumulatorów.

**Uwaga!**

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
*Anna Płotnicka-Mieloch*