



Poznań, dnia 13.10.2023r.

Oznaczenie sprawy: TP -119/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę videolaryngoskopów w ramach projektu POIŚ**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych – Zamawiający poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści videolaryngoskop umożliwiający nagranie filmów i zdjęć w wewnętrznej pamięci videolaryngoskopu, z możliwością przeniesienia nagranych filmów i zdjęć do komputera za pomocą kabla USB?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2:

Czy w pozycji 13 Zamawiający dopuści videolaryngoskop z wbudowaną kartą pamięci o pojemności 4GB co umożliwi rejestrację 3500 zdjęć lub nagranie 2h filmów wideo?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3:

Czy w pozycji 14 Zamawiający dopuści urządzenie bez złącza HDMI?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4:

Czy w pozycji 15 Zamawiający dopuści videolaryngoskop ze źródłem światła 800 lux i barwie 6000K?

Odp: Zamawiający dopuszcza

.....
(podpis Zamawiającego)

