



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 25.08.2023 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 21A/2023**

**Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę kriostatu do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 2**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 ust. 1-2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu dostawy przedmiotu umowy z 8 tygodni na 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Niniejsza prośba wynika z faktu, iż przedmiot umowy, z uwagi na swoje właściwości, nie znajduje się na stałe na stanie magazynu żadnego Wykonawcy, w związku z czym spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w pierwotnie wskazanym terminie nie jest możliwe. Dodatkowo z uwagi na ogólnoswiatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy oraz konieczność sprowadzenia urządzenia z zagranicy, terminy produkcji urządzeń i ich dostaw uległy wydłużeniu. W konsekwencji Wykonawca zwraca się wnioskiem o dostosowanie i urealnienie terminu dostawy w sposób wskazany powyżej. Na marginesie Wykonawca nadmienia, iż termin dostawy nie stanowi elementu oceny oferty, a jego modyfikacja może przełożyć się jedynie na poszerzenie kręgu wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wykonawca nie chce dopuścić do opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas nie zależnych prosi o wydłużenie terminu realizacji jak na wstępie.

**Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 3 – załącznik nr 2 – poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie półki szybkiego zamrażania -35°C przy temperaturze komory -35°C. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Kupujący dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 4 – załącznik nr 2 – poz. 12**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z uchwytem wyposażonym w śrubę zaciskową służącą do mocowania podstawka z preparatem. Jest to parametr równoważny do opisanego, pozwala na precyzyjne i stabilne mocowanie próbek.

**Odp. Kupujący dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 5 – załącznik nr 2 – poz. 13**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z nastawą cięcia:

- 1 – 10 µm w krokach co 1 µm
- 5 µm – 10 µm w krokach co 1 µm
- 10 µm – 20 µm w krokach co 2 µm
- 20 µm – 50 µm w krokach co 5 µm
- 50 µm – 100 µm w krokach co 10 µm

**Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 6 – załącznik nr 2 – poz. 14**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem ruchu pionowego 64 mm.

**Odp. Kupujący dopuszcza, nie wymaga.**

---

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**Pytanie nr 7 – załącznik nr 2 – poz. 15**

Prosimy o urządzenia z zakresem ruchu poziomego 28 mm.

**Odp. Kupujący dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 8 – załącznik nr 2 – poz. 17**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez dedykowanego wskaźnika osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy.

**Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 9 – załącznik nr 2 – poz. 19**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy bez wskazania zmian położenia co 2° oraz wskaźnikiem położenia 0/0°. Parametr ten w przypadku kriostratów charakterystyczny jest wyłącznie dla producenta firmy Leica, co stanowi ograniczenie konkurencji.

**Odp. Kupujący dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 10 – załącznik nr 2 – poz. 20**

Prosimy o dopuszczenie kriostratu nowszej generacji wyposażonego w kolorowy dotykowy ekran niewymagający dodatkowego zabezpieczenia folią. Menu sterowania urządzeniem obsługiwane między innymi z użyciem kolorowych piktogramów. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SWZ.

**Odp. Kupujący dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 11 – załącznik nr 2 – poz. 22**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez wskazania temperatury głowicy, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 12 – załącznik nr 2 – poz. 24**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o głębokości 760 mm. Zwracamy uwagę, iż różnica w wymiarze stanowi zaledwie 1 cm co nie stanowi znaczącej różnicy użytkowej.

**Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.**

KOMENDANT

plik mgr Krzysztof Jurkowski

BD. 91/8105982