

Wołów, 29.11.2022 r.

19/PCM/2022/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania nr 19/PCM/2022/ZP/A **Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu II.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Integracja IT.

Pytanie 1

W punkcie 5 Zamawiający wymaga podania integracji z systemem teleradiologii
Zmawiający informuje, iż Wykonawca teleradiologii zostanie wyłoniony do 31.06.2023 r.
W związku z tym w jaki sposób potencjalny Wykonawca obecnego postępowania ma odnieść się do kwestii finansowych w zakresie tej integracji, skoro z kolei nieznaną jest na dzień dzisiejszy Wykonawca teleradiologii.

Nie jest możliwe założenie realnej ofert z ujęciem kwoty dotyczącej integracji z systemem teleradiologii nieznanego dostawcy, który zostanie dopiero wskazany po złożeniu dokumentacji przetargowej dotyczącej obecnego postępowania. Również biorąc pod uwagę doświadczenie w zakresie integracji z systemami innych potencjalnych producentów czy dostawców kwoty mogą być tak rozbieżne, iż na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć realnej kwoty. Równocześnie należy podkreślić, iż uzyskanie realnej kwoty od potencjalnego dostawcy systemu teleradiolami jest również z korzyścią dla Zamawiającego.

Prosimy o wykreślenie tego punktu lub odpowiedź na pytanie czy Zamawiający orientuje się jaka to będzie kwota, jeżeli tak to niech ona będzie stałą kwotą dla wszystkich potencjalnych Wykonawców obecnego postępowania o nr. 12/PCM/2022/ZP/A.

ODPOWIEDŹ: Wykonawca musi uwzględnić koszty integracji po swojej stronie.

Pracownia Wołów.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie urządzeń w klasach IP 55/56 klasa 66 to klasa chroniąca np. przed silnym strumieniem wody, takie stawianie wymogów dla sprzętu, który nie ma styczności z wodą i nie będzie zanurzany w wodzie jest niezasadne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści detektor o wielkości piksela min 143 μm .

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści do przetargu detektory z czasem 4 sekund? Różnica tylko 1 sek. nie ma żadnego znaczenia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pracownia Szpital.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści aparat z kolumną z promieniem poziomym min 37cm? Różnica jest znikoma i nie wpływa na właściwości diagnostyczne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści aparat z detektorem o wielkości piksela min 143 μm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie urządzeń w klasach IP 55/56 klasa 66 to klasa chroniąca np. przed silnym strumieniem wody, takie stawianie wymogów dla sprzętu, który nie ma styczności z wodą i nie będzie zanurzany w wodzie jest niezasadne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści do przetargu detektory z czasem 4 sekund? Różnica tylko 1 sek. nie ma żadnego znaczenia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści do przetargu blat z ruchem min 90cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Czy zamawiający dopuści do przetargu stół o minimalnej wysokości 56,5cm od podłogi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Czy zamawiający dopuści do przetargu stół o udźwigu dynamicznym min 250 kg i statycznym 300 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuści do przetargu statyw z odległością środka min 175cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pracownia Brzeg Dolny.

Pytanie 13

Prosimy o dopuszczenie urządzeń w klasach IP 55/56 klasa 66 to klasa chroniąca np. przed silnym strumieniem wody, takie stawianie wymogów dla sprzętu, który nie ma styczności z wodą i nie będzie zanurzany w wodzie jest niezasadne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Czy zamawiający dopuści aparat z detektorem o wielkości piksela min 143 µm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Czy zamawiający dopuści do przetargu detektory z czasem 4 sekund? Różnica tylko 1 sek. nie ma żadnego znaczenia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o.


ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

www.pcmwolow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI**
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o
56-100 Wołów ul Inwalidów Wojennych 26
tel 71/380 58 01
WOJ DOLNOŚLĄSKIE
NIP-988-02-67-118 REGON:020749596
(2)

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wolow.pl