

SPZZOZ.ZP/79/2018

Przasnysz, 29.01.2019 r

**Do wszystkich,
Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

Pyt.1

Ad. Pakiet IV poz 8 Aparat USG ginekologiczno – położniczy z funkcją Dopplera pkt 18
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ wyposażony w obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. Krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych – wygładzania obrazów lecz bez współpracy z trybami color doppler i power doppler?

Tylko pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 2

Ad. Pakiet IV poz 8 Aparat USG ginekologiczno – położniczy z funkcją Dopplera pkt 54
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający pełny pakiet kalkulacji ginekologicznych bez wbudowanego algorytmu ułatwiającego ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA? Zwłaszcza, że Zamawiający nie określił który z modeli ma być wbudowany w aparat: najnowszy - „ADNEX”, starszy - „LR2”, lub - „Simple Rule Risk”?

W związku z tym prosimy o rezygnację z wymogu wbudowania w aparat algorytmu do oceny ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA.

Tylko pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.. 3

Ad. Pakiet IV poz 8 Aparat USG ginekologiczno – położniczy z funkcją Dopplera pkt 55
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne

wymagania SIWZ posiadający pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych. Z możliwością wyświetlania krzywych na ekranie podczas przeglądania raportu z pomiarów wywoływane jednym przyciskiem?

Tylko pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 4

Ad. Pakiet IV poz 8 Aparat USG ginekologiczno – położniczy z funkcją Dopplera pkt 56
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ z możliwością ustawienia sekwencji pomiarów automatycznie pojawiających się po sobie. Automatyczna detekcja i pomiary biometryczne BPD,HC,AC, NT, bez automatycznej detekcji HL oraz IT?

Tylko pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 5

Ad. Pakiet IV poz 8 Aparat USG ginekologiczno – położniczy z funkcją Dopplera pkt 70
Czy Zamawiający dopuści aparat nie dający możliwości wsparcia serwisowego poprzez łącze zdalne, a jedyną możliwością zdalnego wsparcia serwisowego jest kontakt telefoniczny z serwisem autoryzowanym?

Wsparcie serwisowe poprzez łącze zdalne nie jest możliwe w przypadku gdy aparat nie uruchamia się do pracy. Nasz serwis ma duże doświadczenie w diagnozowaniu zdalnym i wiele usterek diagnozowanych jest skutecznie za pośrednictwem połączeń telefonicznych z Użytkownikiem.

Tylko pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 6

Ad. Pakiet IV poz 8 Aparat USG ginekologiczno – położniczy z funkcją Dopplera pkt 78

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D+color, power doppler do określenia kształtu naczyń

Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę, lecz bez funkcji automatycznej detekcji płynu i automatycznej korekty bramki skanującej na żywo w trakcie badania?

Tylko pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 7

Ad. Pakiet IV poz 8 Aparat USG ginekologiczno – położniczy z funkcją Dopplera pkt 79

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ bez możliwości rozbudowy o niedoplerowską metodę wizualizacji przepływu do pomiarów parametrów w drobnych naczyniach? Ta funkcja jest charakterystyczna tylko dla jednego producenta ultrasonografów, w związku z tym

prosimy o rezygnację z tego wymogu ponieważ taki zapis jest ograniczeniem konkurencji.

Tylko pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 8

Ad. Pakiet IV poz. 8 Aparat USG ginekologiczno – położniczy z funkcją Dopplera pkt 73, 83 oraz poz. 7 Przenośny aparat USG pkt. 61: Prosimy o dodanie zapisu „ do 48h w dni robocze” zgodnie ze wzorem umowy załącznik nr 3 § 7 ust. 9.

Odp. Zamawiający ujednolica zapis do 72 godzin w dni robocze.

Pyt. 9

Ad. Pakiet IV poz. 7 Przenośny aparat USG pkt. 58

Prosimy o zmianę zapisu na „ wymaganych aktualizacji oprogramowania”. Nie każda aktualizacja dla danego modelu jest konieczna.

Odp. Zamawiający ma na myśli aktualizacje konieczne/wymagane.

Pyt. 10

Ad. Pakiet IV poz. 7 Przenośny aparat USG pkt. 61: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający rozumie pod pojęciem odpowiedź serwisu, kontakt telefoniczny lub mail, fax?

Odp. Zamawiający oczekuje, że odpowiedź serwisu nastąpi poprzez zdalną diagnostykę urządzenia lub przyjazd serwisanta w ciągu 48 godzin w dni robocze

Pyt. 11

Ad. wzór umowy załącznik 3 § 7 ust. 8

Prosimy o zmianę zapisu „Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany towarów na wolne od wad – w przypadku niemożliwości usunięcia usterki lub usunięcia wad w drodze naprawy towarów, w zależności od wyboru Zamawiającego” na następujący „Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany towarów na wolne od wad – w przypadku niemożliwości usunięcia usterki lub wad w drodze naprawy towarów.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 12

Ad wzór umowy załącznik 3 § 7 ust. 12

Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia usterki, awarii do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia oraz wymogu wstawienia aparatu zastępczego po 5 dniach roboczych. Przy zaawansowanych technologiach użytych w aparatach USG, diagnostyka może okazać się czasochłonna. W efekcie, czas naprawy jest dłuższy od czasu podjęcia naprawy. Niektóre przypadki wymagają omówienia usterki z producentem. Wydłużenie terminu usunięcia awarii, wynika z konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta.

Odp. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie Umowy tj. wady usterki albo jego wymiany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) bądź też dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego.

Pyt. 13

Ad wzór umowy załącznik 3 § 8 ust. 1e

Prosimy o zmianę zapisu „w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 i nie dostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego, bądź też nie dostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego - w wysokości 0,5 % kwoty brutto o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.” na następujący „w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 lub nie dostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego, bądź też nie dostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego - w wysokości 0,5 % kwoty brutto o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.”

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis nadając mu następujące brzmienie: (...)

w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w §7 i nie dostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego bądź też nie dostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego – w wysokości 0,5% kwoty brutto naprawianego urządzenia.

Pyt. 14

Pakiet II Gabinet lekarza POZ Zestaw do telemedycyny (zdalne EKG)

Czy zgodzą się Państwo na następujące zmiany w parametrach wymaganych:

Parametr 5:

Zamiast 12/8 kanałowe kompaktowe urządzenie EKG proponowana treść: 3 kanałowe urządzenie umożliwiające realizację 7 odprowadzeń.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Parametr 6:

Zamiast: Trzy przewodowy kabel oraz 4 wbudowane elektrody n tylnej części urządzenia, proponowana treść: 5 kabli elektrodowych

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Parametr 8:

Zamiast: Różne opcje przesyłania danych (WIFI, Bluetooth, GSM) proponowana treść:

Opcja przesyłania danych GSM

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Parametr 11:

Zamiast: Tablet z zainstalowaną aplikacją do sterowania urządzeniem i odczytywania zapisów, proponowana treść: Możliwość logowania do Platformy telemedycznej z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 15

Dotyczy Pakiet IV Radiologia, zestawienie parametrów technicznych: USG - echo serca , poz 9 :

Ad. Głowica CWD. Pomiedzy punktami 22 i 23 znajduje się zapis „Głowica CWD”. Czy oznacza to, że taka głowica jest wymagana? Jeśli tak, to czy częstotliwość 2MHz jako standardowo stosowana w tego typu głowicach jest właściwa?

Ad. 23-27 Prawdopodobnie nastąpiła omyłka drukarska i w pozycji 23 powinien być nagłówek „Głowica liniowa”. Czy tak należy rozumieć zapis specyfikacji?

Ad 59 Prawdopodobnie nastąpiła omyłka drukarska i w pozycji tej znalazł się niepotrzebnie zapis „i ciśnienie”. Czy tak należy rozumieć zapis specyfikacji?

Zamawiający prostuje zapisy w tabeli parametrów w pkt 23-27.:

Głowica CWD				
23	Głowica CWD ok 2 MHz	TAK		Bez punktacji
Głowica liniowa				
24	Głowica o częstotliwościach obrazowania obejmujących przedział 3,0-10,0 (MHZ)	TAK		Bez punktacji
25	Pole obrazowania 40-50 mm	TAK		Bez punktacji
26	Obrazowanie w technice 2ej harmonicznej	TAK		Bez punktacji
27	Liczba kryształów w głowicy min 190	TAK		Bez punktacji

Dodatkowo w pkt 59 zamawiający wykreśla zapis „i ciśnienie”

Pyt. 16

Dotyczy Pakiet IV Radiologia, zestawienie parametrów technicznych ;USG - echo serca jezdny poz. 10

Sekcja PARAMETRY OBRAZOWANIA

Ad 21 Prawdopodobnie nastąpiła omyłka drukarska i w pozycji tej znalazł się zapis „Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, dopplera mocy i pw-dopplera (triplex)”.

Ponieważ Zamawiający kupuje aparat do badania echa serca, to pożądanym trybem obrazowania dla kardiologii jest: „Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, kolor doppler i CW-dopplera (triplex)”. Czy tak należy rozumieć zapis specyfikacji?

Odp. Zamawiający wykreśla pkt 21

Ad 26 Prawdopodobnie nastąpiła omyłka drukarska i w pozycji tej znalazł się zapis „Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/doppler mocy/pw-doppler (triplex)”. W badaniach kardiologicznych nie wykorzystuje się Dopplera mocy. Ponieważ Zamawiający kupuje aparat do badania echa serca, to pożądanym trybem obrazowania dla kardiologii jest: „Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/CW-doppler (triplex)”. Czy tak należy rozumieć zapis specyfikacji?

Odp. Zamawiający koryguje zapis w tej pozycji na następujący: „Jednocześnie obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doplex/PW-dopler (triplex), 2 D kolor dopler/CW-dopler triplex.

Pyt. 17

Dot. Pakiet IV, poz. 9 punkt 78 i poz. 10, punkt 77. Powszechną praktyką rynkową jest, że po upływie okresu gwarancji Zamawiający ogłaszają odrębne postępowania na serwis pogwarancyjny swoich urządzeń, gdzie określają wymagania dotyczące tych usług, oraz mogą dzięki temu dokonać wyboru najbardziej konkurencyjnej oferty wśród ofert złożonych, bądź też dokonują napraw płatnych na warunkach ogólnych wybranego Wykonawcy. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekując czasu odpowiedzi serwisu na zgłoszenie awarii w okresie pogwarancyjnym określa jedynie ogólne warunki odpłatnego serwisu pogwarancyjnego, do jakich może zobowiązać się Wykonawca w odrębnej umowie, możliwej do zawarcia po upływie okresu gwarancji, którą Zamawiający może podpisać z wykonawcą wybranym na praktykowanej przez Zamawiającego drodze, oraz że Wykonawca w cenie przedmiotu postępowania nie musi doliczać kosztów serwisu pogwarancyjnego.

Odp. Zamawiający wykreśla z poz. 9 z punktu 78 oraz z poz. 10 z punktu 77 serwis pogwarancyjny.

Pyt. 18

Dot. Pakiet IV, poz. 9 punkt 79 i poz. 10, punkt 78. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zagwarantowaną dostępnością części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez co najmniej 7 lat od daty sprzedaży urządzenia?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pyt. 19

Dot. Pakiet IV, poz. 9 i 10. Czy w związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych wykonywanych w miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową, której wzór będzie przesłany Zamawiającemu w przypadku wyboru złożonej oferty, oraz czy zgodzi się na przyłączenie oferowanych aparatów do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet o przepustowości łącza na poziomie min. 512 Kbit/s., co umożliwi to Wykonawcy zdalną diagnostykę i ewentualną naprawę urządzenia? Prosimy też o potwierdzenie, że w takim wypadku zdalna diagnostyka lub naprawa będzie traktowana jako reakcja serwisu na zgłoszenie usterki.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 20

Dot. Pakiet IV, poz. 9 punkt 78 i poz. 10, punkt 77. Czy w przypadku braku możliwości przyłączenia oferowanego urządzenia do zdalnej diagnostyki Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji w okresie gwarancyjnym (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) do 48 godzin w dni robocze? Taki czas wynika często z konieczności sprowadzenia części na miejsce instalacji celem podjęcia natychmiastowej próby naprawy przy pierwszej wizycie. Ponadto, taki czas reakcji Zamawiający definiuje w ust. 9 §7 projektu umowy.

Odp. Zamawiający ujednotolica wymogi i wymaga czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze w okresie gwarancji..

Pyt. 21

Dot. Projektu umowy dla Pakiet IV, §7 ust. 12. Urządzenia, które Wykonawca chce zaoferować w postępowaniu, mogą do przeprowadzenia skutecznej naprawy wymagać sprowadzenia części zamiennych spoza obszaru Unii Europejskiej, co może skutkować dłuższym czasem oczekiwania ze względu na czynności celne. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy urządzeń wymaganych w pakiecie IV. Poz. 9 i 10, do 5 dni roboczych, oraz wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego dla napraw powyżej 5 dni roboczych?

Odp. Zamawiający zmienia zapis zgodnie z poniższym:

12 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii albo jego wymiany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych) i 10 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego.

Pyt. 22

Dotyczy SIWZ-Termin wykonania zamówienia: Czy zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw min. 5 tygodnie od terminu podpisania umowy?

Z uwagi na określenie terminu realizacji zamówienia do dnia 31.05.2019 r., wyjaśniamy, że na zamówienie, sprowadzenie i dostawę sprzętu potrzebne jest min.5 tygodnie ponieważ oferowany sprzęt jest produkowany pod konkretne zamówienie.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pyt. 23

Dot. §8 Wzoru umowy, Kary umowne ust.1 pkt. a-f : W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynoszą one ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć kary umowne do przyjętego w branży poziomu tj. pkt.a, d,e to poziomu 0,1-02% natomiast w przypadku odstąpienia pkt.b,c,f do poziomu 10%.

Odp. Zamawiający zmienia zapis na poniższy:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

- a) *Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% kwoty brutto niezrealizowanej części Umowy za każdy dzień opóźnienia.*
- e) *w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w §7 i nie dostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego bądź też nie dostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego – w wysokości 0,5% kwoty brutto naprawianego urządzenia.*

Pyt. 24

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par.9 Odstąpienie od umowy; Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną, proponujemy, aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Z poważaniem