

Znak: ZOZ.V.010/DZP/02/20

Sucha Beskidzka dnia 20.03.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu”.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. Dotyczy roz. V SIWZ – Czy Zamawiający odstąpi od dołączania kart charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD do umowy, jeżeli Wykonawca udostępni adres bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się aktualne dokumenty?

Odp. TAK.

2. Dotyczy zapisów pkt. III ppkt. 3.3. SIWZ oraz §8 ust. 3 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę razem z przedmiotem zamówienia, dokumentów w formie elektronicznej na płycie CD lub na udostępnienie adresu bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się wymagane dokumenty?

Odp. TAK.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań

prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego jako usługi dodatkowej, z której Zamawiający będzie mógł skorzystać, ale nie będzie miał takiego obowiązku, w tym również obowiązku udostępnienia łącza oraz zestawienia połączenia VPN w miejscu instalacji.

Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego może być realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

4. Czy Zamawiający odstąpi od zaoferowania drukarki do aparatu do monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy w rozdziale II w punkcie 2.5 Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia specyfikacji protokołu transmisji danych do systemu laboratoryjnego w języku polskim a dopuści w języku angielskim w formie elektronicznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza specyfikacje w języku angielskim.

6. Czy w punkcie 28 Parametrów urządzenia poz. nr 2 Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu, jeśli aparat będący własnością Zamawiającego oraz aparat kompatybilny zostaną podłączone razem do jednego komputera przez jedno istniejące łącze pozwalające na dwukierunkowe przesyłanie danych?

Odp. TAK.

7. Czy aparat do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych, kompatybilny z aparatem będącym własnością Zamawiającego BactAlert 3D60, ma być podłączony do sieci laboratoryjnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Odp. TAK.

Pytania do Umowy (zał. nr 3):

8. §4 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający jest zobowiązany do ubezpieczenia dzierżawionego sprzętu.”? Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wyzierżawiający nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą

niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. §8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

- instrukcje w języku polskim, dotyczące magazynowania i przechowywania

odczytników i kalibratorów.

W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia powyższych dokumentów, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem:”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

10. §8 ust. 5 – Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie omyłki i określenie terminu na zgłoszenie wad ilościowych od chwili odbioru asortymentu, a dla wad jakościowych od chwili ich wykrycia, a nie jak dotychczas od daty otrzymania wady (Wykonawca otrzymuje zgłoszenie przekazane przez Zamawiającego).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. §8 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczanego na rozpatrzenie wad ilościowych do 3 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem:

SABINA STECZEK (ORA)
Kierownik Działu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Beskidzkiej
mgr Sabina Steczek

