

Konin, 30.01.2019r.

WSZ-EP-67/18/130/2019

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ

1. Par. 5 ust. 6 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy 67/2018- załącznikiem numer 3 do SIWZ WSZ-EP-67/2018.

2. Par. 5 ust. 7 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 13 warunków umowy, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego z umowy.” ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Par. 6 ust. 1.1 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 12 – Aparat EKG – 1 szt – Załącznik nr 2 do SIWZ

4. Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści odrzucanie sygnałów powszechnych >135dB?
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, które Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.
5. Pkt. 32 Czy Zamawiający potwierdza, że popełnił omyłkę pisarską i punkt 32. powinien brzmieć „Kompatybilność z systemem CardioSoft posiadanym przez Zamawiającego”?
Odpowiedź: Tak , Zamawiający potwierdza powyższe i w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje załącznik numer 2 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, które zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl