

L.dz. W/1888./2021/DZP

Olsztyn, 10.11.2021 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: postępowania nr 320/2021/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 135 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

części 1 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny nr 1 (2 szt): Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na ultrasonografy z dwiema głowicami: głowicą endorektalną oraz głowicą convex? Parametry głowicy endorektalnej są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Podajemy parametry głowicy convex: częstotliwość 2-8 MHz, 128 kryształów, 16 kanałów nadawczo-odbiorczych.

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Z poważaniem,

KANCLERZ  
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA  
*B.B.*  
Dorota Borkowska