

D/Kw.2233.7.2024.DB

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, instalacja oraz pierwsze uruchomienie **unitu stomatologicznego na 5 narzędzi wraz z kompresorem bezolejowym, asystorem i krzesłem stomatologicznym** o podanych niżej parametrach:

1. Dane dotyczące fotela:

Cechy urządzenia:		Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE
1	Udźwig fotela do 250 kg.	Tak
2	Cztery pamięci pozycji	Tak
3	Możliwość ustawienia w pozycji: ratunkowa	Tak
4	Możliwość zaprogramowania pozycji „0”	Tak
5	Pozycja spluwaczkowa z możliwością powrotu do poprzedniej pozycji pracy.	Tak

2. Dane dotyczące bloku spluwaczki:

Cechy urządzenia:		Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE
1	Misa spluwaczki ceramiczna	Tak
2	Możliwość obsługi nalewania przez pacjenta wody do kubka oraz sputkiwania misy.	Tak
3	Blok spluwaczki odchylany o 90 °	Tak
4	Ślinociąg wodny.	Tak

3. Dane dotyczące stolika lekarskiego:

Cechy urządzenia:		Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE
1	Rękawy od góry z blokadą	Tak

2	Strzykawka powietrze - woda	Tak
3	Rękaw turbinowy ze światłem z turbina LED	TAK
4	Mikrosilnik elektryczny z kątnicą, funkcja pracy normal obroty 400 – 40 000 obr/min, funkcja endo obroty od 50 obr/min, światło LED, funkcja giromatic.	Tak
5	Prostnica na mikrosilnik przełożenie 1:1	Tak
6	Skaler z funkcją pracy normal –endo, pięć nożyków roboczych plus endochuck	Tak
7	Lampa polimeryzacyjna z możliwością wyboru czasu pracy oraz trybu pracy.	Tak
8	Podkładka silikonowa pod rękawy z możliwością sterylizacji	Tak
9	Sygnalizacja potrzeby smarowania instrumentów	Tak

4. Dane dotyczące lampy oświetlenia pola zabiegowego:

Cechy urządzenia:		Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE
1	Lampa oświetlenia LED z regulacją natężenia, odbłask, i osłony wykonane ze szkła	Tak
2	Możliwość zapalania lampy ze stolika lekarskiego, nożnika oraz głowicy lampy	Tak
3	Jeden sterownik nożny obsługujący pracę fotela, pracę instrumentów, gaszenia i zapalania lampy zabiegowej, wyboru pozycji zerowej	Tak
4	Sterownik nożny z płynną regulacją obrotów mikrosilniki i mocy skalera.	Tak

5. Dane dotyczące lampy oświetlenia pola zabiegowego:

Cechy urządzenia:		Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE
1	Kompresor bezolejowy w obudowie wygłuszającej.	Tak
2	Urządzenie nowe, nieużywane, z bieżącej produkcji (rok produkcji nie starszy niż 2024), zapakowane w oryginalne opakowanie producenta	Tak
3	Urządzenie z oficjalnej polskiej dystrybucji	Tak

4	Urządzenie posiadające wymagane na terenie Rzeczypospolitej Polski przepisami prawa certyfikaty, homologacje i dopuszczenia do użytkowania	Tak
5	Okres gwarancji 24 miesiące	24 miesiące
6	Wykonawca zapewni możliwość wykonywania badań technicznych i serwisu oferowanego unitu przez co najmniej 10 lat od momentu sprzedaży	TAK
7	Asystor stomatologiczny na 4 szuflady	TAK
8	Krzesełko stomatologiczne z oparciem i regulacją wysokości	TAK

II. Szczegółowy opis realizacji zamówienia:

1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania w szczególności w przypadku nieprzyznania środków finansowych na realizację zakupu inwestycyjnego.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zakładu Karnego w Żytkowicach. Koszt dostawy będzie wliczony w ofertę w cenę jednostkowe towaru. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
3. Dostawa towaru nastąpi w dzień roboczy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00 po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu daty dostawy.
4. Dostawa powinna zostać zrealizowana **do dnia 17 maja 2024 roku.**
5. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego będzie protokół przekazania podpisany przez przedstawicieli obu stron.