



WSzSL.FZ.381./75A/ ~~136~~ / 2023

Legnica 30.10.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWNIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH
WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

znak sprawy WSzSL/FZ-75A/23

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz.1605), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Pakiet 1 i 2

Pytanie 1- Czy Zamawiający wymaga, żeby przeglądy komór były dokonywane zgodnie z normą PN EN 12469 oraz czy wymaga wymiany filtrów i lamp bakteriobójczych UV (jeżeli znajdują się w komorze)? W przypadku wymaganej wymiany filtrów, prosimy o podanie ich wymiarów.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (zalecenia producenta) bez wymiany filtrów i lamp UV.

Dot. Pakiet 1, 2

Pytanie 2- W związku z różnym wykorzystywaniem komór laminarnych w placówkach medycznych, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczących środowiska (działu), w którym ta komora pracuje oraz do jakich badań jest wykorzystywana (dot. zagrożeń użytkownika np. promieniowanie, cytostatyki).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż w Części 1 - komory laminarne wykorzystywane są w Aptece - cytostatyki, natomiast w Części 2 - pracują w warunkach zagrożenia mikrobiologicznego w Laboratorium Mikrobiologii.

Pytanie 3 - Dot. Oświadczenie – Załącznik 1 75A_23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne zamieszczenie w/w załącznika, ale w formacie „word”, żeby był on ogólnie i dla każdego dostępny, w celu wypełnienia go i dołączenia do oferty, zgodnie z wymaganiami zapisanymi w SWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż ponownie zamieszcza Załącznik nr 1 do SWZ w formie edytowalnej.

dot. Załącznika nr 1 do SWZ

Pytanie 3 Prosimy o udostępnienie odpowiedniego pliku w formie edytowalnej, celem umożliwienia wypełnienia Załącznika zgodnie z przyjętym wzorem. Aktualny format pliku to .lnk, czyli skrót do oryginalnego pliku.

W odpowiedzi na pytanie: Patrz odpowiedź w Zapytaniu nr 3.

Uwaga!

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień **03.11.2023**.
3. Zmiana terminu składania i otwarcia została naniesiona czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem,

DIREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Płotnicka-Mieloch