



ul. Marii
Skiłodowskiej - Curie
1
33-100 Tarnów

Tel. 14 631 02 10
Fax 14 627 44 43

e-mail:
sekretariat@zps.tarnow.
pl

Internet
www.zps.tarnow.pl

REGON
851800010

NIP
8733250820

KRS
0000450920
Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie,
XII Wydział
Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał zakładowy
21 986 500 zł
w całości opłacony



Uczestnicy postępowania

Strona internetowa prowadzonego postępowania

ZPS-AG-333/3/3/2022

Tarnów, dn. 27 kwietnia 2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania na zadanie pn.: „dostawa aparatu pantomograficznego z funkcją tomografu zębowego CBCT”

Mając na uwadze art. 260 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy pzp tj. z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

- Oferta Wykonawcy **ESDENT DENTAL EQUIPMENT Wojciech Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław** podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy pzp tj. z uwagi na fakt, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia: w pozycji nr 4 załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wymagał maksymalnego poboru mocy do 2,2 kVA natomiast z dokumentów przesłanych przez Wykonawcę (Instrukcja obsługi aparatu) wynika, że maksymalny pobór mocy to 2,5 kVA; w pozycji nr 12 Zamawiający wymagał, aby prąd lampy rentgenowskiej wynosił min. 2 -15 mA, natomiast z dokumentów przesłanych przez Wykonawcę wynika, że prąd lampy rentgenowskiej wynosi 2-22 mA; w pozycji nr 13 Zamawiający wymagał, aby częstotliwość generatora promieniowania wynosiła nie mniej niż 140 kHz natomiast Wykonawca nie wskazał ani w załączniku nr 1 ani w przesłanych dokumentach przedmiotowych, jaką oferuje częstotliwość generatora wskazując ogólny zapis, że jest to więcej niż 110 kHz. Taki zapis nie potwierdza spełnienia wymaganego przez Zamawiającego parametru.
- Oferta Wykonawcy **Optident Group Sp z o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław** podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3) i 4) ustawy pzp tj. z uwagi na fakt, że oferta jest niezgodna z przepisami ustawy oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Wykonawca Optident Group Sp. z o.o. nie złożył w przesłanej korespondencji formularza ofertowego. W formularzu ofertowym zawarte są istotne informacje odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Brak formularza ofertowego skutkuje niezgodnością z przepisami ustawy pzp. Oferta jest oświadczeniem wykonawcy oznaczającym przystąpienie do postępowania o zamówienie publiczne i wyraża wolę zawarcia umowy. Poprzez złożenie oferty

FA

wykonawca akceptuje wszystkie wymagania zawarte w SWZ dotyczące postępowania, jak i późniejszej realizacji zamówienia. Brak formularza ofertowego skutkuje faktem, iż przesłana korespondencja nie stanowi oferty. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Augustyński

Otrzymują:

Uczestnicy postępowania: ESDENT DENTAL EQUIPMENT Wojciech Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław; Optident Group Sp z. o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
Strona internetowa postępowania

An 15.07.20