

Dotyczy: „Dostawa sprzętu medycznego dla budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku” - ZP/01/20

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi:

Dotyczy: Pakiet nr 13 Myjnia dezynfektor

376. Ad. Odpowiedź 242 dot. Pkt 8 Na pytanie czy Zamawiający wymaga, aby myjnia pozwalała na jednoczesne mycie i dezynfekcję w cyklu 1 kompletnego basenu oraz 2 kaczek lub zamiennie 3 kaczek Zamawiający udzielił odpowiedź Tak. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający udzielając ww. odpowiedzi wymaga czy dopuszcza proponowany w pytaniu wsad myjni. Wprowadzenie wymogu mycia i dezynfekcji jednocześnie 1 basenu i 2 kaczek znacząco ograniczy ilość oferentów albowiem większość renomowanych producentów myjni dezynfektorów oferuje urządzenia z standardowym wsadem 1 basen i 1 kaczka lub 3 kaczki równocześnie. Podyktowane to jest optymalnymi wymiarami komory a tym samym myjni- dezynfektor oraz odpowiednim rozmieszczeniem dysz myjących.

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie 242 umieszczoną w dniu 23.04.2020 r.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Małgorzata Sendej-Orłowska