



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaźewicza 1/5



Informacja: tel. 42 251-60-11, 251 60-50, FAX. 42 251-60-55; Sekretariat Dyrektora: tel. 42 251-61-55, 42 251-60-59;
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych: tel. 42 251-60-60; Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 42 251-62-50;
Główna Księgowa: tel. 42 251-61-45; NIP 726-22-34-808; Regon 471219736.

WSSz - NZP – 523 / 19

Łódź, dn. 26. 09. 2019r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprawa ZP 22/19

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi informuje, że części dotyczącej **pakietu nr 4** dokonuje anulowania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (pismo nr WSSz-NZP-490/19 z dn. 16.09.2019r.).

Po ponownej analizie oferty nr 36 firmy **Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.** z siedzibą w 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14, Zamawiający stwierdził, że w pakiecie nr 4 poz. 26 nie spełnia ona wymogów SIWZ i na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o **odrzućeniu** jej z postępowania.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 26 „Kranik trójdrożny (...)” wymagał zaoferowania sprzętu z łącznikiem umożliwiającym swobodny obrót kranika przed i po podłączeniu do wklucia. Złożone przez Wykonawcę dokumenty i próbka potwierdzają, że po podłączeniu do wklucia **nie ma możliwości obrotu kranika**.

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. z przedmiotowego postępowania w części dotyczącej pakietu nr 4.

II. Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej pakietu nr 4.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wszystkie oferty złożone w postępowaniu w odniesieniu do pakietu nr 4 zostały odrzucone.

Z poważaniem
Dyrektor
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

mgr Krzysztof Zarychta