

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Dotyczy pakietu 21

Czy w pakiecie 21 zamawiający zgadza się na zaoferowanie balonów wyprodukowanych w Federacji Rosyjskiej.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 balonu 12-miesięcznego bez konieczności regulacji.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 26 poz. 18 – Czy nastąpiła omyłka pisarska i zamawiający miał na myśli igłę z oliwką -kulkowa- prosta 1,2 x 80 mm? Długość 8 mm nie występuje na rynku RP.

Omyłka pisarska.

Dot. Pakietu nr 13, poz. 17 Czy Zamawiający dopuści nerkę plastikową o pojemności 700 ml? Pozostałe składowe zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Dot. Pakietu nr 13, poz. 17 Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym jest 20 szt. kompresów gazowych 17N o wymiarach 10 x10cm 8W z nitką RTG? Pozostałe składowe zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet nr 4, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do elektrostymulacji przy użyciu USG oraz neurostymulatora o szlifie 20' w rozmiarach : 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 w pozycji 1 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta zestawu dotychczas stosowanego przez Zamawiającego) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer-lock 30 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 4 (z racji na fakt, że opisany produkt jest niedostępny u producenta).

Ostatnia wycena plus adnotacja, że produkt nie jest dostępny.

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 w pozycji 5 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta zestawu dotychczas stosowanego przez Zamawiającego) dopuści zestaw posiadający mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem, bez filtra; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 9 (z racji na fakt, że opisany produkt jest niedostępny u producenta).

Ostatnia wycena plus adnotacja, że produkt nie jest dostępny.

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 10 (z racji na fakt, że opisany produkt jest niedostępny u producenta).

Ostatnia wycena plus adnotacja, że produkt nie jest dostępny.

Pakiet 14 poz. 5- Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 40x40 (40x34)cm?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 14 poz. 6- Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 45x55 (45x49)cm?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 14 poz. 21- Czy Zamawiający dopuści igłę do penów insulinowych w rozmiarze 0,3 mm x 5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 14 poz. 26- Czy Zamawiający dopuści elektrodę na włókninie o śr. 55mm?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 18 poz. 1- Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do nawilżania o pojemności 325 ml napełnionego jałową, pięciokrotnie destylowaną i dejonizowaną, apirogeną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji do 100 dni. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 18 poz. 12- Czy zamawiający dopuści układ oddechowy anestetyczny z gałęzią do worka długości 120 cm pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 26 poz.21- Prosimy o dopuszczenie osłony na sondę USG w rozmiarze 130 x 610mm pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 30 pozycja 1-4 oraz 6-16

Czy Zamawiający w Pakiecie 30 pozycja 1-4 oraz 6-16 poprzez nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłaniające z glikolidu i laktydu, pleciona, powlekana, w czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z udokumentowanym w instrukcji obsługi okresie podtrzymywania tkankowego do 35 dni oraz okresem wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25% ?

Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pakiet 30 pozycja 17-19

Czy Zamawiający w Pakiecie 30 pozycja 17-19 poprzez nici chirurgiczne, syntetyczne, niewchłaniające rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniający, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła?

Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pakiet 30 pozycja 18

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie 30 pozycja 18 będzie wymagał długości igły 36mm?

Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pakiet 30 pozycja 18

Czy Zamawiający W Pakiecie 30 pozycja 18 dopuści również igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 30 pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 30 pozycja od 20 do 26

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w pozycjach 20 - 26 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający będzie wymagał szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniający, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i

plastycznym odkształcaniem węzła, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie, czy szew syntetyczny, pleciony, niewchłaniający, poliestrowy typu Ethibond, powlekany polibutylenem, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu Ethalloy odpornej na odkształcenie?

Omyłka pisarska – Zamawiający wymaga ETHIBOND.

Dotyczy formularza cenowego Pakiet 9 poz. 3 TAK OMYŁKA PISARSKA

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 3 miał na myśli ostrze Disektor 4,0 mm x 13 cm AR-8400DS x 1 sztuka?

Omyłka pisarska.

Dot. §4 ust. 2 oraz §7 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość dzielenia dostaw i odstąpi od naliczania kar umownych w sytuacji, gdy z obiektywnych przyczyn Wykonawca nie będzie mógł zrealizować całości zamówienia częściowego w jednej dostawie?

Zgodnie z SWZ.

Dot. §4 ust. 6,7 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści dostarczenie faktury wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy apteka@spzozmswia.opole.pl?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Dot. §4 ust. 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wpisywania na fakturze numeru pakietu danego materiału ortopedycznego?

Zgodnie z SWZ.

Dot. §7 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę sprzętu, w tym uzupełnienie braków w terminie do 72 godzin?

Zgodnie z SWZ.

Dot. §8 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załatwienie reklamacji nie później niż w ciągu 4 dni roboczych?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1

Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.2 dopuści igłę o dł. 30mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.3 dopuści igłę o dł. 30mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.5 dopuści nić 75cm z igłą o dł. 40mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.12 dopuści igłę o dł. 30mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.17 dopuści igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.17 dopuści nić o dł. 50cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.18 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

IGŁA V34

Pytanie nr 8
Prosimy aby Zamawiający określił w pakiecie nr 30 poz. 18 jakiej dł. igły będzie wymagał.
IGŁA 36 mm.

Pytanie nr 9
Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.19 dopuści igłę o dł. 30mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10
Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.20 dopuści nić o dł. 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11
Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.21 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12
Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.21 dopuści igłę odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13
Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.22 dopuści nić o dł. 2x150cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14
Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.24 dopuści igłę o dł. 30mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15
Czy w Zamawiający w pakiecie nr 30 poz.25 dopuści igłę o dł. 30mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz.19 Igłę do blokad nerwów obwodowych ze stymulatorem pod kontrola USG 30° w rozmiarze 20 G 0,9x100 mm ?

Silikon i Poliizopren są materiałami z grupy elastomerów o bardzo podobnych właściwościach. Różnica między jednym a drugim materiałem leży w szczegółowej budowie atomowej, nie mającej wpływu na funkcjonalność pomp elastomerowych.

Błędne pytanie.

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 25 dopuści kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliwęglanu, bez wyczuwalnej zmiany położenia pokrętła kranika otwarty/zamknięty?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz.27 i 28 dopuści rampy posiadające wytrzymałość ciśnieniową do 2 bar
Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Dot. Rozdział XX, pkt. 3.1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisów w sposób następujący:

„3.1 Przy ocenie kryterium „Termin realizacji zamówień cząsteczkowych” zostanie zastosowany następujący schemat:

Do 48 godzin – 20 pkt.

Powyżej 48 godzin do 72 godzin – 15 pkt.

Powyżej 72 godzin do 96 godzin – 5 pkt. „

Zgodnie z SWZ.

Dot. Wzoru umowy §7 ust. 1 1)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:

Z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.”

Zgodnie z SWZ.

Dot. Wzoru umowy §7 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisów poprzez dodanie do treści ust.7 §7 zapisu następującej treści: „Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.”
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 26. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie oferty przez większą ilość wykonawców.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na sondę USG z żelazem w rozmiarze 150 x 610 mm.

Zamawiający dopuszcza rozmiar: 130mmx610mm

Pakiet 31, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki i czy Zamawiający zamiast basenu głębokiego 2l nie oczekuje basenu płaskiego 2 L? Jeżeli Zamawiający oczekuje basenu płaskiego 2L to prosimy o dopuszczenie basenu płaskiego 2L o wymiarach D 376 x S 281 x W 79 mm (+/- 5 mm), pozostałe zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 31, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach D 260 x S 100 x W 130 mm (+/- 5 mm)? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 31, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nerkę o pojemności 750 ml i o wymiarach D 253 x S 152 x W 45 mm (+/- 5 mm)? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 31, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładów bibułowych perforowanych co 50 cm, spełniających pozostałe wymagania SWZ

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 30 i 31 z pakietu 24 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 8

Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którym serweta na stół narzędziowy ma rozmiar 75x75 cm, zamiast 75x45cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania okularów ochronnych nie będących wyrobem medycznym, sklasyfikowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej klasy II, posiadające znak CE, oznaczający ich zgodność z wymaganiami dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 89/688/EWG i opodatkowane stawką podatku VAT 23%.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Poz. nr 15 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków do zaciskania drenów sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w klasie I sterylnej? Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 10, poz. 1

Proszę o dopuszczenie bez nawy lub logo na samym wyrobie.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządu:

Zapobiega przedostawaniu się powietrza, zatrzymuje się automatycznie

Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

• Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

Długość drenu: 180 cm

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, poz. 8

Proszę o dopuszczenie zaworu o przepływie 320 ml/min.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, poz. 5-6, 13-24, 29-30, 33

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, poz. 27-28

Proszę o dopuszczenie ramp wykonanych z poliwęglanu

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 10, poz. 27-28

Proszę o dopuszczenie ramp o wytrzymałości 2,5 bara.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 10, poz. 31

Proszę o dopuszczenie drenu o przepływie 143 ml/min

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, poz. 32

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z dodatkowym potem bocznym.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek z mlecznym kontrastującym tłokiem.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą co 1 ml.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną 2-2,5ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-22 ml.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą 0,01 ml.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 5
Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą 0,025 ml.
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 8
Proszę o dopuszczenie strzykawki z białym kontrastującym tłokiem
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 8
Proszę o dopuszczenie strzykawki z jednym dodatkowym łącznikiem.
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 16
Proszę o dopuszczenie kranika z przedłużaczem 10 cm.
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 16
Proszę o dopuszczenie kraników pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 16
Proszę o dopuszczenie kraników pakowanych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 18 – igła
Proszę o dopuszczenie igły o wymiarach 2,00 x 70
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 18 – koreczki
Proszę o dopuszczenie koreczków pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 19
Proszę o dopuszczenie kraników pakowanych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 20
Proszę o dopuszczenie kranika z przedłużaczem 10 cm.
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 20
Proszę o dopuszczenie kranika z przedłużaczem 7 cm.
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 20
Proszę o dopuszczenie kraników pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 20
Proszę o dopuszczenie kraników pakowanych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 23, 25
Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej.
Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 23, 25
Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm
Zgodnie z SWZ.

Y

Pakiet 24, poz. 24

Proszę o dopuszczenie przyrządu:

Zapobiega przedostawaniu się powietrza, zatrzymuje się automatycznie

Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

• Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

Długość drenu: 180 cm

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 24

Proszę o dopuszczenie przyrządu w opakowaniu zbiorczym liczącym 30 sztuk. (wyceniany i pakowany również pojedynczo.)

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 27, 28

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o średnicy wewnętrznej drenu 1,2 mm oraz zewnętrznej 2,5 mm.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 29

Proszę o dopuszczenie:

• uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem

• Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem

• Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie

• Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu

• Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)

• 15 µm filtr płynu

• Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną

• Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwalnym

• Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h

i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h

• Sterylny, apirogeny, nietoksyczny, jednorazowego użytku

• Opakowanie typu blister

• Wolny od ftalanów

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 24, poz. 30

Proszę o dopuszczenie igły do pena o rozmiarze 31G x 6mm

Zamawiający dopuszcza igłę 29Gx6mm.

Pakietu nr 7 lp.2

Czy zamawiający dopuści dł. nici 250cm pakowaną na szpulkach w opak. 12 szpułek pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 5, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 20m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 5, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 5, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii o szerokości 50cm z perforacją co 38cm o długości 50m?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 5, poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne wykonane z poliwęglanu, odporne na uderzenia o niskiej energii, klasa optyczna I, o wymiarze 55mm x 156mm, bez regulacji zauszników, spełniające wymagania normy EN 166:2001, EN 170:2002, będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii II zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii w rozmiarze 40 x 42 cm (cz.lepna 40 x 36 cm)?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii w rozmiarze 30 x 40 cm (cz.lepna 30 x 36 cm)?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii w rozmiarze 55 x 45 cm (cz.lepna 49 x 45 cm)?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 14, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii w rozmiarze 55 x 55 cm (cz.lepna 51 x 55 cm), pakowanych a'15szt z przeliczeniem podanych ilości?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, poz. 5, 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii pakowanych a'20szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, poz. 10 - Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczenia linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakkolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 17, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 30x22cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 19, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści dren Redona Ch8-18?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 23, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez prowadnicy? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 23, poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem powietrza o wielkości porów 0,1µm?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 23, poz. 18-19 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne równoważne innego producenta?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, poz. 30 – Czy Zamawiający dopuści podwójny port bezigłowy z czasem użytkowania 7dni lub 350 aktywacji?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 23, poz. 30 – Czy Zamawiający dopuści podwójny port bezigłowy dostępny w dwóch średnicach drenów: 1,0x2,7mm o przepływie 100ml/min i 3,0x4,0mm o przepływie 165ml/min?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 24, poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z zakończeniem typu luer, z rozszerzeniem skali nominalnej o 10%?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe bez rozszerzonej skali nominalnej?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 23 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczonego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Tak, Zamawiający oczekuje jak wyżej.

Pakiet 24, poz. 23 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Tak, Zamawiający oczekuje jak wyżej.

Pakiet 24, poz. 23 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Tak, Zamawiający oczekuje jak wyżej.

Pakiet 24, poz. 30 - Czy Zamawiający dopuści igły do pena 31Gx6mm? Reszta zgodna z SWZ.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 30 - Czy Zamawiający dopuści igły do pena 29Gx6mm? Reszta zgodna z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 29, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę typu II o poziomie filtracji 98,24%?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę typu IIR, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 2-3 – Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/dispensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 2-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny o gramaturze min. 25 g/m2?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny w rozmiarze L i XL?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny z mankietem poliestrowym o szerokości 5 cm?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny z rękawami zakończonymi elastyczną gumką?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha z włókniny typu SMMMS, ze wstawkami z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40g/m²?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha w opakowaniu folia papier z 4 szt. etykiet samoprzylepnych, oraz wewnętrznym owinięciem z włókniny?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha o czystości pod względem cząstek stałych 2,66 IPM (strefa krytyczna) i 2,52 IPM (strefa mniej krytyczna). Parametr pylenia Log 10 nie jest opisywany w aktualnej normie PN EN 13795:1-2019.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150 cm?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 6, 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z laminatu 3 warstwowego (włóknina + folia + włóknina)?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 180 cm?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet o składzie:

- 1x serweta o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm,
- 1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm
- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Serweta główna wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m².


Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie typu Header Bag z foliową wstawką TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane

wytwórcy oraz kod kreskowy.
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.



Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści basen o wymiarach 355x285x100mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Zamawiający dopuszcza rozmiar: D376xS281xW79mm

Pakiet 31, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kaczkę sanitarną o pojemności 875ml o wymiarach 245x105x125mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o wymiarach 245x115x50mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Zamawiający dopuszcza rozmiar: D253xS152xW45mm

Pakiet 31, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści miskę o wymiarach 315x255x110mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiającą trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80cm?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii o szerokości 50cm z perforacją co 38cm o długości 50m?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 38, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy aplikator do dezynfekcji pola operacyjnego o pojemności 2ml z obszarem do dezynfekcji 10x10?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 38, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści system do pomiaru diurezy godzinowej z komor...ą pomiarową 500 ml, umożliwiającą bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml od 3 do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml)?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 38, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny zgodnie z poniższym

- wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzielin
- szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem
- obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
- kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”
- pojemność całkowita worka: 2000 ml
- dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
- kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem
- nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 38, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści wziernik z blokadą położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby)

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 38, poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści wycenę maszynek do golenia w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 38, pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z gumką w rozmiarze 200x90cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 38, pozycja 39 - Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający bez pikowania, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającym przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Boston

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, poz. 1 kleszczy w wersji z igłą oraz bez igły, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, poz. 2 kleszczy w wersji z igłą oraz bez igły, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 5, poz. 8-13,16,18-20

Czy zamawiający wydzieli poz. 8-13,16,18-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, poz. 11

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Zgodnie z SWZ.

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, poz. 16

• Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Zgodnie z SWZ.

• Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

• Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, poz. 18

Czy zamawiający dopuszcza skalę 50/60 ml, skoro dopuszcza skalę rozszerzoną o 20%?

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, poz. 19

Czy zamawiający dopuści worek bez portu do pobierania próbek?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 1-4,8

Czy zamawiający dopuści tłok w kolorze mlecznym?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 1-4,

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez skali rozszerzonej?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 1-4,8,

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 7-8

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 18

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 23,25,

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Zamawiający wymaga jak wyżej.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 24, poz. 26,

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Zamawiający wymaga jak wyżej.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 24, poz. 1-4,6-8,18,23,25-26

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,6-8,18,23,25-26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 38, poz. 1,3,10,12,23,24

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3,10,12,23,24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 38, poz. 10

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usztywnione z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet 38, poz.24-25

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pakiet nr 40 poz.1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.1 z pakietu nr 40 i utworzenie nowego, odrębnego pakietu 40a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Zgodnie z SWZ.

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz.1?

Edwards.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 linii do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią zgodnie ze schematem.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr.36.

Pyt.1. poz.1,2,3,5.

Zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczny ze względu na właściwości antibakteryjne (badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy i sposobie mocowania drenu, co zapobiega mylnemu podłączeniu. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (odsysanie standardowe oraz ortopedyczne): gładki, rozszerzający się, nie obrotowy, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antibakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta oraz duży otwór do pobierania próbek wydzieliny. Wkłady (certyfikowane jako produkt medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych). Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wkłady o pojemności 1000ml, 2000ml. Kanistry (okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową (która umożliwia prowadzenie dokładnego bilansu płynów, bez stosowania dodatkowych urządzeń), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp. 121st.C, wyposażone tylko w zaczepek do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Wkłady i pojemniki są oznakowane znakiem CE (do wglądu deklaracja zgodności). Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnych, bezpiecznych wkładów, ze względu na cechy użytkowe (szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antibakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Oferowany system jest konkurencyjny cenowo.

Zgodnie z SWZ.

Pyt.2. poz.1,2,3.

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Zgodnie z SWZ.

Pyt.3.poz.2.

Prosimy o dopuszczenie drenu o dł.210cm z końcówkami typu lejek - kapkon (regulator siły ssania), asortyment kompatybilny(dren od innego, bardzo znanego producenta), zapakowane razem w opakowanie typu folia-folia.

Zgodnie z SWZ.

Pyt.4.poz.6.

W oferowanym systemie, jest stosowany łącznik prosty do króćca próżni w pokrywie wkładu. Prosimy o dopuszczenie.

Zgodnie z SWZ.

Pyt.5.poz.8.

Prosimy o dopuszczenie filtra antybakteryjnego i przeciwwirusowego, kompatybilnego z oferowanym systemem.

Zgodnie z SWZ.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1), 2):

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto;

za każda rozpoczętą godzinę zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w wysokości 0,1% wartości tejże dostawy brutto, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nieprawidłowo zrealizowanej dostawy.

Zgodnie z SWZ.

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Zamawiający w umowie zawarł zapis o możliwości jak wyżej.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie:

1. z zadania: 6 pozycję nr 6,7,8

2. z zadania: 23 pozycję nr 7,8,9,10

W przypadku wydzielenie prosimy o dopuszczenie:

Do zadania 6 punkt 6- łyżki jednorazowego użytku do laryngoskopów

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenia łyżek jednorazowych ze światłem LED - ze stopu

metal nieodkształcające,- wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Kompatybilna z

rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Posiadająca haczyk zapobiegający

dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu, z zatraskiem kulkowym typu "click". Plastikowa podstawa z

wytłoczonym rodzajem i rozmiarem łyżki. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym.

Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło.

Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru

łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol świadczący o jednorazowym zastosowaniu wyrobu

(przekreślona cyfra 2), pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min.

3 lata.

łyżki Macintosh o rozmiarach 0; 1; 2; 3; 3,5; 4; 5, Miller o rozmiarach 000,00,0,1,2,3,4 . W załączeniu

ulotka.

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 25:

taśmę do leczenia nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, z plastikową osłonką, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, gramaturze 48 g/m², atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial), implantacja igłami helikalnymi wielorazowego użytku?

Zgodnie z SWZ.

Pak.7, poz. 3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici niewchłaniającej, monofilamentowej polipropylenowej.

Zgodnie z SWZ.

Pak. 7, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici nie wchłaniającej, plecionej, powlekanej, wykonanej z naturalnych włókien jedwabnych, dostępnych w kolorze czarnym, powlekanych woskiem. Rozmiar 0 igła 1/2 koła, okrągła 26mm, dł.75 cm.

Zgodnie z SWZ.

Pak.30, poz. 20, 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szwu syntetycznego z polipropylenu niewchłaniającej, jednowłókninowej z igłą spłaszczoną, rowkowaną z zwiększonej stabilności w imadle.

Zgodnie z SWZ.

Pak.30, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szwu syntetycznego z polipropylenu niewchłaniającej, jednowłókninowej z igłą spłaszczoną, rowkowaną z zwiększonej stabilności w imadle. Igła 3/0, 1/2 koła, krótko tnąca, 45 mm, długość nitki 75 cm, kolor niebieski.

Zgodnie z SWZ.

Pak.30, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szwu syntetycznego z polipropylenu niewchłaniającej, jednowłókninowej z igłą spłaszczoną, rowkowaną z zwiększonej stabilności w imadle. Igła 2, 1/2 koła, krótko tnąca, podwójna igła 26mm, długość nitki 120 cm .

Zgodnie z SWZ.

Pak.30, poz. 22

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli podwiązkę czy nić z igłą ?

Zgodnie z SWZ.

Pak.30, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szwu syntetycznego, plecionego, niewchłaniającego, bezigłowego, zielonego 2x75cm, rozmiar 5.

Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU
Jacek Burkoś