

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa Przyrządu pomiarowego
MIER-LCR700 Mostek LCR w oparciu o poniższe minimalne wymagania określone specyfikacją
techniczną:

MIER-LCR700 Mostek LCR, 100kHz, dokładność: 0.3%

- 20000/2000 Podwójny wyświetlacz
 - Automatyczny wybór pomiaru LCR
 - Automatyczny dobór zakresów
 - Automatyczne podświetlenie
 - 0,2% dokładność podstawowa (pojemność i indukcyjność)
 - Pomiar parametrów: Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, DCR, D, Q, Θ , EsR/PR
 - Zakres częstotliwości: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
 - Sortowanie tryb QC
 - Tryb pomiaru szeregowy, równoległy
 - Automatyczny wyłącznik zasilania
 - Fabrycznie nowy, zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęty pakietem usług gwarancyjnych świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski
- Gwarancja od daty podpisania protokołu odbioru.
- Na dostarczany przyrząd wymagane jest min. 24 m-cy gwarancji,
 - Na baterię wymagane jest 6 m-cy gwarancji.