



POLITECHNIKA  
LUBELSKA

Nr sprawy KP-272-PNU-87/2023

Załącznik nr 1 do SWZ

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

#### Kamera akustyczna

Specyfikacja urządzenia:

Liczba mikrofonów: minimum 64

Szerokość pasma: minimum od 2 kHz do 60 kHz

Odległość pomiaru: zakres nie mniejszy niż 0.3...100 m

Paleta obrazów akustycznych: 8 palet: White Black, Black White, Rainbow, Fusion, Ironbow, Red Black, Rain, Blue Red

Wyświetlanie natężenia dźwięku: Punkt szczytowy, punkt centralny

Częstotliwość odświeżania obrazu akustycznego: minimum 25 fps

Pole widzenia kamery: minimum  $51.8^{\circ}(H) \times 36.4^{\circ}(V)$

Ekran LCD: minimum, 4,3" dotykowy

Rozdzielczość ekranu: minimum 800 x 480 px

Wbudowana kamera optyczna

Rozdzielczość obrazu video: minimum 640 x 480 px

Nośnik pamięci: wymienna karta SD minimum 32 Gb

Szczelność: minimum IP40

Interfejsy: minimum USB, internet (Wi-Fi lub LAN)

Możliwość montażu statywu

Dołączone dedykowane oprogramowanie

Dołączona walizka transportowa

Dołączony dedykowany zasilacz

Gwarancja na urządzenie – minimum 12 miesięcy