

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Sekcja Zamówień Publicznych  
tel. 41 36 74 474

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: [zampubl@onkol.kielce.pl](mailto:zampubl@onkol.kielce.pl) / [annamo@onkol.kielce.pl](mailto:annamo@onkol.kielce.pl)

IZP.2411.81.2024.AM

Kielce, dn. 15.04.2024 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY  
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot.: postępowania na zakup i dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Działów Medycznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytania do pakietu 1**

Pytanie 1. Zamawiający w pakiecie 1 umieścił produkty o odmiennej funkcjonalności i przeznaczeniu.

Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert większej ilości wykonawców wydzieli igły z pozycji 19 i 20 do oddzielnego pakietu lub umożliwi składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie 1?

Ad1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2 do pozycji 19. Czy Zamawiający dopuści igłę Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifie, z karbowanymi, odpinanymi skrzydełkami, z drenem o dł. 18cm, z zaciskiem i złączem luer-lock, igłę z osłoną zabezpieczającą przed samozakłuciem, osłonka na ostrzu igły jest systemem zabezpieczającym, który chroni użytkowników przed przypadkowymi skaleczeniami i zakażeniami. Osłonka pokrywa ostrze igły i zapobiega przypadkowym skaleczeniom, a także utrzymuje igłę w sterylnych warunkach, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń, z przezroczystą podstawą i miękką, nienasiąkliwą pianką o grubości 4mm, zapewniającą pacjentowi komfort użytkowania, stosowana do wstrzyknięć ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie do 325 Psi (oznaczenie na opakowaniu), do podawania kontrastu, do wlewów, możliwe w środowisku CT, nie zawiera lateksu i DEHP. Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25, 32mm



Ad2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 do pozycji 20. Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny: Igła typu Hubera do portów naczyniowych, zakrzywiona pod kątem 90 st ze zintegrowanym drenem o długości 18cm, ze skrzydełkami o zbliżonych rozmiarach, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu. Produkt bez lateksu. Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25, 32, 38mm



Ad3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych Mariusz Klimczak