



Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
w Legnicy



**DOLNY
ŚLĄSK**

WszSL/DZ/072-⁵⁰⁸...../19

Legnica 4.07.2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego: „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO„

znak sprawy: WszSL/DZ-40/19

Zamawiający informuje iż, dokonuje korekty udzielonych w dniu 3.07.2019 r. odpowiedzi na pytania wykonawców jak niżej:

Pytanie nr 5

Dotyczy części 4

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

W odpowiedzi na pytanie: Jest to lany zbrojony beton o grubości 20 cm.

Pytanie nr 6

Dotyczy części 4

Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszonym a stropem właściwym?

W odpowiedzi na pytanie: Wysokość sal wynosi 310 cm, nie znajduje się tam sufit podwieszony.

Pytanie nr 7

Dotyczy części 4

Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24V, czy UPS na 230V?

W odpowiedzi na pytanie: Istnieje zasilanie awaryjne, jest to agregat 24 V akumulatorowy.

Pytanie nr 9

Dotyczy części 4

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są poprowadzone przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

W odpowiedzi na pytanie: Do każdej lampy doprowadzone są cztery przewody o przekroju 4 mm².

Pytanie nr 10

Dotyczy części 4

Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można wykonać instalację elektryczną w tzw. „korytkach”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje iż, w przypadku konieczności nowych instalacji zgadza się na montaż w „korytkach”. Montaż, materiały oraz koszty z tym związane będą leżały po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 11

Dotyczy części 4

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje iż, w salach obecnie wiszą lampy Famed (4 żarówki po 65 W każda).

Za zaistniałą omyłkę serdecznie przepraszamy.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
mgr inż. Andrzej Bukowczyk

Oh