

Dziekan

Gdańsk, dnia 17.08.2021 r.

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę kamer cyfrowych i kontrolera ruchu gałek ocznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr CRZP/134/009/D/21, ZP/66/WETI/21, ID 495004.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:


W załączniku nr 5 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w rozdziale Część I – Dostawa kamery 360 stopni w punkcie nr 8 Zamawiający określił wymagane parametry następująco: „możliwość transmisji strumieniowych w rozdzielczości do 7680x3840 30 klatek/s”. Proszę o doprecyzowanie słowa „możliwość” w wyżej wymienionym zapisie. Czy Zamawiający wymaga, aby powyższa funkcjonalność była aktywna wraz z dostarczoną kamerą, czy wystarczy, jeżeli urządzenie będzie miało możliwość dokupienia jej w przyszłości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by kamera sprzętowo posiadała funkcjonalność streamingu 7680x3840@30kl./s. Zamawiający nie wymaga, by z kamerą dostarczono oprogramowanie niezbędne do obsługi tej funkcjonalności.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



Dyrektor
mgr inż. Andrzej Filipiak
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

1