



Znak sprawy: DZA.381.35.4.2023

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zakup aparatury medycznej i urządzeń medycznych.

SPROSTOWANIE

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska w odpowiedzi na pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć:

Pytanie 4

Załącznik nr 2 do SWZ

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na:

L. p.	Opis wymaganych parametrów	Pytania
1.	2.	3.
5.	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren.	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu uniwersalnego do wszystkich procedur endoskopowych
6.	Regulacja prędkości płukania podczas histeroskopii w zakresie min. 200 - 600 ml/min.	Regulacja prędkości płukania podczas histeroskopii w zakresie min. 50 - 500 ml/min.
7.	Wyświetlanie zadanej prędkości płukania podczas histeroskopii w formie graficznej i cyfrowej na monitorze dotykowym	Wyświetlanie zadanej prędkości płukania podczas histeroskopii w formie cyfrowej na monitorze dotykowym
8.	Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu	Oznaczenie kierunkowe drenu na części aktywnej wskazujące właściwy i prawidłowy kierunek połączenia drenu

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza pompy do histeroskopii o wyżej proponowanych parametrach.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40

mgr Aldona Sylwa