

Nr postępowania: GUM2024ZP0070

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Dostawa wirówek laboratoryjnych oraz analizatora gazów (4 pakiety)**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak niżej:

Dotyczy Pakietu 2.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną spełniającą wszystkie parametry z SWZ, ale bez określonego stopnia ochrony? Większość producentów nie określa tego parametru.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści wirówki laboratoryjnej bez określonego stopnia ochrony.

Pytanie 2. Czy Zamawiający w ramach funkcji szybkiego zwirowania, dopuści funkcję pracy w trybie „SHORT”? Tryb SHORT uruchamia się poprzez wciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku. Praca w tym trybie trwa tyle czasu ile użytkownik trzyma klawisz SHORT. Wirowanie zostanie zakończone po puszczeniu klawisza SHORT.

Odpowiedź: TAK - Zamawiający właśnie w ten sposób rozumie funkcję krótkiego zwirowania.

Dotyczy Pakietu 3.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści maksymalną siłę wirowania rcf dla rotora kąтового wynoszącą 4807xg?

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga, aby wirówka była wyposażona w rotor wychylny. W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rotora kąтового o maksymalnej sile wirowania rcf 4807 x g.

Pytanie 4. Czy Zamawiający w ramach funkcji szybkiego zwirowania, dopuści funkcję pracy w trybie „SHORT”? Tryb SHORT uruchamia się poprzez wciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku. Praca w tym trybie trwa tyle czasu ile użytkownik trzyma klawisz SHORT. Wirowanie zostanie zakończone po puszczeniu klawisza SHORT.

Odpowiedź: TAK - Zamawiający właśnie w ten sposób rozumie funkcję krótkiego zwirowania.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie najpóźniej do dnia 10.07.2024 r. do godz. 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2024 r. o godzinie 09.20 za pomocą platformy zakupowej.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08.08.2024 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający wskazał w rozdziale I punkt 2 SWZ.

p.o. Kanclerza
Prof. dr hab. Jacek Bigda