



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Jarocin 01.09.2022

## INFORMACJA

**Dotyczy : Świadczenie usług w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego 7/2022**

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz wykonawcach których oferty zostały odrzucone w pakiecie 19 – Skaner rtg.

**Złożone oferty:**

**1. Agfa NV , Septestraat 27, B-2640 Mortsel (Belgia)**

**Uzyskana punktacja: kryterium ceny 85 ; cena za roboczogodzinę naprawy 10 ; aparat zastępczy 0.**

**Razem 95 pkt**

**Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia.**

**2. SK-MED. SYSTEM Sp. z o.o. , ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań**

Oferta odrzucona na podstawie art. 226. Ust 1 pkt ustawy Pzp. – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

Zgodnie z zapisami SWZ w szczególności zał. 6 wzoru umowy zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał, między innymi ,aby Wykonawca :

- 1) posiadał aktualną dokumentację techniczną sprzętu objętego przedmiotem zamówienia odpowiednio dla każdego rodzaju urządzeń i aparatury, w szczególności:
    - instrukcje serwisowe wytwórcy urządzeń objętych Umową,
    - procedury na wykonywane czynności określone przez wytwórcę urządzeń objętych Umową,
    - umowy licencyjne uprawniające do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia,
    - umowy licencyjne uprawniające do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności) jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia,
  - 2) miał możliwość aktualizacji oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu)
- W związku z powyższymi wątpliwościami co do możliwości realizacji wskazanych obowiązków przez Państwa firmę zwracamy się o wyjaśnienie jakie procedury wytwórcy są w Państwa posiadaniu oraz jakimi umowami licencyjnymi dysponujecie , kiedy i przez kogo udzielonymi (rekomendujemy dostarczenie kopii dokumentów)

W związku z powyższymi wątpliwościami co do możliwości realizacji przez Wykonawcę wskazanych obowiązków w dniu 26.08.2022. Zamawiający dokonując powtórnej czynności badania i oceny ofert w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy SK-MED. SYSTEM Sp. z o.o. o w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w szczególności możliwości wykonania wskazanych obowiązków poprzez wskazanie jakie procedury wytwórcy są w posiadaniu Wykonawcy oraz jakimi umowami licencyjnymi dysponuje , kiedy i przez kogo udzielonymi wraz z przedstawieniem kopii tych dokumentów.



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Wykonawca SK-MED. SYSTEM Sp. z o.o. nie udzielił, żadnych wyjaśnień ani nie dostarczył żadnych dokumentów . W takiej sytuacji opieranie się wyłącznie na oświadczeniu wykonawcy nie daje wystarczających gwarancji co do zgodnego z wymogami SWZ oraz właściwego z punktu widzenia wiedzy technicznej i zasad użytkowania wyrobów medycznych wykonania umowy w zakresie przeglądów czy napraw skanera rtg . Nadmienić należy również, że przedstawione przez wytwórcę sprzętu wątpliwości co do posiadania przez SK-MED. SYSTEM Sp. z o.o. stosownych umów licencyjnych uprawniających do wykonywania czynności objętych umową w połączeniu z brakiem wyjaśnień dodatkowo uprawniają do wykonywania usług wynikających z umowy niezgodnie z jej zapisami , a także z wymogami ustawy o wyrobach medycznych.

W związku z przedstawionymi faktami oferta złożona przez SK-MED. SYSTEM Sp. z o.o. , ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań zostaje odrzucona na podstawie art. 226. Ust 1 pkt ustawy Pzp. – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia .

Prezes Zarządu

Henryk Szyniczak