



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N°PL10000591/P



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/62/2022

Przasnysz, dnia 10.11.2022 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnysz.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz na zapytania udziela odpowiedzi.

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz wyraża zgodę aby za termin zapłaty uznawana był data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Dotyczy Wzoru Umowy:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 4

Dotyczy - Wzoru Umowy § 5 pkt. 1 lit. a):

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych wg. Poniższego wzoru”

1.Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a)za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Kary dotyczą niezrealizowanej części zamówienia.

Pyt. 5

Czy zamawiający dopuści do pakietu numer 3 pozycja numer 1 hialuronian sodu o następujących parametrach:

- **Material wiskoelastyczny kohezyjny**
- **Stężenie: 1.4 % hialuronian sodu otrzymany w procesie biofermentacji**
- **Masa cząsteczkowa: 3.2 – 3.5 miliona Daltonów**
- **Lepkość: 120 000 mPa.s (co 0.1 s⁻¹)**
- **Osmolarność: 280 – 330 mOsm/l**
- **pH: 6.8 – 7.6**
- **Kaniula do iniekcji substancji wiskoelastycznych o grubości 25G i pojemności 1 ml**
- **Temperatura przechowywania: 2 – 8 °C?**

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 6

Czy zamawiający dopuści do pakietu numer 3 pozycja numer 2 zestaw do iniekcji doszkliskowych jednorazowego użytku zawierających:

- **obłożenie na stolik 150x160cm**
- **CHUSTA OKULISTYCZNA Z FOLIĄ DO NACIĘĆ Z OTWOREM 53x53 cm**
- **ROZWIERACZ DO POWIEK BARRAQUER 15 mm**
- **ZNACZNIK 80 mm 3,5 mm/4,0 mm**
- **GAZIK NA OKO, NIETKANY 5 x 7 cm**
- **WACIKI KULISTE WLÓKNINOWE 30 x 35 mm?**

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w zakresie Pakietu nr 3?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na składanie na poszczególne pozycje w pakiecie nr 3, tworzą z pozycji nr 1 pakiet – 3, a z pozycji nr 2 - pakiet 3a.

Pyt. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 1 z racji na zakończenie jej produkcji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 1, w wypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, dopuści standardowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, długość 213 cm, pasujący do wymienników ciepła i wilgoci wyposażonych w port do podawania tlenu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 10

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 2 dopuści wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent T2 (posiadający port do podania tlenu i dodatkowo port do odessania pacjenta) o poniższej charakterystyce: wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który

możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H₂O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7,5 g, zatraskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, do użytku na 24h, sterylny.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 11

Czy Zamawiający (w związku z brakiem dostępności u producenta) wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 3 i 4 z Pakietu 2? Pozytywna decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na resztę pozycji w pakiecie.

Odp. . Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji 3 i 4 z Pakietu 2 , tworzą z pozycji nr 3 i 4 pakiet 2a.

Pyt. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 5 dopuści sterylną rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW i silikonowaną, ze standardowym mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 6 dopuści prowadnicę o długości 67,3 cm lub 69,3 cm (do wyboru przez Zamawiającego); spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 14

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 14 dopuści dren z trokarem tępym posiadający otwory ssące boczne (bez otworu końcowego tj. z zamkniętym zakończeniem); spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 15

Czy Zamawiający Pakiecie 2 w pozycji 15 dopuści dotychczas stosowany, precyzyjny regulator przepływu – przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 5 ml/h – 250 m/h?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 18 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej i otrzewnej metodą Seldingera o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej) i pozwalającej na wprowadzenie prowadnicy Seldingera; przezskórny cewnik prosty 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); prowadnica Seldingera pozwalająca na precyzyjną kontrolę przy pozycjonowaniu

cewnika; strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik do systemu drenażowego, linia do przedłużenia cewnika o długości 50 cm (montowana pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem); zacisk nożyczkowy; mocowanie cewnika do skóry pacjenta (do przyszycia). Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tacy (blister).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 18 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej

i otrzewnej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); przezskórny cewnik prosty 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszkań niskociśnieniowych etc.); strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik do systemu drenażowego. Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tacy (blister).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie hialuronianu sodu o stężeniu 1,4% którego:

- masa cząsteczkowa wynosi 2.8 – 3.2 mln Da
- lepkość 400,000 mPas
- osmolarność 270-400 mOsmol/kg
- w zestawie sterylna kaniula 27G

Wszystkie pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 19 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu jednorazowego do iniekcji doszkliskowych zawierającego:

- Obłożenie na stolik 75x90 cm, niepyłące – 1x**
- Obłożenie 50x60 cm z przyklepcem i otworem na oko – 1x**
- Rozwórka metalowa – 1x**
- Znacznik odległości iniekcji 3,5 – 4,0 mm od rąbka – 1x**
- Pałeczki absorbujące – 2x**

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracji i Technicznych

mgr Urszula Małkowska