



Wolsztyn, dnia 29.10.2021 r.

## Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/275/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**Sukcesywna 24 m-czna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie; TP/17/2021**”

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.), Zamawiający zmienia:

### 1. Załącznik nr 2,

- 1) **Pakiet nr 18, poz. 1;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci przeznaczonego do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie; z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwnych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla VT500ml: 32.42o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla 500ml: 11.57; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H<sub>2</sub>O: wolny od latex, PCV, ftalany
- 2) **Pakiet nr 18 poz. 2;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: filtr pediatryczny hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; osiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H<sub>2</sub>O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany
- 3) **Pakiet nr 11, poz. 4-5;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 5-10ml obj. Pozostałe parametry bez zmian.
- 4) **Pakiet nr 11 poz. 13;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Zatyckę sterylną do cewników Foley'a o rozmiarach od 7Ch do 30Ch, duża, z uchwytem.
- 5) **Pakiet 16, poz. 2:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkie opróżniania typu poprzecznego „T”; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwne; dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na trzy zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 60 do 110ml (w komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe; zmrożona, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za

- pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylny. Dedykowane do 7 dniowej zbiórki moczu.
- 6) **Pakiet 5, poz. 1,2;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżki światłowodowej mikrobiologicznie czystej w opakowaniu folia-papier, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ.
  - 7) **Pakiet 5 poz. 3, 4;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżek światłowodowych typu Miller w rozmiarze 0,1 mikrobiologicznie czystych w opakowaniu folia-papier, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ.
  - 8) **Pakiet 5 poz. 5, 6, 7;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżek światłowodowych mikrobiologicznie czystych w opakowaniu folia-papier, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ.
  - 9) **Pakiet 2, poz. 1;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczoteczki o długości 20,5 cm.
  - 10) **Pakiet 8, Pozycja 1-2;** Zamawiający dopuszcza wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
  - 11) **Pakiet 12, poz. 17-19;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników o długości 500mm.
2. Załącznika nr 8- wzór umowy; Zamawiający w §2 ust. 3 lit. f) wprowadza lit. g) o treści:
- „Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi rejestr potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie transportu przedmiotu zamówienia w formie wydruku lub zapisu elektronicznego udostępnionego na adres elektroniczny Zamawiającego”*
3. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie terminu składania ofert, tj. należy rozumieć:  
**05.11.2021 r. godz. 12:00;**
4. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:  
**05.11.2021 r. godz. 12:15.**

**Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.**

Z wyrazami szacunku

**DYREKTOR**

*Karol Mońko*

Załącznik:

Zmodyf. załącznik nr 2: Pakiet nr 2,5,11,12,16,18

Zmodyf. Wzór umowy

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

