



„Dostawa 5 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie”

Koszalin, dn. 10.12.2020r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania DAG.261.28.2020 na dostawę 5 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.

Niniejszym Zamawiający Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone w dniu 10.12.2020 r. do treści Zapytania ofertowego:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek rehabilitacyjnych o parametrach:

Zakres regulacji zagłówek (płynny) 83°

Maksymalny kąt dla części udowej podnóżka 31,7°

Maksymalny kąt dla części podudowej podnóżka -14,8°

max. obciążenie robocze * 200 kg

Spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek rehabilitacyjnych o ww. parametrach, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w Zapytaniu ofertowym.