



Dział Zamówień Publicznych
SPS – V. 262.35.2024

Grodzisk Mazowiecki 27.06.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Nr procedury: SPSSZ/30/D/24

Niniejszym Zamawiający, przekazuje treść zapytań/wniosek do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 4 - Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z przetwornikiem wyposażony w linię płuczącą z przesuwaną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50- 60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzałamaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u pacjenta.

Odpowiedź – Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 cewniki firmy Arrow wg. następującego opisu :

Czterokanałowy cewnik do wkuć centralnych wykonany z termo wrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości . Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16 G, 14 G, 18 G, 18 G), długość cewnika 16cm;20cm do wyboru przez zamawiającego . każdy zestaw zawiera: cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/6,35 mm z systemem ograniczającym wypływ krwi, nitinolowy pokryty teflonem przewodnik typu "J" ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającą wprowadzenie jedną ręką, dylator , dodatkowe skrzydełka mocujące, zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet 14, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet w rozmiarze 120x150 z przyklepionym otworem 6x8cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Pakiet 14, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet w rozmiarze 100x150 z przyklepionym otworem 9x12cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

Pytanie 1 Pakiet 11 Pozycja 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 Pozycja 6 ma na myśli zgłębnik nosowo-żołądkowy posiadający właściwości kontrastujące w promieniach RTG, dając trzy cieniодajne linie?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 6

Pytanie 2 Pakiet 11 Pozycja 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 Pozycja 6 ma na myśli zgłębnik wyposażony w zewnętrzną silikonową płytkę, która kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem 90 stopni?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający w Pakiet 11, poz. 5 ma na myśli silikonową płytkę do mocowania do powłok brzusznych.

Pytanie nr 7

Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 75 cm x 80 cm z samoprzylepnym otworem o wymiarach 6cm x 15cm, oraz przylepcami na każdym jej rogu? (w miejsce serwety z otworem o średnicy 10cm i dwoma przylepcami na rogach 60x50cm)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 75x45 cm z tolerancją rozmiaru +/-5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawką 3 częściową 3ml Luer-Lock?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

SWZ IV 2.1.a: czy Zamawiający dopuści złożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Pakiet 7: Czy zamawiający wymaga, aby zestaw był zapakowany w duży, twardy blister 3 - komorowy, który może służyć jako pojemnik - taki jaki do tej pory był dostarczany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Par. 2 ust. 10.1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Poziom zmiany cen uprawniający strony umowy do złożenia wniosku żądania zmiany wynagrodzenia, wynosił nie mniej niż 7,5 % w stosunku do cen materiałów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

Pytanie do pakietu 1

Pytanie 1 W SWZ Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia punkt 18-21 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne/graniczne wymagania. W OPZ zapis Patent - kabel do pozycjonowania końcówki EKG jest parametrem uniemożliwiającym składanie ofert większej ilości wykonawców , a parametry techniczne precyzyjnie określają przedmiot wybranego wykonawcy

Proponujemy parametry funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. W związku z powyższym:

1. Czy zaoferowany produkt w równoważnym stopniu spełnia wymagania użytkownika zawarte w zadaniu 1?
2. Czy zaproponowane rozwiązanie, istotne cechy i parametry wydajności lub funkcjonalności są wystarczające dla osiągnięcia celów medycznych zamówienia?

Opis różnicy dotyczy:

L.p	OPIS Wymagany	OPIS Równoważny	OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI, Korzyści
1	Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1cm. światła 14 G,16 G, 18 G, 18 G)	Znaczniki odległości od 5 cm od dystalnego końca cewnika co 1cm. światła 12 G,16 G, 18 G, 18 G)	Znaczniki odległości określające długość cewnika zależne są od producenta. Nie ma ogólnych norm i wytycznych dotyczących wskazania, od którego centymetra ma być oznaczony cewnik ,ale zaproponowany parametr jest lepszy , pokryta jest większą długość cewnika znacznikiem Wraz z wprowadzeniem gamy cewników do żył centralnych ALTIUS i ALTIUS Ultra firma Kimal ma przyjemność ogłosić najbardziej radykalną zmianę w produkcji CVC polegającą na zapewnieniu lekarzom praktykom przepływu laminarnego (mniej turbulentnego) i wyższych natężeń przepływu bez zwiększania całkowitego rozmiaru cewnika. Przepływ laminarny można osiągnąć tylko poprzez zaprojektowanie i wyprodukowanie wszystkich kanałów tak, aby były okrągłe - ta innowacja zapewnia, że zarówno turbulencje, jak i opór są zredukowane do absolutnego minimum, co prowadzi do wyższych niż kiedykolwiek wcześniej prędkości przepływu

.....
długość cewnika
12,5cm;16cm;20cm do
wyboru
przez zamawiającego
.

.....
długość cewnika w
zakresie 12,5cm-15cm oraz 16-
20cm i 20-30 cm do wyboru
przez zamawiającego .



.....
Stworzenie 3 zakresów umożliwi składanie ofert konkurencyjnych.

..... każdy zestaw zawiera: cewnik trzykanałowy nitinolowy pokryty teflonem przewodnik kabel do pozycjonowania końcówki e EKG, dylator 8,5 Fr 10cm, dodatkowe skrzydełka mocujące każdy zestaw zawiera: cewnik czterokanałowy omyłka pisarska ? proponujemy przewodnik nitinolowy Patent dylator 8 Fr 11cm, Omyłka pisarska Prowadnik nitinolowe - innowacyjna technologia , ulepszenie produktu Różnica 0,5F nie ma negatywnego wpływu na terapię , dopasowana do zestawu producenta
--	--	---

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pytanie 2 W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 i nieuznanie powyższych parametrów za równoważne, zwracamy się z uprzejmym zapytaniem:

Czy Zamawiający na podstawie art. 92 PZP umożliwi złożenie oferty wariantowej z użyciem parametrów z pytania 1 jako alternatywny sposób wykonania zamówienia do pakietu 1?

Powyższe rozwiązania umożliwią Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania z zachowaniem zasad konkurencyjności i proporcjonalności zgodnie z PZP.

Odpowiedź: Zamawiający pozytywnie odniósł się do pytania nr 13 i dopuścił oferowane rozwiązanie równoważne. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia/odpowiedzi na pytanie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy sporządzaniu i składaniu ofert.

.....