



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

PSRM/D /231 /2023
ZP.26.22.2023

Błonie, dnia 25 lipca 2023 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP Nr 2023/BZP 00315738/01 z dnia 19.07.2023 r. na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansów [Nr postępowania: RM/ZP/22/2023]

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

Dotyczy Zadania 1 „Defibrylator przenośny”

Dotyczy pozycji „Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych.”

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z opcji interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych wyświetlanych na ekranie defibrylatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy pozycji „Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń i min. 30 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne)”.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści na zadzie równoważności pamięć w postaci karty CF o pojemności 2GB?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Dotyczy pozycji „ pomiar NIBP – w komplecie po 1 mankiecie do pomiaru, z systemem FlexiPort posiadanym przez Zamawiającego, w rozmiarach 9, 10, 11 i 12”

Pytanie: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora, który posiada standardowy system szybkozłącze do wymiany mankietów oraz posiada rozmiarówkę mankietów w następujących rozmiarach: -8- 13 cm; -12-19 cm ; - 18-29 cm ; -28- 40 cm -4- 55 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Dotyczy pozycji „ Funkcja umożliwiającą prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej.”

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia pozbawionego tej funkcjonalności? Dzięki temu zamawiający zwiększa konkurencyjność postępowania, zyskując szanse na otrzymanie bardziej konkurencyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Dotyczy pozycji „ Funkcja pomiaru etCO₂ i wyświetlania krzywej kapnograficznej. Zakres pomiaru 0 – 150 mmHg. Dokładność pomiaru etCO₂ w zakresie 0 – 38: ± 2 mmHg, 39 – 150: ± 5% + .08% mmHg > 38. Minimalny zakres pomiaru respiracji: 0 – 140 oddechów na minutę. Typowy czas odpowiedzi: maksymalnie 3 sek. Komunikacja bezprzewodowa.”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator dokonujący pomiaru EtCO₂ za pomocą technologii pomiaru w strumieniu głównym co nie wymaga czasu odpowiedzi





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

układu- pomiar jest dokonywany w momencie podłączenia czujnika do adaptera oddechowego w czasie do 500 ms? Oferowany przez nas defibrylator dokonuje pomiaru w zakresie od 0 do 100 mmHg oraz pomiarze częstotliwości oddechów w zakresie od 3- 150 odd/ min. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o pozytywną odpowiedź na powyższe pytanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Dotyczy Zadania 2 „ Krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne o wielkości kół przednich 125 mm, tylne 150 mm z bardzo dobrymi zdolnościami manewrowymi dzięki zastosowaniu przednich kół skrętnych, a także brakiem możliwości samodzielnego przemieszczania się dzięki zastosowaniu hamulców na kołach tylnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści krzeselko z aluminiową konstrukcją o owalnym profilu ramy, które może przenosić pacjentów o masie ciała do 250 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Dotyczy Zadania 3 „ Pompa infuzyjna strzykawkowa”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pompy, w których istnieje możliwość wgrania (na życzenie, w cenie oferty) biblioteki leków (do 40 oddziałów, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków) w pełni dostosowanej do potrzeb Zamawiającego? Wykonawca wyjaśnia, że wgranie biblioteki leków winno być poprzedzone przesłaniem przez Zamawiającego listy leków wraz z procedurami ich podaży.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby pompy wyposażone były w klawiaturę symboliczną i alfanumeryczną? Wykonawca zaznacza, że takie rozwiązanie usprawnia i przyspiesza proces obsługi urządzenia i programowania infuzji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pompy z możliwością infuzji w różnych jednostkach: ng, µg, mg, g, mL, L, µEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m² / min, h, 24h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie jakiego przewodu ładowania oczekuje Zamawiający: 12 czy 230 V? Mamy w swojej ofercie dwie stacje karetkowe: z zasilaniem 12-16 VDC (z możliwością podłączenia do instalacji elektrycznej niskiego napięcia karetki) oraz 100-240 VAC (z możliwością podłączenia przewodem zasilania sieciowego do instalacji elektrycznej prądu zmiennego napięcia). Z tego powodu prosimy o doprecyzowanie parametru. Dodatkowo wyposażeniem każdej pompy jest przewód zasilania sieciowego 230V.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. Zamawiający oczekuje przewodu ładowania 12 i 230 V w zestawie z urządzeniem.

Dotyczy Zadania 4 „ Respirator transportowy”

Pytanie: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści urządzenie renomowanego europejskiego producenta będący na wyposażeniu wielu ambulansów i szpitali w Polsce posiadający poniższe parametry: Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

wymaganiami normy EN 794-3 Respirator pneumatyczny elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora – bateria na 2 lata pracy jako respirator ratunkowy. Zasilany z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu. Zużycie gazu napędowego poniżej 30 ml/cykl oddechowy. Temperatura pracy w zakresie od: -18°C do + 60°C. Klasa odporności na wnikanie ciał stałych/cieczy IP 24. Waga modułu respiratora ok. 1.1 kg. Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3: Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg EN 61000 – 4 – 2, bez możliwości pracy w środowisku MRI. Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek. Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg. Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora. Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV (automatyczny). Tryb wentylacji wspomagananej SIMV (wspomagany). Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika. Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji – bez funkcji automatycznej blokady wentylacji – pacjent zawsze dostaje zadaną objętość. System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta. Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar. Manometr z zakresem pomiarowym od -20 do +80 mbar (bez fluorescencji). Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy ok 60 %. Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej. Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min umożliwiająca wentylację pacjenta od ok. 10 kg wagi. Pojedynczy oddech w zakresie 75 – 4000 ml. Bez funkcji „oddech na żądanie”. Bez funkcji CPAP. Bez funkcji ręcznego wyzwolenia wdechu. Bez zestawu ciśnieniowego dla noworodków. Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min. Zastawka PEEP jako osobny moduł mocowany na zaworze pacjenta – ustawienie do 20 cm H₂O. Manometr manualny. Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie. Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączy tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu – zasilane z baterii głównej. Zasilanie baterijne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator transportowy . Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min. Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami. Przepływ regulowany automatycznie. IP 24.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Dotyczy Zadania 5 „Ssak akumulatorowo-sieciowy”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści ssak akumulatorowo-sieciowy z płynną regulacją siły ssania w zakresie od 3 do 80 kPa? Zakres ten umożliwia odsysanie wszystkich pacjentów, nawet noworodków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Dotyczy Zadania 6 „Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej”

Dotyczy pozycji „ Tryb pracy automatyczny , 30:2, 15:2. Zakres głębokości ucisków od 2cm do 6cmgłębokosc regulowana w całym zakresie co 0.1cm, częstotliwość ucisków od 80 do 120 z regulacją częstotliwości co 1 ucisk/min.”

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez zwrot „ Tryb pracy automatyczny „ ma na myśli tryb ciągły kompresji bez przerwy na wentylację?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, tryb ciągły kompresji bez przerwy na wentylację.

Dotyczy zapisów SWZ i wzoru umowy:

Pytanie: Zwracamy się z pytaniem, czy nie doszło do omyłki w zakresie wskazanego terminu dostawy w SWZ? Umowa przewiduje dostawę do 31.08.2023 r., a SWZ dostawy sukcesywne od dnia podpisania





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

umowy do 31.08.2023 r. Dodatkowo wzór umowy przewiduje dostawę na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości brutto umowy. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ Rozdziału II.

II. Termin wykonania zamówienia na: "1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 14.09.2023 r.", oraz wzoru umowy poprzez wykreślenie w § 4 „Warunki i termin realizacji oraz czas trwania umowy” pkt 14.

Pytanie: Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14.09.2023 r.? Czas potrzebny na przeanalizowanie ofert, złożenie wyjaśnień lub uzupełnień oraz ewentualne odwołania i środki ochrony prawnej dla Wykonawców mogą spowodować, że realny czas dostawy skróci się do kilku dni, co spowoduje brak możliwości wykonania takiego zamówienia.

Odpowiedź: Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ Rozdziału II.

II. Termin wykonania zamówienia na: "1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 14.09.2023 r."

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

Sprawę prowadzi:
Joanna Bruśnicka
Specjalista ds. księgowości
i zamówień publicznych
Tel. /22/ 752 39 54

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 - 10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny

