

DEZ/606/2024

Jelenia Góra 29.04.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Zakup aparatów do diagnostyki ultrasonograficznej i haka automatycznego
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/11/02/2024**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1

Upieram się o udzielenie wyjaśnień dotyczących pakietu nr 2: ZAKUP APARATU DO DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ, Załącznik Nr 1:

W punkcie 1.40 Zamawiający wymaga:

„Obrazowanie 3D/4D z oferowanych głowic wolumetrycznych convex i endowaginalnej”, natomiast wśród wymaganych głowic jest tylko jedna głowica objętościowa (3D/4D) typu convex (pkt. 1.74) oraz klasyczna (2D) głowica endowaginalna (pkt.1.83). Czy w związku z tym Zamawiający zmieni treść punktu 1.40 na: „Obrazowanie 3D/4D z oferowanej głowicy wolumetrycznej convex”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 1 jak w pytaniu,

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Pakiet Nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym zmieniony 29-04-2024

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie z uwzględnieniem wcześniej udzielonych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ