



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



Dziekan

Zamawiający:

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Gdańsk, dnia 15.07.2021 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr CRZP/91/009/D/21, ZP/51/WETI/21, ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 119-312828

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Dotyczy Części 3 - Część 3 – Dostawa generatorów sygnałów radiowych z modulacjami analogowymi oraz I/Q dla KSSR.

Zamawiający wymaga by Analizator charakteryzował następującymi parametrami :

Zakres częstotliwości pracy min. 9 kHz do 2 GHz

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie z zakresem pracy min. 100 kHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązanie. Zakres częstotliwości pracy generatorów, zdefiniowany w Załączniku nr 4 do SWZ, jest zakresem minimalnym. Dopuszczalne jest tylko jego rozszerzenie, nie wyrażamy zgody na zawężenie zakresu częstotliwości.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 **Prodziekan**
ds. kształcenia i dydaktyki

dr inż. Paweł Raczyński