

## **Załącznik nr 5**

### **Zestawienie wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia**

#### **1. Parametry błon ogólnodiagnostycznych (poz. od 1 do 6 Formularza cenowego):**

- a. Czułe na światło zielone, do obróbki automatycznej
- b. Zadymienie wstępne  $D \min. \leq 0,22$
- c. Gradient średni  $\geq 2,12$
- d. Gęstość maksymalna  $D \max. \geq 3,02$
- e. Czytelne i jednoznaczne oznakowanie :
  - każdej pojedynczej błony : data ważności ujawniająca się na błonie bezpośrednio po jej wywołaniu zapisana w sposób bezpośredni tj. rok/miesiąc.
  - na opakowaniu zbiorczym (a 100 szt.) : minimum nr serii, data ważności , typ filmu, producent  
Data ważności zapisana w formie umożliwiającej jej odczytanie w sposób bezpośredni tj. rok, miesiąc.
- f. Błony tego samego producenta i tej samej marki co odczynniki chemiczne *(nie dotyczy poz. nr 10 formularza cenowego tj systemu czyszczącego zbiornika wywołującego)*.
- g. Błony pakowane próżniowo w światłoszczelny worek foliowy umożliwiający wielokrotne otwieranie i zamykanie - worek foliowy jest opakowaniem wewnętrznym zawierającym 100 błon RTG jednostkowego opakowania kartonowego.

#### **2. Parametry odczynników do obróbki automatycznej**

- a. Do obróbki automatycznej w postaci płynnego koncentratu
- b. Karty charakterystyki odczynników  
*(Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie dostarczyć w/w karty wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)*
- c. Opakowania po odczynnikach nie kaucjonowane

#### **3. Parametry błon stomatologicznych**

- a. Stomatologiczna błona RTG Klasy E
- b. Błony tego samego producenta i tej samej marki co odczynniki chemiczne *(nie dotyczy poz. nr 10 formularza cenowego tj systemu czyszczącego zbiornika wywołującego)*.