

Konin, 23.01.2024r

WSZ-EP-66/121/23/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Dostawa aparatury medycznej i urządzeń do utrzymania higieny szpitalnej**”

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 3

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”.

Pakiet nr 4 – Myjnia dezynfektor - 2 szt.

1. dotyczy tabeli Opisu przedmiotu zamówienia zał. 2.4 do SWZ - pkt. Lp. 20

Prosimy o dopuszczenie urządzeń o wymiarach: szer. 600 mm, gł. 450 mm, wys. 1650 mm. Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SWZ, poprawia w sposób znaczący funkcjonalność urządzenia, zwiększa możliwości załadunku komory i pozwala na mycie naczyń o dużych rozmiarach (np. dużych misek do mycia pacjenta).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.4 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.4 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

2. dotyczy tabeli Opisu przedmiotu zamówienia zał. 2.4 do SWZ - pkt. Lp. 23

Prosimy o dopuszczenie do zaofiarowania myjnie dezynfektory o maksymalnym wytwarzanym poziomie hałasu na poziomie 54 dB. Powyższy parametr nieznacznie odbiega od zapisów SWZ, jest zgodny z normą PN EN ISO 15883-3 i nie wpływa na eksploatację urządzenia. Różnica pomiędzy wartością opisaną w SWZ, a oferowaną jest w praktyce nieodczuwalna i nie powoduje żadnego dyskomfortu dla użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.4 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.4 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet nr 4 – Myjnia dezynfektor - 2 szt. 1. dotyczy tabeli Opisu przedmiotu zamówienia zał. 2.4 do SWZ

Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika że w miejscu instalacji jednej z myjni nie występuje odpływ kanalizacyjny w rozmiarze 110 mm konieczny dla myjni dezynfektorów do kaczek i basenów. Znajduje się tam natomiast odpływ w rozmiarze 50 mm. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z jedną myjnią również rozdrabniacza z pompą o poniższych parametrach: – Rozdrabniacz z pompą – 1 szt. – Moc pompy rozdrabniacza minimum 950 W – Zasilanie 230V AC / 50Hz – Wydajność pompowa minimum 270 l/min – Pojemność zbiornika min 3,8 l – Wydajność podnoszenia minimum 10m – Wlot ścieku DN 100 – Wylot ścieku 32-40 mm – Odpowiedni dla temperatury ścieku min. 95 °

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania rozdrabniacza z pompą o parametrach adekwatnych do urządzenia i szerokości odpływu i nie gorszych niż: Moc pompy rozdrabniacza minimum 900 W; Zasilanie 230V AC / 50Hz; Wydajność pompowa minimum 250 l/min; Pojemność zbiornika min 3,5 l; Odpowiedni dla temperatury ścieku min. 95 °C w sytuacji w której do prawidłowej pracy urządzenia oraz sprawności instalacji kanalizacyjnej wymagany jest odpływ o średnicy większej niż 50 mm.

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.4 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.4 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: K. Lewandowska