



Piekary Śląskie, dn. 27.10.2022 r.

ZP - 14/2022

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

1) Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2) Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 75 x 45 cm z tolerancją wymiarów +/- 5 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3) Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7cm i przylepcem wokół otworu (w miejsce serwety 50 x 60 cm z otworem o średnicy 10 cm i przylepcem wokół otworu)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4) Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawką 2 ml zamiast 3 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5) Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6) Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dołączonym do zestawu pojemnikiem 120ml i miską nerkową PVC?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7) Pakiet 2, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą chirurgiczną podfoliowaną 90 x 75 cm (w miejsce serwety 75 x 45 cm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8) Pakiet 2, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający dodatkowo 1 szt. chwytak metalowy Pean dł. 13cm; stal nierdzewna, oraz 1 szt opatrunek foliowy z ramką i taśmą do opisu w opakowaniu papier-folia 10cm x 15cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9) Pakiet 2, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną 320cm x 180cm z otworem wypełnionym folią 35cm x 35cm z wycięciem w kształcie gruszki zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

10) Pakiet 2, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo 140cm x 80cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11) Pakiet 2, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami z mankietem 7cm; rzep przy szyi, lewy 13cm, prawy 7cm bez wyraźnej możliwości regulacji; rozmiar L 128cm +/- 3cm, rozmiar XL 138cm +/- 3cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12) Pakiet 2, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami z ręcznikami 30cm x 30cm z włókniny typu Spunlace?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13) Pakiet 2, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14) Pakiet 2, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

4 szt Serweta operacyjna z gazy 17N 8W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką, 5 szt Tupfer gazowy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm, 50 szt Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG, przewiązane po 10 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15) Pakiet 2, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16) Pakiet 2, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 180 x 180 cm (zamiast 170 x 180 cm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

17) Pakiet 2, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą medyczną 10 x 50 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

18) Pakiet 2, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 ręcznikami z włókniny spunlace o wymiarach 30 x 30 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19) Pakiet 2, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o odporności na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, spełniający wymagania wg aktualnej normy EN 13795-1 na wysokim poziomie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

20) Pakiet 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami 30 x 30 cm zamiast 20 x 40 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

21) Pakiet 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo 140cm x 80cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

22) Pakiet 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami operacyjnymi z łąką chłonną o wymiarach 25 x 60 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

23) Pakiet 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 180 x 180 cm (zamiast 170 x 200 cm)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

24) Pakiet 2, poz. 7 - Czy Zamawiający oczekuje zestawu, który zawiera łącznie 6 szt serwet do rąk?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

25) Pakiet 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią jednokomorową o wymiarach 30cm x 40cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

26) Pakiet 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z obłożeniem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² plus dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 80g/m² wykonane z włókniny SM, Odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

27) Pakiet 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową ze wstawką TYVEK?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami 30 x 30 cm zamiast 20 x 40 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

29) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo 140cm x 80cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

30) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami operacyjnymi z łąką chłonną o wymiarach 25 x 60 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 180 x 180 cm (zamiast 170 x 200 cm)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

32) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami 30,5 x 34 cm zamiast 20 x 40 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

33) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający oczekuje zestawu, który zawiera łącznie 6 szt serwet do rąk?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

34) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami gazowymi 8 warstwowymi, zamiast 6 warstw?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

35) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią jednokomorową o wymiarach 30cm x 40cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

36) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 20 tupferów zamiast 10?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

37) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ssakiem Yankauer CH21?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

38) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem do odsysania o długości 210cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

39) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z obłożeniem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² plus dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 80g/m² wykonane z włókniny SM, Odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

40) Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową ze wstawką TYVEK?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

41) Pakiet 2, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo 140cm x 80cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

42) Pakiet 2, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 180 x 180 cm (zamiast 170 x 180 cm)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

43) Pakiet 2, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą medyczną i osłoną na kamerę o tolerancji wymiarów +/-1 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

44) Pakiet 2, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z obłożeniem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

45) Pakiet 2, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową ze wstawką TYVEK?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

46) Pakiet 2, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą pod pośladki 114cm x 150cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

47) Pakiet 2, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do owinięcia zestawu w rozmiarze 100cm x 150cm o gramaturze 60g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

48) Pakiet 2, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

49) Pakiet 3, poz. 1-4, 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze 60g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

50) Pakiet 3, poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek z włókniny spunlace do wycierania rąk, pakowanych a'1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

51) Pakiet 3, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 140cm x 80cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

52) Pakiet 3, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

53) Pakiet 4, poz. 1 - W związku z pojawieniem się na rynku ubrań operacyjnych, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje ubrań operacyjnych przebadanych zgodnie z aktualnym wydaniem normy EN tj. z normą EN 13795-2:2019. Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych, co ma być potwierdzone raportem z badań z niezależnego laboratorium oraz załączenia tego raportu do oferty przetargowej? Badania takie należy wykonać na gotowym produkcie tj. na ubraniu operacyjnym a nie materiale. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim do ubrań operacyjnych znajduje zastosowanie norma EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych. Norma definiuje wymagane parametry, minimalne wymagania, metody i kryteria badania oraz dzieli rozwiązania na spełniające wymagania standardowe lub wysokie co wskazuje obszary zastosowania tych wyrobów. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczonego naskórek pochodzący ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne.

Odp.: Zamawiający oczekuje ubrań operacyjnych przebadanych zgodnie z aktualnym wydaniem normy EN tj. z normą EN 13795-2:2019. Ma to być potwierdzone raportem z badań z niezależnego laboratorium.

54) Pakiet 5 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści aplikator gąbkowy o długości całkowitej 15cm +/- 2mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

55) Pakiet 5 poz. 3 - Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby gąbka zarejestrowana była jako wyrób medyczny i dopuszczenie produktu biobójczego.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu rejestracji jako wyrób medyczny.

56) Pakiet 5 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze w rozmiarze 12cm x 7,5cm x 2,3 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

57) Pakiet 5 poz. 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 13795:2011?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

58) Pakiet 5 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści myjki nasączone środkami myjącymi o neutralnym PH, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

59) Pakiet 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni 1m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

60) Pakiet 6 poz. 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny dodatkowo z warstwą celulozową otaczającą wkład chłonny z pulpy celulozowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

61) Pakiet 6 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny w rozmiarze 10x10cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

62) Pakiet 6 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny w rozmiarze 10x20cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

63) Pakiet 6 poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy 17 nitkowy 12 warstwowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

64) Pakiet 6 poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy pakowany a'3szt łącznie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

65) Pakiet 6 poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy pakowany a'1szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

66) Pakiet 6 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną składającą się z wiskozy, poliamidu i bezlateksowego polimeru?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

67) Pakiet 6 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane a'15szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

68) Pakiet 6 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wyposażone w cyfrowo literowy wskaźnik wilgotności barwy niebieskiej informujący o konieczności zmiany produktu poprzez blednięcie, rozpływanie się i zanikanie w miarę napełniania moczem? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

69) Pakiet 6 poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania?

Odp.: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody.

70) Pakiet 6 poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne chłonne wykonane z 5 warstw: włókniny polipropylenowej, dwóch warstw celulozy, pulpy celulozowej, niebieskiej folii PE. Część spodnia podfoliowana, niebieska, bez nadruku, nieprzemakalna. Waga całkowita 77 g, chłonność 1177 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

71) Pakiet 6 poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne pakowane po 25szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

72) Pakiet 6 poz. 17, 18 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ochronne w rolce o szerokości 50cm zamiast 51cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

73) Pakiet 6 poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe w stanie spoczynku 10m, w stanie rozciągniętym 25m określone przez producenta jako nr 8 z przeznaczeniem na udo?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

74) Pakiet 6 poz. 25- Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną a'5kg z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie a'5kg bądź z podaniem ceny za 1kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

75) Pakiet 6 poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

76) Pakiet 6 poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści watę 500g z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

77) Pakiet 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek poiniekcyjny, hemostatyczny, jałowy wykonany z folii, z nieprzywierającym centralnie umieszczonym wkładem z mieszaniny wysokochłonnych włókien wiskozowych, rozmiar 3,1cmx7,2cm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

78) Pakiet 7 poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

79) Pakiet 17 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarze 24-34cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

80) Pakiet 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane po 50 sztuk? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 50 szt., natomiast nie dopuszcza pakietów po 50 szt., tylko po 5 szt.

81) Pakiet 14

Czy Zamawiający w pakiecie 14 dopuści do oceny produkt bez działania przeciwrzostowego potwierdzonego certyfikatem CE?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zmianie ulegają następujące terminy:

1) termin składania ofert:

Było: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 31.10.2022 r. do godz. 9:00

Jest: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 02.11.2022 r. do godz. 9:00

2) termin otwarcia ofert:

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2022 r. o godz. 9:05 (...)

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2022 r. o godz. 9:05 (...)

3) termin związania ofertą:

Było: (...) termin związania ofertą upływa w dniu 29.11.2022 r.

Jest: (...) termin związania ofertą upływa w dniu 01.12.2022 r.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT


Izabela Bacik