



Konin, 22.05.2024r

WSZ-EP-12/628/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa angiografu wraz z pozostałym wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów nr sprawy - WSZ-EP-12/2024

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 3

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1.Dot. część I pkt 120

„5 kpl. fartuch ochronny, dwuczęściowy wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w z przodu fartucha. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym + 1 szt. wieszak na fartuchy ochronne”

Czy Zamawiający wymaga wykonania fartuchów z materiału (tworzywa) bezołowiowego zapewniającego ekwiwalent minimum 0,5mm Pb z przodu fartucha, o wadze nie przekraczającej 5,1 kg/m² oraz zapewniającego ekwiwalent minimum 0,25mm Pb z tyłu fartucha, o wadze nie przekraczającej 2,55 kg/m², lub z materiału jak w pytaniu, ale z dodatkową wyściółką odprowadzającą wilgoć, co nieznacznie podnosi wagę fartucha, ale zapewnia użytkownikom możliwie najwyższy komfort i bezpieczeństwo pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje zapisy poz. 120 część I załącznika numer 2 do SWZ:

„5 kpl. fartuch ochronny, dwuczęściowy wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w z przodu fartucha, o wadze nie przekraczającej 5,5 kg/m². Zamawiający dopuszcza fartuch wyposażony w dodatkową wyściółką odprowadzającą wilgoć o wadze nie przekraczającej 6,0 kg/m². Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym + 1 szt. wieszak na fartuchy ochronne” i w związku z tym modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w części numer I w punkcie numer 120. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

2.Dot. **część I pkt 121**

„5 szt. osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony. Wybór rozmiarów i kolorów do uzgodnienia z Zamawiającym”

Czy Zamawiający wymaga wykonania osłon na tarczycę z materiału (tworzywa) bezołowiowego, zapewniającego ekwiwalent minimum 0,5mm Pb o wadze nie przekraczającej 5,1 kg/m², co zapewnia użytkownikom możliwie najwyższy komfort i bezpieczeństwo pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje zapisy poz. 121 część I załącznika numer 2 do SWZ:

„5 szt. osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony, o wadze nie przekraczającej 5,5 kg/m². Wybór rozmiarów i kolorów do uzgodnienia z Zamawiającym” ” i w związku z tym modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w części numer 1 w punkcie numer 121.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

3.Dot. **część I pkt 114**

„Wózek wielofunkcyjny reanimacyjny wykorzystywany podczas zabiegów medycznych ułatwiający transport materiałów medycznych i lekarstw; wyposażony w centralny zamek, wysuwany blat roboczy, kółka przeciwpółkowe, samoczynnie domykane 5 szuflad. szerokość 700 mm (+/-10mm), głębokość 520 mm (+/-10mm); wysokość 1000 mm (+/-10mm)”

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o wymiarach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm

spełniający wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ

- zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w części numer 1 w punkcie numer 114.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

4.Dot. **część I pkt 123**

„10 par obuwie medyczne dedykowane na sale operacyjne; wykonane z antybakteryjnego lekkiego materiału, podeszwa antypoślizgowa zapewniająca dużą przyczepność, dedykowane do mycia w myjniach maszynowych; wybór kolorów /rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym”

Prosimy o określenie w jakiej temperaturze obuwie ma być myte, gdyż jest to kluczowy parametr doboru właściwego obuwia, który ma również wpływ na cenę oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje zapisy poz. 123 część I załącznika numer 2 do SWZ poprzez dodanie zapisu:

„Obuwie odporne na odkształcenia przy temperaturze mycia w temperaturze 80 stopni Celsjusza” i w związku z tym modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w części numer 1 w punkcie numer 123.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

5.Dot. **część I pkt 125**

„1 szt. komputer typu All In One; procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście <https://www.cpubenchmark.net/> wynik min. 11151 punktów (min. 6 rdzenie, 12 wątków, 12MB cache); pamięć RAM nie mniej niż 16 GB; karta graficzna zintegrowana; obudowa typu All in One; przekątna ekranu min. 23,8"; rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 (FullHD); kamera internetowa min. 2.0 MP; pojemność dysku co najmniej 512 GB; typ dysku: SSD; łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac); LAN 10/100/1000 Mbps; Bluetooth. Fabrycznie nowy, nieużywany, nieaktywowany nigdy wcześniej System operacyjny Windows 11 Professional PL 64-bit lub równoważny fabrycznie zainstalowany przez producenta; Wewn. lub zewn. napęd optyczny: DVD-RW; wbudowany mikrofon; zintegrowana karta dźwiękowa; wbudowane głośniki stereo; Porty i interfejsy: USB; RJ-45 (LAN) - 1 szt.; HDMI out - 1 szt.; displayPort – 1 szt.; klawiatura USB w układzie polski programisty; mysz optyczna”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza komputer z osobnym zewnętrznym napędem optycznym DVD-RW podłączanym przez USB bez napędu wewnętrznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaferowany parametr mieści się w opisie Zamawiającego.

6.Dot. **część IV A pkt 37**

„Przewód EKG 10 odprowadzeniowy min. 1 sztuka, przewód EKG 10 odprowadzeniowy min. 1 sztuka, przewód EKG 3 odprowadzeniowy min. 1 sztuka, łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne min. 1 komplet, Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 1 sztuka, Min. 1 komplet elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych, Torba z miejscem na akcesoria”

Prosimy o potwierdzenie, że opis zawiera omyłkę pisarską (powtórzenie) w pozycji przewodu EKG 10-odprowadzeniowego i Zamawiający wymaga wyposażenia aparatu w:

Przewód EKG 10 odprowadzeniowy min. 1 sztuka,

Przewód EKG 3 odprowadzeniowy min. 1 sztuka,

łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne min. 1 komplet,

Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 1 sztuka,

Min. 1 komplet elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych,

Torba transportowa z miejscem na akcesoria

Jeśli to nie jest omyłka, to prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający wymaga drugiego przewodu EKG 10 odprowadzeniowego, drugiego przewodu EKG 3 odprowadzeniowego i drugiego kompletu łyżek twardych dla dorosłych oraz pediatrycznych oraz torby transportowej z miejscem na akcesoria.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak , Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki polegającej na dwukrotnym umieszczeniu zwrotu: Przewód EKG 10 odprowadzeniowy min. 1 sztuka.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w części numer IVA w punkcie numer 37.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.



7.Dot. **część IV A Defibrylator - 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia defibrylatora w podstawę jezdną?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK. Zamawiający potwierdza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w części numer IV A w punkcie 37 - Defibrylator.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

8.Dot. **część IV B Defibrylator przenośny / transportowy - 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia defibrylatora w podstawę jezdną?

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia defibrylatora w torbę transportową

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wyposażenia defibrylatora w podstawę jezdną.

TAK Zamawiający wymaga wyposażenia defibrylatora w torbę transportową i w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w część IV B w punkcie 55 Defibrylator.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.