



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 27.08.2024r.

SA-381-18/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pakiet nr 5, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 98% i specyficzności 97%?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
2.	Pakiet nr 5, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 99,5% i specyficzności 99,3%?	Tak, Zamawiający dopuszcza
3.	Pakiet nr 5, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 98,2% i specyficzności 97,9% względem metody mikroskopowej?	Tak, Zamawiający dopuszcza
4.	Pakiet nr 5, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści testy o czułości dla Rotawirusa 71,7%, Adenovirusa 75,9%, Norowirusa (GI+GII) 87,3% oraz specyficzności dla Rotawirusa >99,9% , Adenovirusa 99,2%, Norowirusa (GI + GII) >99,9% względem metody RT-PCR?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
5.	Pakiet nr 5, poz. 9 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wymazówek kontrolnych Influenza A+B w zestawie?	Tak, Zamawiający dopuszcza
6.	Pakiet nr 5, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści testy o czułości i swoistości dla GDH: >99,9% i dla toksyny A+B o czułości 88,2% i swoistości >99,9% względem metody Elisa?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
7.	Pakiet nr 5, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów: o czułości względnej dla: - Antygeny SARS-CoV-2 - 95%, - Antygeny wirusa grypy A - 87,2%, - Antygeny wirusa grypy B – 92,5%, - Antygeny wirusa RSV – 98,5%. o swoistości względnej dla: - Antygeny SARS-CoV-2 - > 99,9%, - Antygeny wirusa grypy A – 94,5%, - Antygeny wirusa grypy B – 97,5%, - Antygeny wirusa RSV – 99,1%. o dokładności względnej dla: - Antygeny SARS-CoV-2 – 99,5%,	Nie, Zamawiający nie dopuszcza





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<ul style="list-style-type: none">- Antygeny wirusa grypy A – 92,8%,- Antygeny wirusa grypy B – 96,7%,- Antygeny wirusa RSV – 99% ?	
8.	Pakiet nr 5, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o czułości 95% i swoistości 99,2% względem metody RT-PCR?	Tak, Zamawiający dopuszcza
9.	Pakiet nr 5, poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o czułości >99,9% i swoistości 98,1%?	Tak, Zamawiający dopuszcza
10.	Pakiet nr 5, poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 94,4% i swoistości 97,3% wyznaczone względem hodowli?	Tak, Zamawiający dopuszcza
11.	Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?	Tak Zamawiający dopuszcza
12.	Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?	Zamawiający wyraża zgodę
13.	Dotyczy pkt. 4.1 d) SWZ i Załącznika nr 7 do SWZ - Wzór umowy, §3 ust. 1: Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby je składającej. W celu ujednoczenia zapisu z §3 ust. 2 prosimy o dodanie w §3 ust. 1 zwrotu „lub faksem”.	Zamawiający wyraża zgodę
14.	Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ - Wzór umowy, §5 ust. 1 pkt 1) lit. a): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od kwoty brutto określonej w §12 ust. 3. W sytuacji, gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczytników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy,	Zamawiający nie wyraża zgody



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	niewykonanie dostawy może dotyczyć niewielkiej części odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter zawyżony.	
15.	Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w §5 ust. 1 pkt 1) lit. b).	Zamawiający nie wyraża zgody
16.	Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ - Wzór umowy, §10 ust. 2: Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?	Tak Zamawiający dopuszcza
17.	Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ - Wzór umowy, §18 ust. 1 pkt 6): Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie wyrażenia „pod warunkiem wykazania przez Zamawiającego, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia”.	Zamawiający nie wyraża zgody
18.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz 1 i 2 dopuszcza probówko-strzykawkę z EDTA K-2	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
19.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz 3 dopuszcza probówko-strzykawkę o pojemności 4,4ml?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
20.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz 10 dopuszcza motylki o długości 100 mm?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
21.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz 11 dopuści strzykawkę do gazometrii 2,3ml?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
22.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuszcza mikrometodę o pojemności 150ul?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
23.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w Pakiecie 4 minimalny, najlepiej punktowany termin dostawy częściowej w kryterium oceny ofert wynosił 2 dni robocze? Uzasadnienie: termin dostawy 1 dzień roboczy dla wielu oferentów jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na procedury logistyczne. Terminy 24 godzinne są stosowane przy dostawach leków. Uniemożliwia to dostęp do zamówienia wszystkim zainteresowanym na równych zasadach.	Zamawiający nie wyraża zgody
24.	Czy Zamawiający we wzorze umowy wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT ?	Zamawiający nie wyraża zgody
25.	Dotyczy pakietu nr 5 Czy Zamawiający w Pozycji 5 dopuści test do wykrywania antygenu Giardii lamblia o parametrach: Czulość 95,1% swoistość 97,7 % względem metody mikroskopowej?	Tak Zamawiający dopuszcza



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

26.	Dotyczy pakietu nr 5 Czy Zamawiający dopuści test do wrywania antygeny wirusa RSV o parametrach: Czułość minimalna 92,6% swoistość minimalna 98% względem PCR?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
27.	Dotyczy pakietu nr 5 Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygeny Norowirusów o parametrach: Czułość 95,7% swoistość 91,7 %?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
28.	Dotyczy pakietu nr 5 Czy Zamawiający dopuści test do do równoczesnego oznaczania Rotawirusów, Adenowirusów i Norowirusów grupy I i II w kale - kasetka, czułość testu dla Rotawirusa 97 98,1 „,3% Norowirusa 99,9%, specyficzność dla Rotawirusa min. 97,1.8% Adenowirusa min. 97,7%, wyznaczone względem innego komercyjnego szybkiego testu ?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
29.	Dotyczy pakietu nr 5 Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenów grypy A i b jest szybkim immunochromatograficznym testem do jakościowego wykrywania antygenów grypy A i B w wymazach z nosogardzieli, wymazach z gardła lub aspiracie z nosa o minimalnej czułości 94,2%, swoistości 98,9 % w porównaniu do RT-PCR?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
30.	Dotyczy pakietu nr 5 Czy Zamawiający dopuści Test immunochromatograficzny do wykrywania toksyny A + B C. difficile w kale o parametrach dla: GDH Czułość 98,7% specyficzność: 98,3%; dla toksyna A+B czułość 98,2% specyficzność: 98,6% względem innego testu?	Tak Zamawiający dopuszcza
31.	Dotyczy pakietu nr 5 Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygeny rotawirusa i adenowirusa o parametrach: Czułość powyżej 95 % swoistość powyżej 97 %?	Tak Zamawiający dopuszcza
32.	Dotyczy pakietu nr 5 Czy Zamawiający dopuści test Testy COMBO SARS-COV-2/GrypaA/B/RSV o parametrach: Grypa A czułość 93,75 % swoistość 96,23% Grypa B czułość 94,59 % swoistość 97,91% Sars-Cov-2 czułość 99,07 % swoistość 99,18 % RSV czułość 97,14 % swoistość 98,7 %?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza
33.	Dot. Zał.nr 3 do SWZ, OPZ Pakiet nr 1 pkt 4: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uznanie parametru za spełniony przy zaoferowaniu analizatora, w którym HCT oznaczany jest metodą detekcji wysokości impulsów wywołanych przez analizowane RBC.	Tak Zamawiający dopuszcza



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

34.	Dot. Zał.nr 3 do SWZ, OPZ Pakiet nr 1 pkt 6: W związku z wymogiem zaoferowania analizatora z możliwością oznaczania parametru PLT-O, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga, aby wymieniony parametr miał określony zakres liniowości, nie gorszy niż PLT-I, potwierdzony specyfikacją zawartą w instrukcji producenta.	Zamawiający potwierdza
35.	Dot. Zał.nr 3 do SWZ, OPZ Pakiet nr 1 pkt 19: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga analizatora, który do oznaczeń w płynach z jam ciała, a w szczególności w płynie mózgowo-rdzeniowych wymaga max. 250 µl objętości próbki badanej (włącznie z objętością martwą), niezbędnej do wykonania oznaczenia z mikropróbówki.	Zamawiający potwierdza
36.	Dotyczy umowy Czy Zamawiający zmieni zapis w umowie § 6 ust. 1a na: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,05% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki?	Zamawiający nie wyraża zgody

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Przybylska
Stefania Przybylska

