

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem przetargowym**

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/30/1/23

data: 10.01.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nr 30/23/ZP „Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych III”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela odpowiedzi na pytania:

Firma 1

Pytanie dotyczy pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne długości 120, 180, 230 cm??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 2

Pytanie 1 do pakietu 8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy i do jakiego spirometru (model, producent) ma być dedykowany filtr.

Odpowiedź: Spirometr Scout Sensor V2 SND 104202292002090.

Pytanie 2 do pakietu 8

Czy Zamawiający w OPZ „Filtr elektrostatyczny jednorazowego użytku PFT, runo owcze z membraną zabezpieczającą, zabezpieczenie przeciw bakteriom” ma na myśli włókninę polipropylenową, elektrostatyczną gdyż owe runo owcze nie istnieje w składzie żadnego filtra do spirometru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 3

Pakiet 12

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu do opaskowania żyłaków przetyku z głowicą wyposażoną w nylonową prowadnicę, opaski z domieszką lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości otwarcia klipsa 11 mm, 13 mm, 16 mm, o konstrukcji nie wymagającej całkowitego schowania klipsa w osłonce, klips posiada plastikowy kapturek, materiał pokrywający przewód bez znaczników.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 14

3. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 1,8 mm – 2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 4

Czy zamawiający dopuści?

Pakiet 14

Jednorazowe, sterylne szczypce biopsyjne bronchoskopowe, miseczka owalna z igłą mocującą lub bez igły, średnica 1,8 do 2,3 mm; długość 120, 180, 230 cm – do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 1 poz. 3 i 4 i utworzenie dla nich niezależnego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 i 4 z pakietu 1 do niezależnego zadania.

Firma 6

Pytanie do pakietu 13

Pytanie 1 Czy Zamawiający może rozważyć możliwość rozszerzenia zakresu dopuszczalnych produktów, które spełniają te same funkcje lecznicze i użytkowe?

Wprowadzenie takiej zmiany umożliwiłoby składanie ofert przez innych wykonawców na podobne produkty, które są zbliżone lub równoważne pod względem spełnianych funkcji leczniczych."

Proponujemy:

POZYCJA 1 i 2 Cewnik czasowy do hemodializy, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, w dostępnych długościach 15,20,24cm, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35'' x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, opatrunek na cewnik.

Dla pozycji 1 dwukanałowy 12 F lub 14F

Dla pozycji 2 trzykanałowy 13F

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

POZYCJA 3

a) Zestaw dializacyjny permanentny (stały) 15,5F, wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzeplin. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip) Pakowane pojedynczo.

Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 43/48cm, do wyboru przez Zamawiającego



- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,
- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
- osobny kanał dla przewodnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
- posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
- wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,
- końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu

Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Lub:

b) Czy Zamawiający dopuści cewnik długoterminowy 14F lub 16F o długościach 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich wykonany z biokompatybilnego karbotanu cewnik odporny na rozpuszczalniki i na wszystkie powszechnie stosowane roztwory czyszczące na bazie jodu i alkoholu, wytrzymały na rozciąganie, elastyczny, odporny na załamania, posiadający solidne złącza typu luer i zaciski oznaczone kolorami, z nadrukiem objętości na ramionach, obrotowe skrzydełka do mocowania, miękka stopniowana końcówka cewnika ułatwia płynne wprowadzanie i zmniejsza stopień recyrkulacji, skład zestawu: 1 x cewnik, 1 x 18g x 7cm igła introduktora z zaworem bocznym 1 x 0.035" x 70cm prowadnik nitinolowy z końcówką J, 2 x rozszerzacz naczyń, 1 x introduktor z odrywaną osłonką, 1 x mandryn tunelowy 1 x strzykawka 10ml, 1 x Skalpel nr 11, 2 x Nasadki iniekcyjne, 1 x Bezszywowe urządzenie mocujące 2 x Opatrunek na ranę, 1 x Naklejka identyfikacyjna pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 7

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający określa min. Wartość zamówienia na poziomie 80% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zamówienia a zaistnieje konieczność pilnego zakupu produktu będącego przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie między ceną umowną a ceną zakupu u innego Wykonawcy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonych artykułów medycznych pod względem ilościowym w dniu odbioru. W przypadku braków ilościowych w danym asortymencie, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, uzupełni dostawę”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonych artykułach medycznych, Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną w terminie 12

dni licząc od daty ich dostawy. Po otrzymaniu reklamacji wraz z zwrotem wadliwego urządzenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 5 dni roboczych, rozpatrzyć reklamację i poinformować o tym Zamawiającego”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5

W związku z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy wadliwego urządzenia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych oraz wykreślenie z § 4 ust. 5 zdania: „Wraz z dostawą artykułów medycznych wolnych od wad Zamawiający zwróci Wykonawcy artykuły medyczne wadliwe”?

Procedura reklamacji wymaga zwrotu wadliwego urządzenia, aby możliwe było przeprowadzenie wspomnianej ekspertyzy.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia artykułów wolnych od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5 podpunkt a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5 podpunkt b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...,w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5 podpunkt c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...w wysokości 0,1% wartości brutto wadliwej dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki a dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 – 6 Umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5 podpunkt d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 7% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób

objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 8

Pakiet 21

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik tworzył system zamknięty przez co rozumiany jest brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

c.d. pytań

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 9

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;**

b) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy;**

c) w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki aw dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 – 6 Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy;**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

c.d. pytań

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz. 2

Igłę do nakłucia podpajęczynówkowego z końcówką typu STANDARD z igłą prowadzącą pakowaną oddzielnie sterylnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz. 3

Zestaw do mieszanego znieczulenia ZO + PP *Skład zestawu: -Igła ZO Touhy 16 G , -Igła ZO Touhy 18 G, -Igła PP 27G , -Cewnik ZO, -Strzykawka niskooporowa , -Filtr ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 10

Pakiet 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 igły do nakłucia podpajęczynówkowego 25G z igłą prowadzącą 20G.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 3.

Firma 11

Pakiet 9– Koce grzewcze

Poz. 1, 2 Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:


- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierny dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania typu rzep).

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie tuby pod pacjenta o wymiarach 217x91 cm



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie koców na całe ciało 195x100 cm



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 12

Pakiet 14. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne szczypcy biopsyjne: miseczka owalna z igłą mocująca lub bez igły średnica 2,3 mm, długość 160, 180, 230 cm oraz miseczka owalna bez igły średnica 1,8 mm, długość 160 cm – do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 13

Dotyczy pakietu 17, poz. 1.

Pyt. 1 - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje wielorazowego czujnika przepływu, działającego w technologii anometrii cieplnej, typu Spirolog? Czujnik przeznaczony do dezynfekcji, pakowany po 5 szt., nie występuje w wersji jednorazowej.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje czujnika jednorazowego użytku.

Dotyczy pakietu 17, poz. 2.

Pyt. 2 - W związku z wielkością jednostki handlowej dla zastawek, jaką jest opakowanie, prosimy

o dopuszczenie 1 opakowania zastawek, zawierającego 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Dotyczy pakietu 17, poz. 3.

Pyt. 3 - Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 3 Zamawiający oczekuje zastawki wydechowej jednorazowego użytku do respiratora Evita V 300? W SWZ wpisana jest także w tej pozycji zastawka do Evity XL, która ujęta jest również w poz. nr 2. Ze względu na fakt, że są to różne zastawki prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 2 oczekuje zastawki do Evita XL, w pozycji 3 oczekuje zastawki do Evita V 300. Modyfikacja w załączeniu.

Wzór umowy

Pyt. 1 - § 6 ust.2 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 14

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 13 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu bez otworów bocznych o średnicy 13 Fr z ramionami prostymi lub zagiętymi i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm i 30 cm ramiona proste?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowo komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11 Fr lub 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 13 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowo (High Flow), bez otworów bocznych, ramiona proste lub zagięte o długościach: 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowo komfort

zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- rozszerzadło 13 Fr
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 pakiet 13 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsiionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: 19/36 cm, 23/40 cm, 28/45 cm, 33/50 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 15

Pytanie – pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne butelki o pojemności 80 ml lub 140 ml, lekkie i wytrzymałe z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisania indywidualnych oznaczeń kompatybilne ze wszystkimi smoczkami do butelek, pakowane pojedynczo w folię ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza butelki o pojemności 140 ml.

Pytanie – pakiet 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne butelki o pojemności 230 ml, lekkie i wytrzymałe z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisania indywidualnych oznaczeń kompatybilne ze wszystkimi smoczkami do butelek, pakowane pojedynczo w folię?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie – pakiet 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiet dziecięcy z 1 wężykiem w rozmiarach: 7-12 cm, 11-19 cm oraz 18-26 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie – pakiet 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści mankiet wielorazowy nylonowy jednowężykowy w rozmiarze 18-26 cm z klamrą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie – pakiet 20 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści mankiet wielorazowy nylonowy jednowężykowy w rozmiarze 25-40 cm?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 16

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 36mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36x48mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 42x56mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 17

Pytanie 1,

Pakiet 4 – elektrody do holtera , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarze 55 mm X 35 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 18

Pytanie nr 1 – załącznik nr 2 do SWZ; pakiet nr 21 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) o poniższej charakterystyce:

- pojemnik o łącznej objętości 60 ml
- objętość formaliny w pojemniku 20 ml
- substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny)
- technologia „pojemnika podwójnego” – ruchoma komora dedykowana na materiał wewnątrz pojemnika umożliwiająca bezkontaktowe umieszczenie badanego materiału w formalinie
- wewnętrzna dedykowana komora na materiał tkankowy zabezpiecza w 100% wycinek podczas transportu przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika i przypadkowego przyklejenia się materiału tkankowego do ścianek pojemnika – eliminacja braku kontaktu materiału tkankowego z formaliną podczas transportu.
- opakowanie zbiorcze 48 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 30 op. po 48 szt. każde



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 2- załącznik nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 projektu umowy- załącznik nr 4 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 3- załącznik nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 projektu umowy – zał. 4 do SWZ w następujący sposób:

- a) w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy;
- b) w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy;
- c) w wysokości 0,1% wartości brutto wadliwej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki a w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 6 Umowy;
- d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 4- załącznik nr 4 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”

W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 5- dotyczy Specyfikacja Warunków Zamówienia

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kart katalogowych.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w wymienionych działach na:

- Dział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – zmienia się pkt 3 na:

3. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.02.2024 r.

- Dział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt> do dnia **17.01.2024 r. do godz. 09:00**

- Dział XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **17.01.2024 r. godz. 09:15**

Modyfikacji ulega również:

- pakiet nr 17 załącznik 2 do SWZ.

p.o. Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej

(podpis elektroniczny)

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 17 – Czujnik i zastawki do respiratorów DRÄGER

Lp.	Nazwa	Ilość w sztukach	Rozmiar	Nazwa Handlowa Producent	Oferowana wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostk. netto za op./szt.	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Czujnik przepływu SPIROLOG jednorazowego użytku do Respiratora EVITA XL, EVITA 300 V	5								
2.	Jednorazowa zastawka wydechowa do Respiratora EVITA XL	5								
3.	Jednorazowa zastawka wydechowa do Respiratora EVITA 300 V	5								
Wartość globalna							NETTO:		BRUTTO:	

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.