

Stupsk dnia 05. 08. 2021 r.

Numer sprawy: SE-407/22/21

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedź na zadane pytanie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) na dostawę urządzeń do kompresji klatki piersiowej.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytania wraz z odpowiedzią do przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści urządzenie opisane i uznane przez wytyczne ERC 2021 w zakresie urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, o parametrach:

- zasilanie z baterii wewnętrznych z możliwością ładowania baterii 12V DC i 230V AC w zewnętrznej ładowarce,
- z możliwością bezprzewodowego i automatycznego przesyłania danych wymaganych przez Zamawiającego poprzez urządzenie pośredniczące,
- z konstrukcją nie wymagającą mocowania rąk pacjenta,
- o czasie pracy wynoszącym typowo 30 minut na jednej baterii?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, z datą produkcji 2020 rok, z akcesoriami jak; bateria i jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem z roku produkcji 2021?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o wskazanie jakie normy uznaje za równoważne w zakresie możliwości przewożenia i pracy urządzenia do kompresji klatki piersiowej w ambulansie medycznym?

Odpowiedź: Udowodnienie równoważności należy do Wykonawcy. że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia art. 101 pkt. 5 Ustawy PZP.

Zatwierdził:

Dyrektor

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Stupsku
Mariusz Żukowski

/ podpis na oryginale/