

*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
*tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342*  
*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*  
*http://www.szpital.miechow.pl,*  
*e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 4.11.2020 r.

### **Zmiana odpowiedzi**

#### **Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert**

**Nr sprawy 40/2020** – Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Miechowie.

Szpital św. Anny w Miechowie informuję, że zmienia odpowiedzi na pytania, które zostały zamieszczone w dniu 3 listopada 2020 r. do w/w postępowania. **Zamawiający jednocześnie informuje o przesunięciu termin otwarcia ofert z dnia 6 listopada 2020 r., godz. 10:00 na dzień 10 listopada 2020r., godz. 12:00.**

Zapis w zapytaniu 11 brzmiał:

#### **Zapytanie 11**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w stojak jezdny na 5 kołach z koszem na akcesoria?

**Ad. 11 Zamawiający dopuszcza.**

Prawidłowe brzmienie po zmianie Zapytania 11:

#### **Zapytanie 11**

Załącznik nr 2 do SIWZ. A. 21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w stojak jezdny na 5 kołach z koszem na akcesoria?


**Ad. 11 Zamawiający dopuszcza stojak jezdny na 5 kołach (możliwość blokady min. 2 kół), wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w półkę na monitor, uchwyt do prowadzenia stojaka oraz koszyk na akcesoria.**

Zapis w zapytaniu 13 brzmiał:

#### **Zapytanie 13**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund?

**Ad. 13 Zamawiający dopuszcza, punktacja bez zmian.**



*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
*tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342*  
*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*  
*http://www.szpital.miechow.pl,*  
*e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Prawidłowe brzmienie po zmianie Zapytania 13:

### **Zapytanie 13**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund?

**Ad. 13 Zgodnie z SIWZ.**

Zapis w zapytaniu 17 brzmi:

### **Zapytanie 17**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor pozwalający na monitorowanie 3, 7 lub 12 odprowadzeń w zależności od zastosowanego kabla EKG (3, 5, 12 - żyłowego) i adekwatnie prezentację na ekranie 1, 2, 7 lub 12 kanałów oraz z analizą odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń?

**Ad. 17 Zamawiający dopuszcza.**

Prawidłowe brzmienie po zmianie Zapytania 17:

### **Zapytanie 17**

Załącznik nr 2 do SIWZ. B. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor pozwalający na monitorowanie 3, 7 lub 12 odprowadzeń w zależności od zastosowanego kabla EKG (3, 5, 12 - żyłowego) i adekwatnie prezentację na ekranie 1, 2, 7 lub 12 kanałów oraz z analizą odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń?

**Ad. 17 Zgodnie z SIWZ.**

Zapis w zapytaniu 21 brzmi:

### **Zapytanie 21**

Załącznik nr 2 do SIWZ.B. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z niezależnym, wbudowanym modułem do pomiaru zawartości CO<sub>2</sub> we frakcji wdechowej i wydechowej w każdym kardiomonitorze z alarmem bezdechu w zakresie 10- 60 s?

**Ad. 21 Zamawiający dopuszcza.**

Prawidłowe brzmienie po zmianie Zapytania 21:

### **Zapytanie 21**

Załącznik nr 2 do SIWZ.B. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z niezależnym, wbudowanym modułem do pomiaru zawartości CO<sub>2</sub> we frakcji wdechowej i wydechowej w każdym kardiomonitorze z alarmem bezdechu w zakresie 10- 60 s?

**Ad. 21 Zgodnie z SIWZ.**