


ZASTĘPCA DYREKTORA
Aresztu Śledczego w Olsztynie
ppłk Beata Kierżnowska

Olsztyn, 01 czerwiec 2022 r.

Dotyczy : zapytania ofertowego na zakup unitu stomatologicznego

Pytanie nr 1:

Czy gabinet wyposażony jest w odpowiedni kompresor medyczny (z osuszaczem) do zasilenia unitu stomatologicznego w powietrze - czy kompresor jest w zakresie dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że gabinet stomatologiczny jest wyposażony w kompresor medyczny.

Pytanie nr 2:

Jaka będzie lokalizacja mokrej pompy ssącej z separatorem amalgamatu
- czy będzie zainstalowana w tym samym pomieszczeniu co unit
- czy w miejscu umieszczenia pompy będzie odpływ kanalizacyjny na poziomie posadzki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pompa ssąca będzie zainstalowana w tym samym pomieszczeniu co unit stomatologiczny.

Zamawiający informuje, że w miejscu umieszczenia pompy znajduje się odpływ kanalizacyjny w posadzce.