

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **KRZESŁO STOMATOLOGICZNE LEKARZA Z OPARCIEM**

**TYPU „BANAN” – 86 SZT.**

<b>L.p.</b>	<b>Opis wymagań</b>
1	Podstawa metalowa na kółkach gumowanych, nierysujących podłoża
2	Zakres regulacji wysokości siedziska co najmniej w zakresie 530 mm - 720 mm
3	Oparcie z regulowaną wysokością
4	Tapicerowane, bezszwowe

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.