

Modyfikacja nr 1_Pakiet nr 6_zal. nr 3 do SWZ_25.06.

PAKIET nr 6

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY |
|-----------|--|
| I. | Łaźnia wodna histopatologiczna |
| 1. | Prostokątna |
| 2. | Pojemność co najmniej 2,11 2 l |
| 3. | Głębokość wody dostosowana do szkiełek typu SuperMega |
| 4. | Temperatura pracy nastawna w zakresie co najmniej 20 – 80°C |
| 5. | Dokładność nastawy temperatury nie gorsza niż $\pm 1^{\circ}\text{C}$ |
| 6. | Powierzchnie grzewcze do suszenia co najmniej 18 szkiełek |
| 7. | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem |
| 8. | Wyświetlacz z panelem sterowania prezentujący temperaturę wody |
| 9. | Podświetlenie komory łaźni |
| 10. | Waga urządzenia nie większa niż 3 kg |
| 11. | Okres gwarancji urządzenia co najmniej 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |