

Bielsko-Biała dn. 12.06.2024r.

DZP.271.27.2024 - 5

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań koagulologicznych, immunochemicznych oraz analizy ogólnej moczu wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej (znak sprawy: DZP.271.27.2024)**

Zamawiający informuje, że wpłynęło niżej wymienione zapytanie do SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### ZAPYTANIE

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące zadania/części nr 3 – Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych do wykonywania analizy ogólnej moczu wraz z dzierżawą dwóch analizatorów.

Załącznik nr 6 do SWZ - Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) dla analizatorów, pkt. A

Czy Zamawiający pod pojęciem "Dwa analizatory do badania ogólnego moczu wyposażone w podajniki próbek umożliwiające aspirację próbek do badań chemicznych i fizycznych z wykorzystaniem pasków oraz ocenę elementów morfotycznych w moczu" ma na myśli dwa analizatory hybrydowe, czyli łączące moduł do badania fizykochemicznego i badania osadu w jeden aparat?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający pod pojęciem "Dwa analizatory do badania ogólnego moczu, wyposażone w podajniki próbek umożliwiające aspirację próbek do badań chemicznych i fizycznych z wykorzystaniem pasków oraz ocenę elementów morfotycznych w moczu" ma na myśli dwa analizatory hybrydowe, czyli łączące moduł do badania fizykochemicznego i badania osadu w jeden.

Z poważaniem



**Z-CA DYREKTORA**  
ds. Techniczno-Administracyjnych  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
mgr inż. *Grzegorz Kubica*