

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

TP.262.25.2024

L.dz. TP /24

Wodzisław Śl. 29.03.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
**Zakup 3 ambulansów typu C wraz z wyposażeniem**  
**Nr sprawy 6/Zp/24**

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy załącznik nr 5a oraz 5c do SWZ:

1. Prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego z rocznik 2023.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pkt. I.1 - prosimy o dopuszczenie manualnej regulacji podparcia odcinka lędźwiowego fotela w kabinie kierowcy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pkt. I.4 – prosimy o dopuszczenie długości przedziału medycznego 3,05 m.

Odp. Zgodnie z SWZ.

4. Dotyczy pkt. I.10 – prosimy o dopuszczenie wysokości przejścia 150 cm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

5. Dotyczy pkt. I.11 – prosimy o rezygnację z elektrycznie ogrzewane szyby przedniej.

Odp. Zgodnie z SWZ.

6. Dotyczy pkt. I.11 – prosimy o dopuszczenie lusterek które tylko reguluje się elektrycznie bez funkcji podgrzewania oraz składania elektrycznego.

Odp. Zamawiający dopuszcza lusterka bez funkcji składania elektrycznego, pozostałe wymogi bez zmian

7. Dotyczy pkt. I.11 – prosimy o dopuszczenie szyby oklejonej czarną nieprzeźroczystą folią w lewych drzwiach przesuwnych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy pkt. I.14 – prosimy o dopuszczenie kabiny kierowcy bez poduszek kurtynowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy pkt. I.16 – prosimy o dopuszczenie stopnia tylko zewnętrznego elektrycznie otwieranego i zamykanego zsynchronizowanego z drzwiami.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy pkt. I.20 – prosimy o doprecyzowanie, jakie elementy systemu SWD Zamawiający dostarczy do montażu.

Odp. Tablet Zebra, drukarka oraz moduł GPS

11. Dotyczy pkt. I.21 – prosimy o dopuszczenie świateł do jazdy dziennej w technologii led, a mijania i drogowych w technologii halogen.

Odp. Zgodnie z SWZ.

12. Dotyczy pkt. II.3 – prosimy o dopuszczenie mocy silnika 163 KM.

Odp. Zgodnie z SWZ.

13. Dotyczy pkt. II.4 – prosimy o dopuszczenie momentu obrotowego na poziomie 380 Nm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

14. Dotyczy pkt. III1,2 – prosimy o dopuszczenie skrzyni biegów manualnej – 6 biegów do przodu + bieg wsteczny.

Odp. Zgodnie z SWZ.

15. Dotyczy pkt. IV.8 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez asystenta bocznego wiatru.

Odp. Zgodnie z SWZ.

16. Dotyczy pkt. VI.2 – prosimy o dopuszczenie kierownicy regulowanej w jednej płaszczyźnie.

Odp. Zgodnie z SWZ.

17. Dotyczy pkt. VII.6 – prosimy o dopuszczenie wylotów klimatyzacji w postaci 4 dyfuzorów zamontowanych na ścianie działowej spełniających normę.

Odp. Zamawiający dopuści do zaferowania na zasadzie równoważności system klimatyzacji przedziału medycznego całkowicie niezależny od klimatyzacji przedziału kierowcy z czterema wylotami powietrza zamontowanymi w ścianie grzejnikowej o ile system został przebadany na zgodność z normą PN-EN 1789.

18. Dotyczy pkt. IX.2 – prosimy o dopuszczenie belki nie zintegrowanej z dachem w tylnej części oraz dodatkowych kierunkowskazów montowanych w tylnych częściach nadwozia.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
19. Dotyczy pkt. XI.1.2b – prosimy o dopuszczenie fotela na prawej ścianie tylko z jednym podłokietnikiem.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
20. Dotyczy pkt. XI.7 – prosimy o dopuszczenie lawety długości 1965 mm.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
21. Dotyczy pkt. XIV.4 – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o awarię samoistną a nie spowodowaną udziałem osób trzecich lub sił wyższych.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
22. Dotyczy pkt. XV.2 – prosimy o dopuszczenie 24 miesięcznej gwarancji na lakier.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
23. Dotyczy pkt. XV.4 – prosimy o dopuszczenie 24 miesięcznej gwarancji na zabudowę medyczną.  
Odp. Zgodnie z SWZ.
24. Dotyczy pkt. XV.5 – czy przeglądy sprzętu medycznego w siedzibie użytkownika mają być wliczone w cenę oferty.  
Odp. Nie.
25. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w cel przetestowania i dotarcia układów.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
26. Prosimy o dopuszczenie ambulansu typu furgon z DMC powyżej 3,5 t.  
Odp. Zgodnie z SWZ.
27. Prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w cztery fotele i nosze ale przeznaczonego do przewozu maksymalnie 4 osób.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
28. Prosimy o podanie szacowanego zakładanego przebiegu rocznego ambulansu w celu wyliczenia ceny pakietu serwisowego.  
Odp. 60 000 km.
29. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania punktowanej przedłużonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do Wykonania większej ilości bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.  
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wydłużonej gwarancji, nie uwzględniającej dodatkowych przeglądów.
30. Czy Zamawiający dopuści skrzynię biegów automatyczną 8 stopniową oraz moc silnika 177 KM?  
Odp. Zgodnie z SWZ.
31. Dotyczy pkt. I.25 – prosimy o dopuszczenie radioodtwarzacza montowanego na etapie adaptacji na ambulans.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
32. Dotyczy pkt. I.25 – prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 1 głośnika w kabinie kierowcy i jednego głośnika w przedziale medycznym.  
Odp. Zamawiający wymaga min. dwóch głośników w kabinie kierowcy oraz min. jednego w p. medycznym
33. Dotyczy pkt. VII.8 – prosimy o dopuszczenie aby wskaźnik temperatury wewnątrz termoboksu znajdował się na panelu w przedziale, nie na samym urządzeniu.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
34. Dotyczy pkt. X.1.1 – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego realizowanego przez jedną lampę z funkcją włączania i wyłączania, nie przygaszania.  
Odp. Zamawiający dopuszcza
35. Dotyczy pkt. XI.1,4 – prosimy o dopuszczenie dodatkowej szafki zamykanej na zamek szyfrowy, nie klucz.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
36. Dotyczy pkt. XII.2 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonów, których używa Zamawiający w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.  
Odp. Kenwood NX 700, NX 200.
37. Dotyczy pkt. XIII.11 – prosimy o podanie marki i modelu tabletów użytkowanych przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.  
Odp. Zebra L10Z Slate.
38. Dotyczy pkt. XIII.11 – prosimy o podanie marki i modelu drukarek użytkowanych przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.  
Odp. HP Laser Jet Pro L15w.
39. Prosimy o potwierdzenie iż moduł, tablet i drukarka są po stronie Zamawiającego.  
Odp. Zamawiający potwierdza
40. Prosimy o potwierdzenie, iż stacja dokująca jest po stronie Wykonawcy.  
Odp. Zamawiający potwierdza.

41. W związku z faktem, iż Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga dostarczenia trzech pojazdów, podzielonych na 3 specyfikacje - Załącznik nr 5a do SWZ 6/Zp/24, Załącznik nr 5b do SWZ 6/Zp/24 i Załącznik nr 5c do SWZ 6/Zp/24 prosimy o dopuszczenie składania ofert częściowych. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie może złożyć oferty w niniejszym postępowaniu nie spełniając wszystkich kryteriów opisanych w ww. dokumentach, co skutkować może złożeniem ofert nieważnych lub brakiem udziału w postępowaniu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dotyczy załącznik nr 5b do SWZ:

1. Prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego z rocznik 2023.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pkt. I.1 - prosimy o dopuszczenie manualnej regulacji podparcia odcinka lędźwiowego fotela w kabinie kierowcy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pkt. I.4 – prosimy o dopuszczenie długości przedziału medycznego 3,05 m.

Odp. Zgodnie z SWZ.

4. Dotyczy pkt. I.10 – prosimy o dopuszczenie wysokości przejścia 150 cm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

5. Dotyczy pkt. I.11 – prosimy o rezygnację z elektrycznie ogrzewane szyby przedniej.

Odp. Zgodnie z SWZ.

6. Dotyczy pkt. I.11 – prosimy o dopuszczenie lusterek które tylko reguluje się elektrycznie bez funkcji podgrzewania oraz składania elektrycznego.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lusterek zewnętrznych bez funkcji elektrycznego składania, pozostałe wymogi bez zmian.

7. Dotyczy pkt. I.11 – prosimy o dopuszczenie szyby oklejonej czarną nieprzeźroczystą folią w lewych drzwiach przesuwnych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy pkt. I.14 – prosimy o dopuszczenie kabiny kierowcy bez poduszek kurtynowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy pkt. I.16 – prosimy o dopuszczenie stopnia tylko zewnętrznego elektrycznie otwieranego i zamykanego zsynchronizowanego z drzwiami.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy pkt. I.20 – jakie elementy systemu SWD Zamawiający dostarczy do montażu.

Odp. Tablet, drukarkę, moduł lokalizacji.

11. Dotyczy pkt. I.21 – prosimy o dopuszczenie świateł do jazdy dziennej w technologii led, a mijania i drogowych w technologii halogen.

Odp. Zgodnie z SWZ.

12. Dotyczy pkt. II.3 – prosimy o dopuszczenie mocy silnika 163 KM.

Odp. Zgodnie z SWZ.

13. Dotyczy pkt. II.4 – prosimy o dopuszczenie momentu obrotowego na poziomie 380 Nm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

14. Dotyczy pkt. III.1,2 – prosimy o dopuszczenie skrzyni biegów manualnej – 6 biegów do przodu + bieg wsteczny.

Odp. Zgodnie z SWZ.

15. Dotyczy pkt. IV.8 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez asystenta bocznego wiatru.

Odp. Zgodnie z SWZ.

16. Dotyczy pkt. VI.2 – prosimy o dopuszczenie kierownicy regulowanej w jednej płaszczyźnie.

Odp. Zgodnie z SWZ.

17. Prosimy o dopuszczenie dwóch foteli na prawej ścianie, bez fotela u wezłowania noszy.

Odp. Zgodnie z SWZ.

18. Dotyczy pkt. VII.6 – prosimy o dopuszczenie wylotów klimatyzacji w postaci 4 dyfuzorów zamontowanych na ścianie działowej spełniających normę.

Odp. Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności system klimatyzacji przedziału medycznego całkowicie niezależny od klimatyzacji przedziału kierowcy z czterema wylotami powietrza zamontowanymi w ścianie grodziowej o ile system został przebadany na zgodność z normą PN-EN 1789.

19. Dotyczy pkt. IX.2 – prosimy o dopuszczenie belki nie zintegrowanej z dachem w tylnej części oraz dodatkowych kierunkowskazy montowanych w tylnych częściach nadwozia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. Dotyczy pkt. XI.7 – prosimy o dopuszczenie lawety długości 1965 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Dotyczy pkt. XIV.4 – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o awarię samoistną a nie spowodowaną udziałem osób trzecich lub sił wyższych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

22. Dotyczy pkt. XV.2 – prosimy o dopuszczenie 24 miesięcznej gwarancji na lakier.  
Odp. Zgodnie z SWZ.
23. Dotyczy pkt. XV.4 – prosimy o dopuszczenie 24 miesięcznej gwarancji na zabudowę medyczną.  
Odp. Zgodnie z SWZ.
24. Dotyczy pkt. XV.5 – czy przeglądy sprzętu medycznego w siedzibie użytkownika mają być wliczone w cenę oferty.  
Odp. Nie.
25. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w cel przetestowania i dotarcia układów.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
26. Prosimy o dopuszczenie ambulansu typu furgon z DMC powyżej 3,5 t.  
Odp. Zgodnie z SWZ.
27. Prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w cztery fotele i nosze ale przeznaczonego do przewozu maksymalnie 4 osób.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
28. Prosimy o podanie szacowanego zakładanego przebiegu rocznego ambulansu w celu wyliczenia ceny pakietu serwisowego.  
Odp. 60 000 km.
29. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania punktowanej przedłużonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do Wykonania większej ilości bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.  
Odp. Zamawiający nie wymaga obligatoryjnego zaoferowania przeglądów gwarancyjnych w cenie oferty
30. Czy Zamawiający dopuści skrzynię biegów automatyczną 8 stopniową oraz moc silnika 177 KM?  
Odp. Zgodnie z SWZ.
31. Dotyczy pkt. I.25 – prosimy o dopuszczenie radioodtwarzacza montowanego na etapie adaptacji na ambulans.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
32. Dotyczy pkt. I.25 – prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 1 głośnika w kabinie kierowcy i jednego głośnika w przedziale medycznym.  
Odp. Zamawiający wymaga min. w głośników w kabinie kierowcy oraz min. 1 głośnika w przedziale medycznym
33. Dotyczy pkt. VII.8 – prosimy o dopuszczenie aby wskaźnik temperatury wewnątrz termoboksu znajdował się na panelu w przedziale, nie na samym urządzeniu.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
34. Dotyczy pkt. X.1.1 – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego realizowanego przez jedną lampę z funkcją włączania i wyłączania, nie przygaszania.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
35. Dotyczy pkt. XI.1,4 – prosimy o dopuszczenie dodatkowej szafki zamykanej na zamek szyfrowy, nie klucz.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
36. Dotyczy pkt. XII.2 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonów, których używa Zamawiający w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.  
Odp. Kenwood NX 700, NX 200.
37. Dotyczy pkt. XIII.11 – prosimy o podanie marki i modelu tabletek użytkowanych przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.  
Odp. Zebra L10Z Slate.
38. Dotyczy pkt. XIII.11 – prosimy o podanie marki i modelu drukarek użytkowanych przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.  
Odp. HP Laser Jet Pro L15w.
39. Prosimy o potwierdzenie iż moduł, tablet i drukarka są po stronie Zamawiającego.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
40. Prosimy o potwierdzenie, iż stacja dokująca jest po stronie Wykonawcy.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
41. Prosimy o dopuszczenie dwóch foteli na prawej ścianie bez fotela u wezgłowia.  
Zgodnie z SWZ.
42. W związku z faktem, iż Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga dostarczenia trzech pojazdów, podzielonych na 3 specyfikacje - Załącznik nr 5a do SWZ 6/Zp/24, Załącznik nr 5b do SWZ 6/Zp/24 i Załącznik nr 5c do SWZ 6/Zp/24 prosimy o dopuszczenie składania ofert częściowych. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie może złożyć oferty w niniejszym postępowaniu nie spełniając wszystkich kryteriów opisanych w ww. dokumentach, co skutkować może złożeniem ofert nieważnych lub brakiem udziału w postępowaniu.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
43. W związku z ciągłym wzrostem masy samochodów przeznaczonych do zabudowy specjalnej zmniejsza się ich ładowność a co za tym idzie ogranicza to możliwości spełnienia warunków dla ambulansu typu C lub B zgodnie z PN EN 1789 w zakresie wymaganej rezerwy masowej na wyposażenie medyczne wynoszącej 260 kg. Przy obecnej masie pojazdu bazowego oraz zabudowy pomieszczenia dla pacjenta rezerwa ta wynosi 230 kg czyli tyle ile wystarcza dla ambulansu typu

B. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści ambulans zgodny z PN EN 1789 w zakresie typu B, który posiada dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w pomieszczeniu dla pacjenta oraz miejsce dla pacjenta na noszach i możliwość przewożenia trzech osób siedzących i jednej leżącej?

Odp. Zgodnie z SWZ.

44. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z DMC do 3,5t na zapis DMC powyżej 3,5t

Odp. Zgodnie z SWZ.

45. Zwracamy się z zapytaniem na zasadzie równoważności o dopuszczenie fotela kierowcy z podłokietnikami z regulacją w 3 płaszczyznach oraz manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Parametr ten spełnia dokładnie tą samą funkcję a sposób jego użycia nie stanowi potrzeby aby był elektrycznie ustawiany.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

46. Prosimy o dopuszczenie pojazdu który posiada Lusterka zewnętrzne składane, sterowane i podgrzewane.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

47. Na zasadach równoważności oraz na zwiększeniu konkurencyjności zwracamy się o możliwość dopuszczenia w kabinie kierowcy panelu nie dotykowego obsługiwanego za pomocą przycisków fizycznych zachowując dokładnie te same parametry funkcyjne. Zastosowanie takiego rozwiązania jest zdecydowanie bardziej ergonomiczne oraz pozwala na mycie oraz dezynfekcję panelu bez możliwości jego uszkodzenia czy też zalania jak to jest możliwe w przypadku wyświetlacza dotykowego.

Odp. Zgodnie z SWZ.

48. Ze względów na ograniczone DMC do 3,5t zwracamy się z prośbą o dopuszczenie skrzyni biegów manualnej min. 6 biegowej do przodu oraz bieg wsteczny z powodu iż zastosowanie skrzyni automatycznej spowoduje przeciążenie pojazdu o 150 kg.

Odp. Zgodnie z SWZ.

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu sprzętu z datą produkcji z minimum 2023 roku?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

50. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ambulansów na pojazdach bazowych wyprodukowanych w 2023r.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

51. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa pojazdów do autoryzowanej stacji obsługi producenta pojazdu bazowego, w celu naprawy lub wykonania przeglądu, spoczywa na Zamawiającym. Nadmieniamy, że w przypadku usterki uniemożliwiającej jazdę, zgodnie z tzw. „gwarancją mobilności”, pojazd zostanie przetransportowany do serwisu na lawecie na koszt gwaranta.

Odp. Zamawiający potwierdza.

52. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania pakietu gwarancyjnego dla pojazdu bazowego na czas 48 miesięcy (załączamy ogólne warunki pakietu gwarancyjnego), z limitem 300 km, Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna wykonawcy dodatkowe punkty.

Odp. Zamawiający potwierdza.

53. Z uwagi na znaczący wzrost ceny oferty w przypadku zaoferowania przeglądów pojazdu bazowego, prosimy odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający odstąpi od wymogu i będzie pokrywał koszty z tym związane we własnym zakresie?

Odp. Zamawiający potwierdza, koszty przeglądów pojazdu bazowego będzie pokrywał we własnym zakresie.

54. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5, prosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie pakietu 4 przeglądów tzw. olejowych oraz 4 letniej gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy. Prosimy również o informację, czy Zamawiający przyzna wykonawcy punkty dodatkowe w przypadku oferty uwzględniającej to rozwiązanie.

Odp. Zamawiający potwierdza, koszty przeglądów pojazdu bazowego będzie pokrywał we własnym zakresie niemniej wyraża zgodę na uwzględnienie w ofercie pakietu zawartego w pytaniu. Zamawiający potwierdza, że wykonawca w tym przypadku również otrzyma dodatkowe punkty.

55. Prosimy o dopuszczenie ambulansów wyposażonych w czołowe poduszki powietrzne zarówno kierowcy jak i pasażera oraz poduszki chroniące miednicę i tułów bez tzw. kurtyn nadokiennej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

56. Dot. noszy wspomaganých elektrycznie.

Prosimy o dopuszczenie noszy umożliwiających transport pacjentów o znacznym wzroście, bez dodatkowej funkcji wydłużania leża (regulowanego zagłówek), co jest opcją dodatkową wpływającą na cenę.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

57. Zwracamy się z prośbą u umożliwienie zaoferowania urządzenia do dezynfekcji przedziału medycznego o poniższych parametrach:

- urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd
- bezpieczny dla ludzi sposób dezaktywacji patogenów obecnych w pomieszczeniu
- urządzenie działa bezustannie również podczas transportu pacjenta przy obecności personelu medycznego, możliwość ręcznego wyłączenia urządzenia

- niszczenie patogenów odbywa się przy pomocy jonów nadtlenkowych, jonów hydroksylowych, cząsteczek ozonu zasilane 12V DC, w zestawie ładowarka i mocowanie ściennie spełniające standardy PN EN 1789
  - technologia zastosowana w urządzeniu zapewnia dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu, na powierzchniach przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu
  - urządzenie działa tak aby po 5 minutach pracy urządzenia w powietrzu uzyskano min. 90% redukcji bakterii i 90% redukcji standardowego surogatu wirusa
  - urządzenie jest skuteczne zarówno przeciwko kolifagowi MS-2 (surogat Norowirusa - jest to wirus bez otoczki), jak i wirusom z otoczką lipidową jak SARS-CoV-2. Urządzenie jest też skuteczne w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszonych się drogą kropelkową.
- Odp. Zamawiający dopuszcza.

58. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Zamawiającego udzielenie odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

Pytanie 1. Dot. zał. 5a, 5b, 5c - wideolaryngoskop

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop renomowanego producenta, cieszący się przez użytkowników w Polsce i na całym świecie ogromnym uznaniem, przeznaczony do intubacji pacjentów w warunkach poza, jak i wewnątrz-szpitalnych, charakteryzujący się poniższymi parametrami?

Parametry techniczne	
1	Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi
Kamera/Monitor	
1	Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala
2	Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi
3	Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów
4	Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań
5	Port USB-C do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji
6	Wskaźnik naładowania akumulatora na monitorze
7	W pełni naładowany akumulator wystarcza na ok 2 godziny pracy monitora
8	Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min
Optyka	
1	Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa systemy informujące o pozostałej ilości użyciu oraz poziomie naładowania akumulatora
2	Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym
3	Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką
4	W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji
5	Automatyczne wyłączenie po 30 min.

6	Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h
7	Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI
8	Końcówka toru wizyjnego posiada zabezpieczenie przez zaparowaniem
Jednorazowe nakładki / łyżki	
1	Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami
2	Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5
3	Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5
4	Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły
5	Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic
Stacja dokująca/ładowarka	
1	Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyc oraz system informujący o naładowaniu akumulatora
Inne	
1	Waga całego zestawu 340 g
2	W skład kompletu wchodzi: - Kamera/Monitor - 1 szt. - Wielorazowa optyka - 1 szt. - Stacja dokująca - 1 szt. - Jednorazowe nakładki - 100 szt. (możliwość dostarczenia po 50 szt. różnych rozmiarów)
3	Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką USB-C (np. do smartfonów)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

59. Pytanie 2. Dot. zał. 5a, 5c – nosze główne wielozadaniowe

Czy Zamawiający kierując się bezpieczeństwem pacjentów i personelu medycznego wymaga, aby dostarczony transporter noszy miał blokadę bezpiecznego załadunku tzn. nie jest możliwe przypadkowe złożenie goleni przedniej w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się o lawetę?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

60. Pytanie 3. Dot. zał. 5a, 5c – nosze główne wielozadaniowe

Czy Zamawiający wymaga, aby transporter noszy głównych miał dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wyjazd z ambulansu bez pełnego rozłożenia goleni przedniej? Takie rozwiązanie daje nam zabezpieczenie przed mimowolnym „opadnięciem” noszy wraz z pacjentem na ziemię.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

61. Pytanie 4. Dot. zał. 5a, 5c – nosze główne wielozadaniowe

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany transporter posiadał podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym opadnięciem w dół po zwolnieniu dźwigni odblokowującej golenie? Pozwala to uniknąć sytuacji w której po wciśnięciu dźwigni przez osoby pomagające w transporcie lub samego użytkownika dojdzie do niekontrolowanego opadnięcia zestawu z pacjentem na ziemię?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

62. Pytanie 5. Dot. zał. 5a, 5c – nosze główne wielozadaniowe

Czy Zamawiający oczekuje automatyczne składanie i rozkładanie się podwozia bez konieczności wciskania przycisków czy zwalniania dźwigni składanie/rozkładanie goleni przednich i tylnych co pozwala na załadunek i rozładunek pacjenta bez zbędnego jego dźwigania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

63. Pytanie 6. Dot. zał. 5a, 5c – nosze główne wielozadaniowe

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865” i określi zgodnie z normą wagę całego zestawu, a nie transportera?

Uzasadnienie: Wskazany przez Zamawiającego opis transportera „waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865” jest opisem niezgodny z wymogami normy.

Wymogi minimalne określa norma PN-EN 1865-1+A1 jej odpowiednik europejski EN 1865-1:2010+A1:2015.

Pkt 4.2 normy określa parametry noszy głównych. W pkt 4.2.3 norma podaje jakie maksymalne wagi mogą mieć poszczególne elementy zestawu i jak należy je ważyć.

#### 4.2.3 Mass

The mass excluding mattress and patient restraints shall not be more than:

- Stretcher part: 23 kg;
- Undercarriage including stretcher: 51 kg max (combined weight);
- Stretcher part with integrated undercarriage: monoblock 45 kg.

NOTE In all cases the mass should be as low as possible.

Z zapisu tego jasno wynika iż waga noszy ma być podana bez pasów i materaca a także innych akcesoriów nie wymaganych w normie. Waga noszy nie może przekraczać 23 kg w przypadku zestawu rozdzielanego, a waga całego zestawu tj. noszy i transportera łącznie nie może przekraczać 51 kg. Ograniczenie zapisów do sztywnego podziału na nosze 23 kg i transporter 28 kg może stanowić naruszenie zapisów normy gdyż eliminuje zestaw gdzie transporter waży np. 35 kg a nosze np. 15 kg ale cały zestaw waży - 50 kg, co jest zgodne z wymogami normy. Odp. Zamawiający wymaga dostawy zestawu do transportu pacjenta zgodnego z PN 1789 oraz PN EN 1865 tj. noszy i transportera, także w zakresie wagi. Zamawiający dopuszcza zestaw w skład którego wchodzi nosze i transporter o wyższej masie niż wymagana w SWZ, przy zachowaniu maksymalnej masy zestawu wynikającej z przywołanej normy.

64. Pytanie 7. Dot. zał. 5b – nosze główne elektryczno-hydrauliczne

Czy Zamawiający zrezygnuje z drugiego akumulatora przy zapewnieniu, że oferowany akumulator zapewni co najmniej 50 cykli (góra-dół) a wpięcie noszy w uchwyt automatycznie rozpocznie ładowanie tego akumulatora?

Uzasadnienie: w proponowanym rozwiązaniu funkcję ładowarki pełni mocowanie noszy, które rozpoczyna automatycznie ładowanie akumulatora po wpięciu noszy w uchwyt. Rozwiązanie to jest znacznie wygodniejsze w codziennej pracy ponieważ unika ciągłego wyciągania akumulatora i umieszczania go w zewnętrznej ładowarce celem naładowania. Dodatkowy akumulator stosowany jest w noszach, których akumulator jest niewystarczający do codziennej pracy. Proponowane rozwiązanie posiada bardzo wydajny akumulator, umożliwiający wykonanie 50 cykli podnoszenia z obciążeniem 100 kg na jednym cyklu ładowania (najlepszy wynik na rynku), co w zupełności wystarcza do codziennej, bardzo intensywnej pracy. Ponadto, dodatkowy zapasowy akumulator traci swoje właściwości i parametry będąc nieużywany. Doliczanie do oferty dodatkowego akumulatora i ładowarki jest nieekonomiczne dla Zamawiającego i sztucznie podraża ofertę.

Odp. Zgodnie z SWZ.

65. Pytanie nr 1 – dotyczy – Urządzenie do dezynfekcji przedziału medycznego, dezynfektor plazmowy

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

- Stacjonarne urządzenie do dezynfekcji ambulansu metodą zamgławiania przeznaczone do zabudowy w ambulansie w części technicznej wyposażone w wąż, dyszę i przejściówkę przez ścianę
- Możliwość dezynfekcji lub dezynsekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta
- Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
- Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenu wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy
- Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach
- Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia
- Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 15 mikronów



- Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%
  - Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM
  - Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
  - Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
  - Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB
  - Możliwość zdalnego uruchamiania procesu dezynfekcji za pomocą pilota
  - Dedykowane preparaty przebadane z urządzeniem zgodnie z normą EN 17272, potwierdzone działanie wobec: bakterii, wirusów, grzybów, spor
  - Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
  - Wymiary 203 mm x 225 mm x 261 mm
  - Waga 5,9kg
- Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

66. Pytanie nr 2 - dotyczy – Urządzenie do dezynfekcji przedziału medycznego, dezynfektor plazmowy

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość przeprowadzenia procesu dezynfekcji zarówno powietrza jak i powierzchni znajdujących się w ambulansie oraz dezynsekcji?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

67. Pytanie nr 3 - dotyczy – Urządzenie do dezynfekcji przedziału medycznego, dezynfektor plazmowy

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 (jedyną normą dotyczącą skuteczności dezynfekcji drogą powietrzną) o min. skuteczności redukcji 4log?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

68. Pytanie nr 4 – dotyczy – Urządzenie do dezynfekcji przedziału medycznego, dezynfektor plazmowy

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

69. Pytanie nr 1 - Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów typu B/C.

Odp. 60 00 km.

70. Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans o DMC powyżej 3.5 tony?

Odp. Zgodnie z SWZ.

71. Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w dwa fotele przedziału kierowcy regulowane w min. 3-ch płaszczyznach z regulacją oparcia lecz z jednym podłokietnikiem (drugi podłokietnik jest zlokalizowany na drzwiach w odpowiednio przygotowanym miejscu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

72. Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, na zasadzie równoważności, ambulans zgodny z aktualną normą PN-EN 1789:2021-02 w zakresie typu B/C, który posiada dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w przedziale medycznym, miejsce dla pacjenta na noszach oraz możliwość przewożenia 4 osób w tym jednej leżącej na noszach ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

73. Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający rozważy możliwość dopuszczenia do zaoferowania samochodu wyposażonego w lampy przednie realizowane za pomocą tradycyjnej technologii halogenowej jako zamiennik wymaganych lamp LED na zasadzie równoważności?

Odp. Zgodnie z SWZ.

74. Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający rozważy możliwość dopuszczenia do zaoferowania ambulansu wyposażonego w jeden głośnik w przedziale medycznym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

75. Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności pojazd z silnikiem Diesla o pojemności powyżej 1950 cm<sup>3</sup> i mocy 177 KM ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

76. Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności 8 stopniową(+ bieg wsteczny) automatyczną skrzynię biegów ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

77. Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

78. Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w szyberdach ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

79. Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności system klimatyzacji przedziału medycznego niezależny od klimatyzacji przedziału kierowcy, co w przypadku awarii układu kabiny kierowcy umożliwia

dalsze chłodzenie przedziału medycznego? Chłodzenie odbywa się za pośrednictwem czterech wylotów powietrza zamontowanych w ścianie grodziowej. Jednocześnie system został przebadany na zgodność z normą PN-EN 1789. Dodatkowo system ten posiada możliwość chłodzenia przedziału medycznego na postoju po wpięciu do zasilania 230V, niezależny od pracy silnika.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

80. Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności funkcje sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego co 1 st. Celsjusza w zakresie 17-28 st. C?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

81. Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby sterowanie ogrzewaniem niezależnym od pracy silnika bez funkcji programowania realizowane było przez oryginalny sterownik urządzenia ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

82. Pytanie nr 14- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci nisko profilowej lampy zespolonej (belki) zamontowanej w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED, dodatkowe lampy kierunkowskazy zamiast lampy zintegrowanej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

83. Pytanie nr 15 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach ?

Uzasadnienie rozwiązania.

Większa ilość lamp ostrzegawczych (niebieskich) w znacznym stopniu zwiększa widoczność ambulansu na drodze zwłaszcza w trakcie dojazdu do skrzyżowania oraz wlotów / wylotów dróg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

84. Pytanie nr 16 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

Uzasadnienie.

Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.6 *Oświetlenie wnętrza*.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

85. Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy typu LED umieszczonej nad blatem roboczym bez możliwości regulacji?

Uzasadnienie.

Stosowana lampa LED oświetla całą powierzchnię blatu roboczego. Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.6 *Oświetlenie wnętrza*.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

86. Pytanie nr 18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem dla personelu na prawej stronie przedziału medycznego wyposażony w jeden podłokietnik ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

87. Pytanie nr 19 - Czy Zamawiający rozważy możliwość dopuszczenia do zaoferowania przenośnej lodówki zamocowanej w schowku technicznym jako równoważność dla lodówki umieszczonej w szafce w przedziale medycznym?

Odp. Zgodnie z SWZ.

88. Pytanie nr 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności jedno ze schowków zabudowy meblowej zamykany zamkiem szyfrowym zamiast zamkiem zamykanym kluczykiem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

89. Pytanie nr 21 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności, aby szafki po lewej stronie zabudowy były zamykane drzwiczkami a nie roletą?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

90. Pytanie nr 22 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności przetwornicę napięcia o mocy 1200W (stałe) i 1500 W (chwilowe)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

91. Pytanie nr 23 - Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

92. Pytanie nr 24 - Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca musi ich wliczać w cenę oferty?

Odp. Zamawiający potwierdza.

93. Pytanie nr 25 - Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający?

Odp. Zamawiający potwierdza.

94. Pytanie nr 26 - Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający ?

Odp. Zamawiający potwierdza.

95. DOTYCZY: Wideolaryngoskop

1. Czy przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów Zamawiający dopuści ofertę na wideolaryngoskop UeScope UED-A, o zbliżonych parametrach podanych poniżej?

1. Wyświetlacz LCD, 3 calowy o rozdzielczości HD 720 x 480, odchylenie przód tył 110 stopni, obrót 270 stopni, automatycznie obracanie obrazu, bezprzewodowe udostępnianie obrazu,
2. Kamera o rozdzielczości 1 Mpx, z zakresem widzenia 60 stopni,
3. Źródło światła: dioda LED wysokiej intensywności, barwa biała,
4. Waga urządzenia (250 gram)
5. Bateria ładowalna, litowa
6. Czas pracy na baterii: do 210 minut
7. Stopień ochrony IPX3 ekran, rękojeść IPX7
8. Port USB-C do ładowania i transmisji danych
9. Wbudowana pamięć wewnętrzna
10. Funkcja bezprzewodowego udostępniania obrazu przez WIFI oraz kablem do tabletu.
11. W zestawie: wideolaryngoskop, ładowarka, walizka aluminiowa, łyżki Macintosh w rozmiarze 2, 3, i 4, instrukcja w j.polskim.

Odp. Zamawiający dopuszcza

96. DOTYCZY: Urządzenie do dezynfekcji przedziału medycznego, dezynfektor plazmowy

1. Czy przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wymaganych Zamawiający zezwoli na dostarczenie dezynfektora plazmowego, którego wentylatory emitują hałas na poziomie 45dB?

Odp. Zamawiający dopuszcza

97. DOTYCZY: Nosze główne wielozadaniowe:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne z transporterem renomowanego europejskiego producenta bez fabrycznej półki, ale o takiej konstrukcji transportera, która umożliwi umieszczenie sprzętu medycznego, rzeczy pacjenta, dokumentacji medycznej itp. bez ograniczeń wagowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści transporter noszący główne posiadający uchwyty ułatwiające manewrowanie zintegrowane z transporterem, z których jest bezpośredni dostęp do poszczególnych funkcji sterujących pracą w tym do odblokowywania goleni?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Załącznik nr 5b WYPOSAŻENIE MEDYCZNY ORAZ PRZEDZIAŁ MEDYCZNY AMBULANSU DROGOWEGO TYPU – C W ILOŚCI 1 SZTUKA

98. DOTYCZY: Nosze główne elektro- hydrauliczne

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o rezygnację z parametru dodatkowego akumulatora, w zestawie z noszami jest dostarczony jeden, pojemny akumulator, nosze doładują się w trakcie jazdy, dodatkowy akumulator niepotrzebnie podroży ofertę.

Odp. Zgodnie z SWZ

99. DOTYCZY: Wideolaryngoskop:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o poniższych parametrach parametrach różniących się względem produktu opisanego:

- Dotykowy wyświetlacz 3 calowy o rozdzielczości HD 720 x 480, odchylenie przód tył 110 stopni, obrót 270 stopni, automatycznie obracanie obrazu,
- Kamera o rozdzielczości 1 Mpx, z zakresem widzenia 60 stopni,
- Źródło światła jedna dioda LED wysokiej intensywności, barwa biała,
- Stopień ochrony IPX3 ekran, rękojeść IPX7
- Port USB-C do ładowania i transmisji danych
- Wbudowana pamięć wewnętrzna 32 GB
- Funkcja bezprzewodowego udostępniania obrazu przez WIFI (bez portu HDMI)
- Jednorazowe nakładki dla dzieci rozmiar 2, dzieci i dorośli rozmiar 3, dorośli rozmiar 4

Odp. Zamawiający dopuszcza

100. DOTYCZY: Nosze główne elektro – hydrauliczne:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne wyposażone w zestawie 1 duży akumulator?

Odp. Zgodnie z SWZ.

101. DOTYCZY: Wzór Umowy zał. nr 4 do SWZ § 4 pkt. 5 ppkt. 1)

Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji (czyli okres od momentu zgłoszenia awarii do momentu rozpoczęcia naprawy) na przedział medyczny z 48 godzin do max. 72 godzin od zgłoszenia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

102. DOTYCZY OPZ – zał. nr 5a do SWZ oraz zał. nr 5c do SWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu sprzętu z datą produkcji z minimum 2023 roku?

Odp. Tak.

103. Pytania ogólne do wszystkich trzech Ambulansów:

104. Czy Zamawiający zgodzi się na odbiór Ambulansów w miejscu jego wykonania w odległości do 100 km od jego siedziby ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

105. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia Ambulansów na lawecie czy dopuszcza dojazd na kołach na koszt wykonawcy? Niestety transport na lawecie wiąże się z kosztami transportu firm zewnętrznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza transport na kołach.

106. Czy Zamawiający wymaga dostawy Ambulansów zgodnych z aktualnymi normami PN EN 1789 i PN EN 1865 w zakresie pojazdu, jego wymiarów oraz wyposażenia?

Odp. Zamawiający określił wymogi formalne w SWZ.

107. Czy Zamawiający wymaga lakieru koloru fabrycznego, wymaganego ustawą w odcieniu

RAL 1016 - żółty? Wyjaśniamy że niektórzy producenci określają kolorem żółtym, kolor pomarańczowy lub musztardowy który zdecydowanie odbiega od wymogów.

Odp. Zamawiający wymaga dostawy ambulansów w kolorze zgodnym z obowiązującymi przepisami.

108. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający certyfikowany zewnętrzny stopień obrotowy ( nie chowany w kasecie ) sterowany elektrycznie przy prawych drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie / wysiadanie, stosowany od wielu lat w ambulansach użytkowanych na terenie Polski?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Ambulans typ „C” zał. 5a zał. 5b zał. 5c do SWZ 6/Zp/24

109. Czy Zamawiający dopuści Ambulans z przedziałem medycznym zgodnym z aktualnymi normami i wymogami o długość 3050 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

110. Czy Zamawiający dopuści drzwi oddzielające przedział medyczny od przedziału kierowcy spełniające wszystkie wymagania aktualnych norm o wysokości ok 1500 mm? Wyjaśniamy, że konstrukcja drzwi przesuwanych wynika z konstrukcji samochodu bazowego i zastosowanego stopnia który skutecznie zapobiega wpływaniu wszystkich zanieczyszczeń i treści płynnych będących niejednokrotnie na podłodze przedziału medycznego podczas pracy zespołów PRM. Jednocześnie zachowuje pełną ergonomię i funkcjonalność.

Odp. Zgodnie z SWZ

111. Czy Zamawiający dopuści lusterka wsteczne dzielone, podgrzewane, sterowane elektrycznie z wbudowanym kierunkowskazem? Wyjaśniamy że kierunkowskaz na skrajnych punktach Ambulansu jest zdecydowanie lepiej widoczny i funkcjonalny.

Odp. Zamawiający dopuszcza

112. Czy Zamawiający kierując się doświadczeniem dopuści Ambulans z szybą w lewych drzwiach przesuwanych? Wyjaśniamy że nie wpływa to na żaden aspekt pracy Ambulansu a wpływa pozytywnie na wentylację a w szczególnych przypadkach stanowi kolejne wyjście ewakuacyjne.

Odp. Zamawiający dopuszcza

113. Czy Zamawiający kierując się doświadczeniem dopuści Ambulans bez wewnętrznego stopnia, ponieważ oferowany Renault Master ma wysokość podłogi na wysokości stopnia Mercedesa Sprintera i wchodzenie nie wymaga dodatkowych stopni wewnątrz przedziału medycznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

114. Czy Zamawiający kierując się doświadczeniem wymaga Ambulansu z poduszkami powietrznymi przednimi i bocznymi zainstalowanymi w zewnętrznej części oparcia foteli przesuwać się i dostosowując ochronę kierowcy i pasażera bez względu na jego gabaryty, chroniąc bez względu na regulacje i ustawienie fotela?

Odp. Zamawiający nie wprowadza nowych wymogów

115. Czy Zamawiający kierując się doświadczeniem dopuści Ambulans z nowoczesnymi lampami przednimi z funkcją światła dziennego LED oraz nowoczesnymi żarówkami światła mijania i drogowych?

Odp. Zgodnie z SWZ

116. Czy Zamawiający dopuści Ambulans bez kontroli ciśnienia w kołach?

Odp. Zgodnie z SWZ.

117. Czy Zamawiający kierując się doświadczeniem wymaga aby Ambulans wyposażony był w radioodtworacz z funkcją BT i zestaw głośnomówiący oraz sterowanie przy bloku kierownicy? Wyjaśniamy, że podczas jazdy aby zminimalizować rozpraszanie kierowcy i szukanie odpowiednich przycisków wszelkie funkcje zarówno radia jak i telefonu są dostępne pod palcami kierowcy trzymającego kierownicę. Takie rozwiązanie jest szeroko stosowane i znacząco poprawia bezpieczeństwo i ergonomię pracy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

118. Czy Zamawiający kierując się doświadczeniem dopuści Ambulans z panelem zabezpieczającym wszystkie funkcje sterownicze, ale nie dotykowym? Wyjaśniamy że pomimo stosowania wielu rozwiązań panele dotykowe źle pracują podczas używania rękawiczek, na mrozie oraz są narażone na uszkodzenia zewnętrzne co uniemożliwia całkowicie sterowanie funkcjami ambulansu.

Odp. Zgodnie z SWZ.

119. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia Ambulansu wyposażonego w klimatyzację dwuparownikową oddzielnie dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy obie typu „Climatronic” z wyświetlaczem zadanej temperatury przez użytkownika i automatyczną regulacją temperatury?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

120. Czy Zamawiający wymaga Ambulansu ze sterowaniem radioodbiornikiem i zestawem bluetooth bez odrywania rąk od kierownicy; głośnikami w kabinie kierowcy i głośnikiem w przedziale medycznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

121. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Ambulans z drzwiami bocznymi bez stopnia wewnętrznego jeśli podłoga jest na wysokości stopni wewnętrznych innych marek pojazdów bazowych? Wyjaśniamy, że w Mercedesie Sprinterze czy VW Crafterze stosowany jest stopień wewnętrzny tylko dlatego, że podłoga jest znacznie wyżej i konstruktorzy zmuszeni byli wstawić wewnętrzny stopień. Jeśli Zamawiający określiłby minimalną lub maksymalną wysokość od podłoża do stopnia, podłogi, wtedy opis i wymóg byłby uzasadniony.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

122. Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyposażony w nowoczesny silnik spełniający wszystkie aktualne wymagania i doskonale sprawdzający się w Zespołach PRM o mocy 163 KM o momencie obrotowym 380 Nm? Wyjaśniamy że wskazany w SWZ silnik „min 180 KM” zawęży ofertę do jednego samochodu Mercedes Sprinter i uniemożliwia składanie ofert równoważnych.

Odp. Zgodnie z SWZ.

123. Czy Zamawiający dopuści Ambulans w nowoczesną skrzynię biegów manualną 6 stopniową, spełniającą wszystkie aktualne wymagania i doskonale sprawdzający się w Zespołach PRM. Wyjaśniamy że wskazana w SWZ automatyczna skrzynia biegów 9 stopniowa zawęży ofertę do jednego samochodu Mercedes Sprinter i uniemożliwia składanie ofert równoważnych.

Odp. Zgodnie z SWZ.

124. Czy Zamawiający dopuści Ambulans z systemem ESP bez wskazanego w SWZ „adaptacyjnego ESP” oraz „systemu zapobiegającemu niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami wiatru” charakterystycznego jedynie dla Mercedes Sprintera? Wyjaśniamy, że system ESP działa tożsamo a wskazane w SWZ zapisy skutecznie zawężają ofertę do jednego samochodu Mercedes Sprinter i uniemożliwia składanie ofert równoważnych.

Odp. Zgodnie z SWZ.

125. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny Ambulans z roku 2024 z zawieszeniem gwarantującym doskonałą przyczepność kół, oparte na fabrycznych i homologowanych rozwiązaniach innych niż podwójne stabilizatory? Wyjaśniamy, że wszyscy inni markowi producenci aut typu furgon opierają się na doświadczeniu, badaniach, testach i konstruuja zawieszenia nieco inaczej niż Mercedes Sprinter.

Odp. Zgodnie z SWZ.

126. Zamawiający wymaga Ambulansu wyposażonego w grzałkę silnika 230V (postojową) Webasto powietrzne, czy w związku z tym zrezygnuje ze wskazanego w SWZ charakterystycznego dla Mercedes Sprinter „dodatkowego ogrzewacza elektrycznego kabinie kierowcy, zależnego od pracy silnika? Jest to zdublowanie rozwiązań grzewczych a zapis SWZ skutecznie zawężają ofertę do jednego samochodu Mercedes Sprinter i uniemożliwia składanie ofert równoważnych.

Odp. Zgodnie z SWZ.

127. Czy Zamawiający kierując się doświadczeniem wymaga aby szyberdach pełnił rolę doświetlania, wentylacji a także mógł być wyjściem ewakuacyjnym? Wyjaśniamy że szyberdach np. 15 x 15 cm w Ambulansie, który ma otwierane szyby, wentylator nawiewno-wywiewny, klimatyzację nie zmienia w zasadzie nic - jest zbędny. Natomiast wyjście ewakuacyjne na dachu o wymiarze min. 500 mm x 900 mm nie raz już uratowało transportowanego jak i ułatwiło wyjście zespołowi PRM.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

128. Czy Zamawiający dopuści Ambulans z akumulatorem żelowym głębokiego rozładowania przedziału medycznego,

układem elektronicznym nie pozwalającym na rozładowywanie akumulatora rozruchowego Ambulansu? Eliminuje to niepotrzebne dodatkowe układy łączenia akumulatorów do rozruchu.

Odp. Zgodnie z SWZ.

129. Czy Zamawiający wymaga belek zintegrowanych z nadwoziem – przedniej i tylnej oraz oświetlenia „roboczego” ze wszystkich czterech stron Ambulansu? Wyjaśniam, że obecny zapis SWZ wskazuje na belkę analogową z przodu i belkę zintegrowaną z tyłu. Jest to niezrozumiałe ale wskazuje rozwiązanie stosowane jedynie przez AMZ Kutno.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

130. Czy Zamawiający wymaga w Ambulansie zmontowanie tylko dwóch niebieskich lamp LED w pasie przednim?

Wyjaśniamy, że wstawienie np. 4 lamp LED w pasie przednim znacznie poprawia widoczność Ambulansu będącego „w akcji”. Dodatkowo stosuje się też montaż niebieskich lamp LED w na lusterkach wstecznych, błotnikach przednich i tylnych aby Ambulans PRM był lepiej widoczny podczas „akcji” zarówno w ruchu jak i postoju.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

131. Czy Zamawiający dopuści bardziej intuicyjne sterowanie sygnalizacją dźwiękowo-światłą niż na za mocą manipulatora? Wyjaśniamy, że manipulatory to już archaizm w większości niefunkcjonalny ponieważ panele sterowania zawierają wszelkie potrzebne funkcje i sterowanie jest bardziej intuicyjne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

132. Bardzo prosimy o dopuszczenie Ambulansu oświetlonego w pasy LED zamontowane w suficie oraz dodatkowe lampy nad noszami i blatem roboczym szafki na przegrodzie. Wyjaśniamy, że obecny zapis wymaga zainstalowania archaicznych dziewięciu lamp w suficie Ambulansu (jedyną firmą która tak wykonuje oświetlenie w Ambulansie jest AMZ Kutno).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

133. Czy Zamawiający dopuści w przedziale medycznym fotel z jednym podłokietnikiem? Wyjaśniamy że dwa podłokietniki przy fotelu nie są ani potrzebne ani funkcjonalne, ponieważ utrudniają siadanie i podnoszenie się personelu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

134. Zapis SWZ wymaga „schowka z lodówką” – generalnie według takiego zapisu możemy zaoferować nawet najprostszą chłodziarkę turystyczną dlatego proszę o podanie np. granicznych wymiarów, czy lodówka ma być kompresorem? Czy to ma być np. mała chłodziarka ukryta w zabudowie?

Odp. Zamawiający nie wprowadza nowych wymogów w tym zakresie.

135. Czy Zamawiający wymaga podstawienia Użytkownikowi Ambulansu zastępczego na okres wykonania corocznego przeglądu w siedzibie wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wymaga ambulansu zastępczego w przypadku gdy przegląd odbędzie się w jeden dzień roboczy.

136. Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia w Ambulans zastępczy przez okres gwarancji na wypadek uszkodzenia, unieruchomienia, zniszczenia Ambulansu w tak zwanej obsłudze DOOR TO DOOR?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

137. Czy Zamawiający dopuści nowoczesną szafkę w przedziale medycznym zamykaną na zamek szyfrowy? Wyjaśniamy, że używanie kluczy nie sprawdza się w zespołach PRM.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

138. Czy Zamawiający mógłby określić ilość i rodzaj wymaganych mocowań do butli tlenowych np. mocowanie 2 butli stalowych 10 l i jednej aluminiowej 2,7 l, albo mocowanie dwóch butli aluminiowych 10 l z zintegrowanym zaworem i przepływomierzem i butli 2,7 l.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania mocowania 2 butli stalowych 10 l i jednej aluminiowej 2,7 l.

139. Proszę o doszczegółowienie – czy Zamawiający wymaga pełnowymiarowego koła zapasowego i kompletu kluczy do wymiany koła w raz z podnośnikiem czy zestawu naprawczego? Informujemy i wyjaśniamy, że każdy licząc ofertę zdemontuje pełnowymiarowe koło zapasowe (koszt ok 1 000 zł) nawet jeśli będzie na wyposażeniu samochodu bazowego i doda zestaw naprawczy za np. 100 zł.

Odp. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

140. Czy Zamawiający dopuści ogrzewanie szyby przedniej poprzez wysokowydajny nadmuch ciepłego powietrza, co jest stosowane w wielu ambulansach użytkowanych w Polsce i UE ? Wyjaśniamy, że rozwiązanie z ogrzewaniem elektrycznym jest stosowane głównie w samochodzie Mercedes Sprinter, który jest drogi w zakupie i posiada wysokie koszty użytkowania ( serwis, paliwo itp. ). W przypadku noszy mechanicznych zabudowa opisana w SWZ jest, jak najbardziej możliwa.

Odp. Zgodnie z SWZ.

141. Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów?

Odp. Zgodnie z SWZ.

142. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie pod pojęciem „fabrycznie nowy przedmiot zamówienia” także pojazd z przebiegiem technicznym – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/ przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

143. W związku z pomyłką w treści rozdziału IV pkt 2 SWZ nawiązującym treścią do pkt 1, mówiącym, że Załącznik nr 2 stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, prosimy o poprawienie rozbieżności poprzez wskazanie Załącznika nr 5a, b i c,- Opis przedmiotu zamówienia jako właściwego.

Odp. Zamawiający koryguje rozbieżności.

144. Proszę o poprawienie omyłki pisarskiej dot. Załącznika nr 4, w dokumencie stanowiącym "Wzór umowy" oznaczony został jako Załącznik nr 3.

Odp. Zamawiający koryguje rozbieżności.

145. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §1 ust. 1 projektu umowy poprzez przyjęcie, że przedmiotem umowy jest dostawa trzech sztuk (a nie jednej) fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych, na warunkach określonych w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy.

Odp. Zamawiający wprowadza korektę.

146. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. formę zawarcia umowy.

147. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednoczenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odp. Zamawiający potwierdza.

148. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podpisze umowę jako pierwszy.

149. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin realizacji zamówienia, o którym mowa w treści §2 ust. 3 projektu umowy zostanie określony w dniach począwszy od dnia zawarcia umowy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

150. Prosimy o wyjaśnienie treści §3 ust. 5 projektu umowy poprzez szersze opisanie pojęcia "przeglądu przedsprzedażowego (zerowego)". Czy przeglądy przedsprzedażne trzech ambulansów medycznych stanowiących Przedmiot Umowy mają odbyć się jeszcze przed przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiającemu? Ponadto, czy koszty przeprowadzenia ww. przeglądów pokryje Zamawiający, czy też ich wartość ma zostać wliczona w cenę składanej przez Wykonawcę oferty?

Odp. Przeglądy powinny zostać wykonane przed dostawą ambulansów do siedziby Zamawiającego. Koszt przeglądów powinien być uwzględniony w cenie oferty.

151. Proszę o potwierdzenie, że przekazanie przedmiotu zamówienia, oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia nastąpi w tym samym dniu co dostawa ambulansu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

152. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przeszkolenie pracowników o którym mowa w treści projektu umowy §3 ust. 6 projektu umowy odbędzie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. W przypadku jeśli przeszkolenie pracowników miałyby odbyć się w innym ustalonym przy odbiorze terminie to protokół odbiorczy zostanie podpisany w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i od tego dnia wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem przechodzą na Zamawiającego, a wykaz osób uczestniczących w szkoleniu zostanie załączony do protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie późniejszym.

Odp. Zamawiający potwierdza.

153. Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy, dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, zgodnie z art. 578 k.c.

Odp. Zamawiający potwierdza.

154. Prosimy Zamawiającego o dodanie do treści §4 ust. 4 wzoru umowy dodatkowego zdania o następującej treści: :  
„Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady fizycznej przedmiotu umowy, **powstałej z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy**, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może żądać jej bezpłatnego usunięcia w terminach wskazanych w §4 ust. 5 -3 niniejszej umowy.” W pierwszej kolejności, należy zaznaczyć, że Wykonawca nie jest zobowiązany do usuwania wszystkich wad jakie mogą wystąpić w przedmiocie umowy (np. powstałych z winy leżącej po

stronie Zamawiającego), a tylko takich, które powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. W określonych sytuacjach może się okazać, że wada wynika z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi (np. w wyniku działania Zamawiającego lub osoby trzeciej). W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony do odmowy usunięcia wady. Odp. Zamawiający wprowadza proponowany zapis do wzoru umowy, jednocześnie informuje, że w przypadku wystąpienia usterki wynikającej z działania osób trzecich, niepodlegającej gwarancji, będzie wymagał od wykonawcy wykonania naprawy, po przedstawieniu oraz akceptacji kosztorysu z podziałem na koszty materiału oraz robocizny.

155. Prosimy o dodanie do §4 punktu dot. zakresu zgłaszania przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji. Aby wyeliminować ewentualne spory pomiędzy stronami dotyczące tego od jakiej chwili (wpływu zawiadomienia e-mailem/pisemnie/telefonicznej informacji) liczyć termin reakcji i przystąpienia do usunięcia wady, proponujemy wprowadzenie do projektu umowy zastrzeżenia o następującej treści: „Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie e-mailem (adres: .....), niezwłocznie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty jej wykrycia, z zastrzeżeniem, że czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii wynosi maksymalnie 48h, liczony będzie w dniach roboczych od momentu doręczenia zawiadomienia e-mail ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail na adres \_\_\_\_\_, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

156. Prosimy o zmianę treści §4 ust. 5 pkt 1 projektu umowy poprzez przyjęcie, że czas reakcji serwisu (czyli okres od momentu zgłoszenia awarii do momentu rozpoczęcia naprawy) dla przedmiotu medycznego wynosi 72 godz. począwszy od daty zgłoszenia, a nie, tak jak wskazał Zamawiający 48 godz. Powyższe pozostanie spójne z treścią rozdziału XVIII pkt 1 ppkt 3 SWZ, zgodnie z którym: „Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji - max w ciągu 72 godzin od zgłoszenia”.

Odp. Zamawiający zmienia czas reakcji na 72 godziny.

Prosimy także o ujednoczenie terminu określonego w ust. 5 pkt 1 projektu umowy poprzez przyjęcie, tak jak w pozostałych punktach przywołanego ustępu, że czas usunięcia awarii wynosi maksymalnie **7 dni roboczych**, a nie kalendarzowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

157. Prosimy o zmianę treści §4 ust. 5 pkt 3 zdanie pierwsze projektu umowy, a także części XIV pkt 3 załączników nr 5a, 5b i 5c do SWZ poprzez przyjęcie, że czas reakcji serwisu (czyli okres od momentu zgłoszenia awarii do momentu rozpoczęcia naprawy) dla pojazdu bazowego wynosi 72 godz. począwszy od daty zgłoszenia, a nie, tak jak wskazał Zamawiający 48 godz. Powyższe pozostanie spójne z treścią rozdziału XVIII pkt 1 ppkt 1 SWZ, zgodnie z którym: „Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji - max w ciągu 72 godzin od zgłoszenia”.

Odp. Zamawiający zmienia czas reakcji na 72 godziny.

158. Prosimy również o zmianę §4 ust. 5 pkt 3 zdanie trzecie projektu umowy oraz części XIV pkt 4 załączników nr 5a, 5b i 5c do SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli czas naprawy będzie wynosił więcej niż 7 dni roboczych lub więcej niż 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, wykonawca winien zagwarantować ambulans zastępczy”.

Odp. Jeżeli czas naprawy będzie wynosił więcej niż 7 dni roboczych wykonawca winien zagwarantować ambulans zastępczy, dłuższy czas naprawy (jeżeli dostarczone zastępczy) nie powoduje naliczenia kar umownych.

159. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami SWZ, wzorów umowy, itp., na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualne wzory dokumentów z dopiskiem „Aktualizacja”.

Odp. Zamawiający zamieści odpowiedzi na pytania oraz inne dokumenty na stronie prowadzonego postępowania. Wzór umowy zostanie zaktualizowany o zmienione zapisy przed zawarciem umowy. Opublikowane odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

160. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust.4 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

161. Prosimy Zamawiającego o dodanie do § 6 wzoru umowy postanowienia wskazującego, że dostarczenie sprzętu zastępczego wyłącza możliwość naliczenia kar umownych. Należy wskazać, że główną funkcją kary umownej jest kompensata uszczerbku w majątku strony, która ucierpiała na niewykonaniu lub niewłaściwym wykonaniu umowy przez drugą stronę. Dostarczenie sprzętu zastępczego w razie przedłużającej się naprawy w dostatecznym stopniu zabezpiecza interesy Zamawiającego. Konieczność dostarczenia sprzętu zastępczego przy jednoczesnym naliczeniu kary umownej z tytułu przedłużającej się naprawy oznaczałoby w istocie podwójne karanie Wykonawcy, przy jednoczesnym wzbogaceniu po stronie Zamawiającego, gdyż Zamawiający otrzymałby zarówno wyrównanie szkody w postaci otrzymania sprzętu zastępczego z jednoczesnym dodatkowym wzbogaceniem w postaci korzyści majątkowej z tytułu kary umownej. Takie ukształtowanie obowiązków umownych oznaczałoby znaczące zachwianie równowagi stron umowy, co jest tym bardziej zauważalne, jeśli weźmiemy dodatkowo pod uwagę uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kary w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu zastępczego.

Odp. Zamawiający doda ww. zapis do umowy.



162. Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę §6 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych:

- 1) §6 ust. 1 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie z 0,2% do 0,1%, za każdy dzień zwłoki a maksymalną wysokość kary z tytułu zwłoki z 15% do 7%,
- 2) §6 ust. 2 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy z 15% do 10%,
- 3) §6 ust. 3 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 300 do 150 zł.
- 4) §6 ust. 4 pkt 1 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,01 do 0,005%
- 5) §6 ust. 4 pkt 2 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,05 do 0,02%
- 6) §6 ust. 5 projektu umowy poprzez zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych z 20% do 10%.

Kary umowne nie mogą służyć wzbogaceniu się Zamawiającego, a mają jedynie charakter mobilizujący strony do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także stanowią zryczałtowane odszkodowane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

163. W związku z faktem, iż przedmiotem postępowania jest dostawa do Zamawiającego trzech ambulansów medycznych typu C wraz z wyposażeniem, prosimy o dokonanie zmiany w treści §6 projektu umowy w taki sposób, aby przewidziane w nim kary umowne naliczane były wyłącznie od wartości ambulansu niedostarczonego w terminie lub co do którego nastąpiła zwłoka w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi. Podobnie w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, jeśli Zamawiający odstąpi wyłącznie od części umowy (np. co do dostawy jednego z ambulansów) to zasadnym jest, aby kara umowna liczona była tylko od wartości tej części przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający dokona odpowiednich zmian.

164. Prosimy o zmianę §6 ust. 4 pkt 1 projektu umowy w taki sposób, aby kara umowna za zwłokę w rozpoczęciu naprawy była liczona za każde 24 godziny zwłoki, a nie jak wynika z obecnego brzmienia projektu umowy za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

165. Prosimy Zamawiającego o dopisanie do §6 projektu umowy następującej treści:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

166. Prosimy o potwierdzenie, że przez pojęcie „ubezpieczenia”, o którym mowa w treści rozdziału XIV pkt 2 SWZ rozumieć należy ubezpieczenie Przedmiotu Umowy wyłącznie na czas dostawy Przedmiotu Umowy do Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

167. Prosimy także o zmianę treści Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez zastąpienie wyrażenia: „W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym Ustawy Prawo zamówień publicznych art. 132” sformułowaniem: „W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Odp. Zamawiający poprawi omyłkę pisarską.

168. W przypadku podpisywania umowy w formie elektronicznej prosimy o dodanie postanowień wskazanych poniżej w § Postanowienia końcowe oraz w § Zawiadomienia:

§ \_\_\_\_

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona:	Adres e-mail:
Wykonawca	
Zamawiający	

1. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i

zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:

Wykonawca:

Zamawiający:

§ \_\_\_\_

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania: 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej: 1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający : \_\_\_\_\_;

Wykonawca: \_\_\_\_\_;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w ustawowo wolnych od pracy).

W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszego Aneksu wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

169. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o dodanie do §8 projektu umowy katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający zgodnie z poniższym:

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

b) zmiany sposobu/terminów płatności;

c) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu oraz sprzęt spełnia parametry minimalne wynikające z SWZ.

e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

f) zmiany numeru konta bankowego;

g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz dopisuje do pkt. d) następujący zapis: oraz sprzęt spełnia parametry minimalne wynikające z SWZ.

170. W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:

„§....

Siła wyższa

- 1) Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy.
- 2) Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.
- 3) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.
- 4) W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.
- 5) Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.
- 6) W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

171. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako klauzuli o poniższej treści: „.....\*”, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

\* Wykonawca.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem