



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**  
z siedzibą w Radomiu  
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

Radom, dnia 10.08.2021 r.

ZP – 1066/21

Egz. poj.

**Wykonawcy**

## **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługi w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji  
pn. „Świadczenie usług serwisowych przyrządów do badania zawartości alkoholu  
w wydychanym powietrzu typu A2.0 (A2.0/04, A2.0/4L), Alco-Sensor IV,  
Alco-Blow oraz Dräger 6810”  
Nr sprawy: 25/21 ID 491165

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

„dotyczy projektowych postanowień umowy §3 pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu i wydłużenie czasu na sporządzenie wyceny z 2 dni roboczych na 5 dni roboczych. Proszę mieć na uwadze, że do sporządzenia wyceny konieczne są oględziny sprzętu, co wiąże się z wysłaniem urządzenia do Wykonawcy”

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie czasu sporządzenia wyceny naprawy urządzenia przesłanego celem kalibracji z 2 do 5 dni roboczych.

### **Pytanie nr 2:**

„dotyczy projektowych postanowień umowy §3 pkt. 9

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu powyższego punkt na następującą treść: W przypadku rezygnacji z naprawy poza gwarancją Zamawiający zgadza się na obciążenie go kosztami diagnostyki urządzenia w kwocie .... netto.”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu § 3 pkt 9 projektu umowy.

**Pytanie nr 3:**

„dotyczy projektowych postanowień umowy §3 pkt. 12

Zwracamy się z prośbą o usunięcie całego punktu z umowy. Jesteśmy jedynym autoryzowany serwisem producenta na terenie całego kraju, na potwierdzenie czego jesteśmy w posiadaniu pisma autoryzacyjnego, które upoważnia Nas do wykonania usług związanych m.in. z szeroko pojętym serwisem urządzeń Dräger 6810.”

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający nie zgadza się na usunięcie pkt. 12 § 3 projektu umowy dotyczącego potwierdzenia w innym serwisie opinii o konieczności wykonania naprawy urządzenia wydanej uprzednio przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 4:**

„dotyczy projektowych postanowień umowy §4 pkt. 7

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu i wydłużenie terminu na wykonanie naprawy lub wymiany wadliwego elementu. Wykonawca proponuje następujący zapis:

Wykonanie reklamacji na koszt Wykonawcy, poprzez naprawę lub wymianę wadliwego elementu nastąpi w terminie:

- a) 15 dni roboczych w przypadku napraw które zostaną wykonane w siedzibie producenta zlokalizowanym w Polsce
- b) 60 dni roboczych w przypadku kiedy zajdzie potrzeba wysłania urządzenia bezpośrednio do producenta – Niemcy”

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu § 4 pkt.7 projektu umowy tj. na wydłużenie czasu na naprawę gwarancyjną.

**Pytanie nr 5:**

„Czy Zamawiający może określić wymagania w ilu i jakich punktach pomiarowych powinno być przeprowadzone Wzorcowanie, umieszczając jednocześnie te warunki w zapisach umowy ? Standardowo usługa ta wykonywana jest w dwóch punktach pomiarowych tj. 0,10 mg/l i 0,25 mg/l.”

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający nie będzie określał wymagań w jakich punktach pomiarowych powinno być przeprowadzone wzorcowanie. Zamawiający wymaga, aby wzorcowanie było przeprowadzone w co najmniej dwóch punktach.

**Pytanie nr 6:**

„Czy zamawiający może szczegółowo doprecyzować co rozumie przez zapisy w pkt.1 §4. Czy gwarancja poprawnej pracy urządzenia (również nie poddawanego naprawie) oznacza, że każda ewentualna usterka lub uszkodzona część w tym okresie ma być naprawiona/wymieniona bezpłatnie przy założeniu, że urządzenie nie posiada gwarancji producenta ? Czy też bezpłatna naprawa/wymiana ma objąć tylko elementy lub usługi objęte udzieloną gwarancją, a pozostałe byłby fakturowane według

aktualnego cennika ? Doprecyzowanie tej kwestii jest bardzo istotne, ponieważ bezpośrednio przełoży się na ostateczną ofertę cenową.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający wymaga, aby gwarancja poprawnej pracy urządzenia (również nie poddawanego naprawie) obejmowała każdą ewentualną usterkę lub uszkodzoną część, której konieczność naprawy/wymiany wystąpiła w tym okresie.

#### **Pytanie nr 7:**

„W Projekcie umowy oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający używa wielokrotnie pojęcia kalibracja i wzorcowanie, które według międzynarodowego słownika metrologicznego są tożsame. Czy Zamawiający zaakceptuje zamianę pojęcia kalibracja na adiustacja na podstawie poniższego wyjaśnienia ?

Pojęcie **kalibracja** funkcjonuje również w nomenklaturze serwisowej dostawcy i oznacza adiustację, czyli zbiór czynności wykonywanych przy układzie pomiarowym zapewniających, że wartości wielkości mierzonej odpowiadają właściwe wskazania.

Adiustacja jest wykonywana w ramach serwisu technicznego urządzenia i często jest mylona z wzorcowaniem (kalibracją).

**Wzorcowanie** (kalibracja) jest to działanie, w którym w pierwszym kroku ustala się zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości, a w drugim kroku oblicza się niepewność pomiaru dla uzyskanych wyników co pozwala właściwie interpretować uzyskane wyniki wskazań. Innymi słowy:

**Adiustacja** – ustawienie parametrów

**Wzorcowanie**(kalibracja) – seria pomiarów”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę pojęcia „kalibracja’ na „adiustacja”.

Przedstawione wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zostały zamieszczone w dniu 10.08.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom).

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP z siedzibą w Radomiu  
Justyna Kowalska

#### **Wyk. egz. poj.:**

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu  
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom  
Sekcja Zamówień Publicznych  
dokument wytworzył: Dariusz Duda