



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

<http://www.spzozwolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia. 08. października, 2020 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/207/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn: „**zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego z zawieszeniem sufitowym wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni RTG w SPZOZ w Wolsztynie**”; PN/15/2020

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843), Zamawiający modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

1. Załącznika nr 3 do SIWZ, pkt. II, Zamawiający zmienia zapis na:

„Zakres robót adaptacyjnych niezbędnych do wykonania w Pracowni RTG:

1. Zakres prac adaptacyjnych:

- a) Wykonanie konstrukcji dla zawieszenia sufitowego do lampy RTG
- b) roboty konstrukcyjne związane z miejscowym wzmocnieniem stropu pod aparat, w przypadku zaoferowania urządzenia o wadze przekraczającego nośność stropu powyżej 500 kg/m²,
- c) skucie płytek z posadzki o powierzchni 687 x 562 cm (pracownia z obecnym ap. RTG Sit5000) + 230 x 531 cm (sterownia),
- d) wykonanie wylewki samopoziomującej na pow. Skutych posadzek;
- e) ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej na pow. 58 m² wraz z zlicowaniem pozostałej powierzchni posadzki w Pracowni
- f) Usunięcie przepustu do kaset RTG
- g) wykonania nowych otworów drzwiowych (drzwi rozm. 80 x 200 cm) oraz okna o wym. 80 x 60cm,
- h) wykonanie kanałów kablowych –umożliwiających połączenie elementów aparatu RTG
- i) szpachlowanie nierówności ścian,
- j) dwukrotne gruntowanie i malowanie ścian i sufitu (pracowni oraz sterowni,)

2. Załącznika nr 9 (wzór umowy):

➤ **Par 4 pkt 4;** Zamawiający zmienia zapis na:

„Zamawiający wymaga, możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę w ciągu 365 dni, a czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii wynosi maksymalnie _____ godzin od chwili zgłoszenia awarii. (zostanie uzupełnione zgodnie z przedłożoną ofertą). Przez czas reakcji na zgłoszenie awarii rozumie się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii oraz datę i godzinę przyjazdu Serwisanta do placówki Zamawiającego w celu ustalenia przyczyn awarii i w miarę możliwości jej usunięcia. W przypadku możliwości dokonania naprawy zdalnej przez czas reakcji należy rozumieć potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii oraz datę i godzinę usunięcia awarii. Jeżeli zachodzi

potrzeba wymiany części czas naprawy wynosi 5 dni roboczych, a w przypadku importu części z zagranicy do 8 dni roboczych.”

➤ **Par 4 pkt 5., Zamawiający wykreśla pkt 5.**

3. Załącznika nr 2 (parametry graniczne)

Zamawiający dopuszcza maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora o wartości 150 kg, pod warunkiem dostarczenia osłony na detektor.

4. SIWZ, Warunki udziału w postępowaniu” w zakresie pkt. Dotyczącego: zdolności technicznej lub zawodowej, na zapis:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje:

*„co najmniej 2 dostawy aparatu RTG wraz z zapewnieniem usług serwisowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania o wartości nie mniejszej niż **600 000 zł brutto każda.***

lub

*co najmniej 1 dostawę aparatu RTG i co najmniej 1 dostawę aparatu TK wraz z zapewnieniem usług serwisowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania o wartości nie mniejszej niż **600 000 zł brutto każda.***

5. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć:

14.10.2020 r. godz. 11:00.

Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:

14.10.2020 r. godz. 11:15.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie

Karol Mońko

**DYREKTOR
DYREKTOR**
Karol Mońko
Karol Mońko

Załączniki:

Zmodyf. Załącznik nr 2 do SIWZ

Zmodyf. Załącznik nr 3 do SIWZ

Zmodyf. Załącznik nr 4 Rys. Pracowni RTG

Zmodyf. załącznik nr 9 do SIWZ

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

